



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 22.06.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych, znak ZP/05/2022

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Zakres 17, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze minimum 25g/m ² ?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania prześcieradła o gramaturze minimum 25g/m ² .
2.	Zakres 21, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży wykonany z nieprześwitującej włókniny SMS o gramaturze 35g/m ² ?	Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komplet odzieży wykonany z nieprześwitującej włókniny SMS o gramaturze 35g/m ²
3.	Pakiet 20 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon foliowych o wymiarach 15x298 cm z elastyczną taśmą lepną.	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłon foliowych o wymiarach 15x298 cm z elastyczną taśmą lepną.
4.	Zakres 23 poz. 1-5 Czy Zamawiający oczekuje, aby wszystkie serwety główne tj. te mające bezpośredni kontakt z pacjentem były bezpieczne pod względem cytotoksyczności, nie powodowały drażnienia i nie uczuły, a więc spełniające normę PN-EN ISO 10993 w części 5 i 10, co należy potwierdzić KDT dołączoną do oferty?	Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza zaoferowanie serwet o parametrach wskazanych w pytaniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Oksana Rabij-Zabłotna

Wyk. K.T.
Data wyk.: 22.06.2022 r.