



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 38**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/DZZP/ 1724 /3130 /2023**

**Data: 25.08.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 168**

Czy Zamawiający w pakiecie 168 dopuści:

Sonda żywieniowa wykonana z medycznego PVC. Sonda w rozmiarach : 4FR/40cm, wyposażona w miękką nasadkę z zatyczką przymocowaną na stałe . Oznaczniki co 1cm na odcinku 5-25cm, **dotatkowy znacznik na długości 20cm w postaci 2 podłużnych pasków**. Koniec dystalny zamknięty, dwa otwory boczne. Sonda przezroczysta, kontrastująca w RTG, nie zawierająca ftalanów, czas utrzymania do 7dni.



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**