

**DOSTAWA USTNIKÓW GASTROSKOPOWYCH**

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników bez silikonowego ochroniacza zębów, z rantem zapobiegającym zsuwaniu się zębów z ustnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej, Zamawiający wymaga ustników pakowanych indywidualnie, z etykietami do dokumentacji medycznej, aseptycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga pakowania indywidualnego.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści ustnik gastroskopowy z gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści ustnik gastroskopowy bez silikonowego ochroniacza zębów ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.