



WszSL.FZ.381. 70 /21/620 / 2021

Legnica 10.12.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy Postępowania przetargowego „ NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”

znak sprawy: WSzSL/FZ- 70/21

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy wzoru karty gwarancyjnej i części nr 1

Pytanie 1 -Ponieważ istnieje wątpliwość, czy w poprzednim pytaniu dobrze oznaczyliśmy treść, o usunięcie której prosił, jeszcze raz prosimy o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie w całości ustępu 5 z §2 'Obowiązki i uprawnienia stron' karty gwarancyjnej (poniżej cytaty) z uwagi na fakt, iż jego treść znacząco odbiega od standardów w zakresie uprawnień gwarancyjnych:

„5. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wady w przedmiocie objętym niniejszą gwarancją Zamawiający jest uprawniony wedle własnego wyboru do:

- a) żądania usunięcia wady;
- b) wskazania trybu usunięcia wady i/lub wymiany rzeczy na wolną od wad;
- c) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;
- d) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad i/lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% ceny brutto sprzętu, za każdy dzień zwłoki;”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie udzielił odpowiedzi w dniu 3.12.2021

Dotyczy części nr 1

Pytanie 2- Czy z uwagi na zaburzony cykl dostaw, będący następstwem wydarzeń związanych z pandemią, Zamawiający zgodzi się na możliwość wydłużenia terminu dostawy do 60 dni od daty podpisania umowy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie SWZ.

Dotyczy parametrów technicznych zamawianego aparatu USG (Część 2)

Dotyczy punktu 7

Pytanie 3 - Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta o ilości niezależnych kanałów przetwarzania równym 2 580 480 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy punktu 8

Pytanie 4 - Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta o dynamice systemu 256dB

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy punktu 16

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z 5 stopniami ustawień oraz 7 kątami?



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy punktu 26

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z oferowanymi głowicami convex i endowaginalnej z funkcją kolorowego Dopplera bez funkcji dopplera tkankowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 33

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z dopplerowską metodą obrazowania wolnych przepływów?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 36

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z obrazowaniem 4D z prędkością obrazowania powyżej 45 obrazów 3D/s, który to producent nie podaje ilości obrazów składających się na obraz 3D?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy punktu 37

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z liczbą objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej Cine 40 i możliwością zapisu całego badania?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 53

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą Convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych o kącie skanowania 58°?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 56

Pytanie 11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą Convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych bez opcji obrazowania w trybie spektralnego Dopplera tkankowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 60

Pytanie 12 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą Convex 2D do badań ginekologicznych o kącie skanowania 66°?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 63

Pytanie 13 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą Convex 2D do badań ginekologicznych bez opcji obrazowania w trybie spektralnego Dopplera tkankowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 70

Pytanie 14 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą Convex 3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych bez opcji obrazowania w trybie spektralnego Dopplera tkankowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.



Dotyczy punktu 75

Pytanie 15 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą endowaginalną 2D do badań położniczych i ginekologicznych o kącie skanowania 150°?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 79

Pytanie 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą liniową o wysokiej rozdzielczości o szerokości pola skanowania wynoszącą 50mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 84

Pytanie 17 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta umożliwiający archiwizację danych pacjenta, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności powyżej 500GB?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy punktu 84

Pytanie 18 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez wbudowanego napędu DVD z możliwością archiwizacji na zewnętrzne nośniki?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 85 i 86

Pytanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z możliwością nagrywania całości badan na zewnętrzne dyski oraz pendriva?

Odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 90

Pytanie 20 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą Endowaginalną objętościową 2D/3D/4D do badań położniczych bez opcji obrazowania w trybie spektralnego Dopplera tkankowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy punktu 90

Pytanie 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą Endowaginalną objętościową 2D/3D/4D do badań położniczych o kącie skanowania 179°?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGA!

- 1. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi i informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**
- 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.12.2021 r., godziny oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płatnicka-Mieloch