

## TOM III

### Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego źródła rentgenowskiego: lampy wraz z generatorem wysokiego napięcia oraz układem sterowania, chłodzenia i niezbędnym osprzętem (kable, sygnalizacja, oprogramowanie itp.) w zintegrowanej kompaktowej obudowie (monoblok) lub zestawu elementów.

#### Parametry:

**Napięcie:** co najmniej 220 kV

**Moc:** co najmniej 300 W

**Rozmiar ogniska:** nie więcej niż 1.5 mm w każdym kierunku (wg EN 12543);

**Rozmiar kątowy emitowanej wiązki promieniowania:** co najmniej 80 stopni w jednym kierunku; możliwie największy, co najmniej 25 stopni w drugim kierunku

**Typ lampy:** zamknięta (nie wymagająca pompy próżniowej);

**Masa urządzenia:** nie więcej niż 200 kg

**Inne cechy:** możliwość pracy na jadącym samochodzie

#### Montaż i uruchomienie:

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia, dostarczając szczegółową instrukcję. Wykonanie samodzielnego montażu i uruchomienia przez Zamawiającego, jak również późniejsze przeniesienie urządzenia na inne stanowisko, w tym również mobilne, nie może w żaden sposób wpływać na warunki gwarancji urządzenia.