



Znak sprawy: DZA.381.5.1.2024

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm) – na zakup videokolonoskopów, wideogastroskopów oraz szafy do przechowywania i suszenia endoskopów giętkich.**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

dotyczy załącznika nr 2 do SWZ:

Czy w pkt. 5, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach: „Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej: 12,8 mm”?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie ze średnicą zewnętrzną sondy endoskopowej: 12,8 mm.

**Pytanie 2**

dotyczy załącznika nr 2 do SWZ:

Czy w pkt. 6, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach: „Średnica końcówki: 13,2 mm”?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie ze średnicą końcówki: 13,2 mm.

**Pytanie 3**

dotyczy - załącznika nr 6 do SWZ:

Czy Zamawiający w paragraf 4 ust. 6, wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Wykonawca jest zobowiązany do naprawy Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową:

- w ciągu do 5 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji - w przypadku konieczności zastosowania części zamiennych i podzespołów dostępnych w Polsce,
- w ciągu do 7 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji - w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy.”

Na zapis następującej treści:

„Wykonawca od uwzględnienia reklamacji jest zobowiązany do naprawy Towaru lub wymiany wadliwego towaru na Towar zgodny z umową w ciągu do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 14 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Na czas naprawy trwający powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tych samych parametrach użytkowych lub lepszych.”?

**Wyjaśniamy:**

Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 6 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:

“„Wykonawca jest zobowiązany do naprawy Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową:



- w ciągu do 5 dni roboczych w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce,
- w ciągu do 14 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską”.

#### Pytanie 4

dotyczy - załącznika nr 6 do SWZ:

Czy Zamawiający w paragraf 4 ust. 9, wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„W przypadku, gdyby w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych zostały zgłoszone trzy reklamacje dotyczące tego samego Towaru, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia wymienić Towar na nowy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji.

Na zapis następującej treści:

„W przypadku, gdyby w okresie trwania gwarancji zostały zgłoszone trzy reklamacje dotyczące tego samego Towaru, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia wymienić Towar na nowy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 9 umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdyby w okresie trwania gwarancji zostały zgłoszone trzy reklamacje dotyczące tego samego Towaru, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia wymienić Towar na nowy o parametrach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.”

#### Pytanie 5

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ oraz zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2023 r ?

*Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.*

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza sprzętu z rokiem produkcji 2023.

#### Pytanie 6

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ oraz zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu (np. szafa, elementy wyposażenia szafy) który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (nie posiada dokumentów typu deklaracja zgodności CE, zgłoszenie, powiadomienie)?

Dla takiego sprzętu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

#### Wyjaśniamy:

Zamawiający wyraża zgodę na produkt niemedyyczny (np. szafa, elementy wyposażenia szafy) ze stawką VAT 23%, co Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 3 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), tj.:

**„W przypadku, gdy elementy wchodzące w skład zaoferowanego urządzenia (np. element wyposażenia) są opodatkowane inną stawką podatku VAT niż 8 % (np. 23 %), Wykonawca zobowiązany jest w tabeli wskazać oddzielnie ceny jednostkowe netto i brutto, wartości netto i brutto oraz stawkę % VAT i wartość VAT w rozbiciu na różne stawki podatku VAT, w celu**



„sprawdzenia poprawności wyliczenia wartości końcowej poszczególnych pozycji (poz. 8, 9 i 10)”.

Zgodnie z częścią VIII pkt. 13 ppkt. 13.1 wymóg posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.) dotyczy jedynie wyrobów medycznych. Dla produktu niemedycznego Zamawiający nie wymaga przedstawienia stosownego oświadczenia.

#### **Pytanie 7**

dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych i wyposażenia dla dostarczonego Towaru przez okres nie krótszy niż 8 lat od daty dostawy?

#### **Wyjaśniamy:**

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 13 Wzoru Umowy.

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40  
mgr Aldona Sylwa

#### W załączeniu:

1. Zmienione Projektowane postanowienia umowy – Zał. nr 9.

