



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 23.09.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych II - PN 37/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

Zadanie 1

1) Proszę o dopuszczenie rękawic, których zawartość pudru jest poniżej 2mg, średnia siła zrywu przed starzeniem 6N, a poziom protein $\leq 50\mu\text{g/g}$.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z zawartością pudru poniżej 2 mg, z poziomem protein $< 35\mu\text{g/g}$, siła zrywu $> 6,5\text{N}$. Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2

1) Proszę o dopuszczenie rękawic, których siła zrywu przed starzeniem wynosi 6N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z siłą zrywu $> 6,5\text{N}$. Reszta zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3

1) Proszę o dopuszczenie rękawic, których grubość pojedynczej ścianki na palcu wynosi $0,08\pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06\pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,05\pm 0,01$ mm, a średnia siła zrywu przed starzeniem to 7N.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,09 mm, dłoni – min. 0,07 mm, mankiet – min. 0,05 mm, siła zrywania po starzeniu min. 6,5 N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 sztuk. (90 szt. dla rozmiaru XL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Zadanie 5

- 1) Proszę o dopuszczenie rękawic, których grubość pojedynczej ścianki na palcu wynosi $0,20 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,18 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,16 \pm 0,02$ mm, a długość rękawicy dla rozmiaru 6.0 wynosi min. 280 mm. Rękawica spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- 2) Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po 50 par

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- 3) Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych folia-folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zadanie 5, Zadanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic przebadanych na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374-3, jak również EN ISO 16523-1:2015, która to norma zastąpiła EN 374-3?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dla zaferowanych produktów zgodności z normą PN EN 374-3, natomiast dopuszcza dodatkowo EN ISO 16523-1:2015.

Zadanie 6

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o grubości na mankiecie 0,20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek o grubości mankietu 0,16 mm, na dłoni 0,19mm, pakowanych folia-folia. Reszta zgodnie z SIWZ.



**Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- 3) Proszę o dopuszczenie rękawic, których grubość pojedynczej ścianki na palcu wynosi $0,16 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,14 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,10 \pm 0,02$ mm, poziom protein to $\leq 79 \mu\text{g/g}$, a długość rękawicy wynosi min. 280 mm. Rękawica spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.