

COZL/DZP/AW/3411/PN-160/24

Lublin, dnia 25.11.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Dostawa sprzętu medycznego w ramach wieloletniego zadania Narodowej Strategii Onkologicznej
pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej”
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-160/24)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:

I.

**Pytanie nr 1
dotyczy załącznik Specyfikacja Warunków Zamówienia**

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2
dotyczy Załącznik nr 3- projektowanie post. umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 projektu umowy – zał. 3 do SWZ w następujący sposób:

8. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii - niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o awarii, nie później niż w terminie 48 godzin od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy), od dnia zgłoszenia.

9. Maksymalny czas usunięcia awarii i wykonania napraw bez konieczności wsparcia przez serwis producenta wynosi 4 dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od dnia zgłoszenia.

10. Maksymalny czas usunięcia awarii i wykonania napraw przy konieczności wsparcia przez serwis producenta wynosi 6 dni roboczych od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od dnia zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3**dotyczy Załącznik nr 3- projektowanie post. umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 projektu umowy – zał. 3 do SWZ w następujący sposób:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 .
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania w terminach, o których mowa w § 5 ust. 10, za każde 24 godziny zwłoki w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania w terminach, o których mowa w § 5 ust. 8-9, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4**dotyczy Załącznik nr 3- projektowanie post. umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 9- załącznik nr 4 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5**dotyczy Załącznik nr 3- projektowanie post. umowy**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe?

Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

II.

Pytanie nr 6

Dotyczy:

Rozdział VI SWZ: czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie karty katalogowej sporządzonej przez Wykonawcę – Autoryzowanego Dystrybutora oferowanego urządzenia medycznego (sporządzonej na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, że zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia?

Zwracamy uwagę że ogólnodostępne informacje produktowe publikowane przez producenta nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak te zawarte w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Część nr 3 - **Załącznik nr 2.3 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** pkt 25 :

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający opisując wyposażenie zamawianych mikrotomów wymaga dla każdego mikrotomu :

- 1 szt Moduł chłodzący
- 1 szt Moduł wodny z polem grzewczym,
- 1 szt Moduł grzewczy

· Ostrza mikrotomowe uniwersalne kompatybilne z zamawianym mikrotomem: 10 opakowań.

Moduł suszący do preparatów jest akcesorium uzupełniającym całą linię stanowiska do skrawania.

Uzasadnionym jest żądanie jedynie 1 sztuki modułu suszącego dla całej części nr 3 .

Ostrza mikrotomowe jako akcesorium zużywalne o dużej wartości względem pozostałych.

Wystarczającym jest wymóg 10 opakowań do każdego mikrotomu (łącznie 30 opakowań względem całej części 3).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.