



Olsztyn, dn. 11 czerwca 2024 r.

Nr sprawy 29/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. II

Zestaw 1.

Dotyczy zadania nr 24:

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu 24** w pozycji 7 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw ze strzykawką 30 ml; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w **Zadaniu 24** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 11 ; decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w Zadaniu 24

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

3. Czy Zamawiający w **Zadaniu 24** wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 12 ; decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w Zadaniu 24.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

4. Czy Zamawiający w **Zadaniu 24** w pozycji 13 miał na myśli rozmiary 6,0, 6,5 i 7,0?

Odpowiedź:

Tak.

13.	Rurka intubacyjna polarna-północna wygięta do góry z mankietem 6,0 6,5 i 7.0			Szt.	150
-----	--	--	--	------	-----

Zestaw 2.

1. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycja 1, Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły, przewodnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania przewodnicy, uchwyty i obudowy, średniej długości zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań, umożliwiający podaż przez wstrzykiwacze

automatyczne pod ciśnieniem 325PSI, przy temp. kontrastu 37C przepływ 2ml/s. Może pozostać u pacjenta do 29 dni. Długość cewnika 8cm lub 10 cm, l, cewnik wykonany z poliuretanu, mięknie o 80% pod wpływem temperatury ciała pacjenta, ze specjalnie wzmocnionymi ścianami dystalnej jego części w celu zapobiegania ich zapadaniu. Sterylne. Pakowany pojedynczo. Data ważności 2 lata. W skład zestawu wchodzi: 1. Zintegrowany cewnik dożylny średniej długości, ze wzmocnioną końcówką przewodnik nitinolowy z prostą końcówką średnica zewnętrzna 2. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt. 3. Chusteczka do przygotowania skóry 1 szt, poniżej parametry i rozmiary

KOD PRODUKTU

KOD	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU PRZY INIEKCJI AUTOMATYCZNEJ	OPAKOWANIE	ILOŚĆ
6F122080	22	8 cm	2 ml/s	Zestaw podstawowy	20 w pudełku
6F120080	20	8 cm	5 ml/s		
6F122100	20	10 cm	5 ml/s		
6F118080	18	8 cm	7 ml/s		
6F118100	18	10 cm	7 ml/s		



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

2. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycja 1 i 2 Jednokanałowy cewnik pośredni zakładany obwodowo, przeznaczony do dożylnych metod leczenia, pobierania próbek krwi oraz automatycznego wstrzykiwania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325PSI, przepływ 3ml/s. Dostosowany do terpii poniżej 30 dni, radioceniujący, wykonany z poliuretanu mięknącego pod wpływem temperatury ciała. Cewnik o kształcie odwróconego stożka zapewniający odporność na skręcanie. Sterylizowany tlenkiem etylenu. 2 lata ważności. Sterylny zestaw w którego skład wchodzi: 1. Jednokanałowy cewnik 4F, docinany od strony dystalnej 20cm dł 1x, 2. strzykawka 12ml 1szt., 3. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt., 4. Skalpel bezpieczny 1 szt., 5. taśma miernicza 1szt., 6. Zatyczka 1 szt. MIKROINTRODUKTOR: 1. Prowadnik Flexura, nitinol z prostą końcówką 0,46mm średnica zewnętrznax50cm dł., giętki 1szt., 2. Introduktor; bezpieczny dożylny cewnik obwodowy 3. Mikrointroduktor MicroEZ z rozszerzaczem naczyniowym) 1szt., 4. Igła: introduktor;

KOD PRODUKTU

KOD	ROZMIAR CEWNIKA	ŚWIATŁA	ŚREDNICA ŚWIATŁA	TACA	ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ NAPEŁNIANIA (ML)	MAKS. OSIĄGALNA PRZEZ POMPĘ SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU (ML/GODZ.)	PREDKOŚĆ WLEWU PO ZASTOSOWANIU U AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW INIEKCJI (ML/S)	ŚREDNIA SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU GRAWITACYJNEGO ² (ML/GODZ.)	ILOŚĆ
P6153118	3F	jednokanałowy	20 G	Zestaw podstawowy	0,31	Rozwór soli (1,0 cP) > 999	3 ml/s	729	5 w pudełku
P6154118	4F	jednokanałowy	18 G		0,37	Rozwór soli (1,0 cP) > 999 Krew (3,5 cP) =959	7 ml/s	2116	
P6254118	4F	dwukanałowy	21 G, 19 G		0,38, 0,38	Rozwór soli (1,0 cP) > 999 Krew (3,5 cP) =904*	4 ml/s	220, 1523	
P6255118	3F	dwukanałowy	18 G, 18 G		0,37	Rozwór soli (1,0 cP) > 999 Krew (3,5 cP) =887	7 ml/s	1439	

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

3. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 3, Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym drenem STANDARD o długości 15 cm, zawór bezigłowy (3szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, dreny o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, 3 przedłużenia z zaciskami przesuwными, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim, przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku, nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi, zawór posiadający przezroczystą obudowę i przezroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu, membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywinętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji, na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką, czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 20 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 2,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI - sterylny, pakowany pojedynczo. opakowanie 50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

4. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 7 pozycja 4, Przyrząd do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Opakowanie 100 szt. Apirogenny. Wyrób wykorzystywany i przechowywany w środowisku zgodnym z USP <797> ma zdolność zachowania sterylności dołączonej fiolki z lekiem przez okres do siedmiu (7) dni - potwierdzone oświadczeniem producenta .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 5 Igła Hubera, objętość wypełnienia 0,3 ml minimalny przepływ grawitacyjny 312 ml/h. Igła z przezroczystą podstawą stabilizującą z miękką pianką, poprawiającą komfort pacjenta w trakcie użytkowania, igła z drenem z klipsem zatraskowym. Igła bezpieczna- posiadająca zabezpieczenie ostrza. Produkt sterylizowany EO, nie zawierający lateksu i DEHP. Produkt klasy IIA, rozmiary 19 G, 20G, 22G długości 12,7 mm, 19 mm, 25mm 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 7, Igła Hubera , objętość wypełnienia 0,3 ml, minimalny przepływ grawitacyjny 960 ml/h. Igła typu motylek, dostosowana do podawania kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych, igła z klipsem zatraskowym na drenie z oznaczeniem wartości przepływów w ml/s, igła posiadająca system zabezpieczenia ostrza chroniący personel przed zakłuciem. W opakowaniu dodatkowo naklejka z oznaczeniem przepływu dla ułatwienia identyfikacji zastosowania igły w pracowni CT. Rozmiary 19 G, 20 G, 22G długości 19mm, 25mm i 38 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 3.

Dotyczy zadania nr 1 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie dwie pojemności wkładów workowych tzn. 1000ml

oraz 2000ml?

Ponadto wkłady workowe o pojemności 1000 ml. występują w dwóch kształtach - okrągłym oraz spłaszczonym (obecnie używanym przez Zamawiającego), prosimy o określenie jakiego typu Zamawiający będzie oczekiwał?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 4.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści wkład workowy wykonany z polietylenu niskiej gęstości o chropowatej strukturze, posiadający swoiste ożebrowanie zapobiegającej przywieraniu do karnistra, bez środka żelującego, okrągły, biologicznie czysty, odporny na rozdarcie i perforację, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem: (uszczelnienie ultradźwiękowe) , wyposażona w port oraz jeden łącznik kątowy- schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. Pakowany indywidualnie. Data produkcji umieszczona na każdym indywidualnym opakowaniu wkładu. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) nadającymi się do sterylizacji w autoklawie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 5.

Zadanie nr 6 pozycja 2

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje zaoferowania układu oddechowego z przeciekiem- LeakV, czy bez przecieku - ExpV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania obu rodzajów do wyboru Zamawiającego na etapie realizacji.

Załącznik nr 7 Projekt umowy

§ 4 ust. 10

Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktur do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 6 ust. 4

Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10 %?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 6.

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania wkład do ssaka równoważny do opisanego, który spełnia wymagania opisane w Przedmiocie Zamówienia, a którego wymiana polega na odłączeniu drenu połączenia z próżnią z pokrywy wkładu, bez konieczności wyłączenia źródła ssania, co jest czynnością nieskomplikowaną i wręcz błyskawiczną i nie ma żadnego negatywnego wpływu na wygodę użytkownika systemu i jego funkcjonowanie?

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wkłady z portem do połączenia szeregowego

dostępne opcjonalnie – w praktyce szpitalnej właściwie nie użytkowane. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu; wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 7.

Pakiet 33

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonawca dostarczy zgodnie z zapisami SWZ 6 szt. strzygarek pasujących do zaproponowanych ostrzy.

Zaproponowane ostrza, o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzystakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele.

Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1 szt / blister; 50 blisterów/ pudełko

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Pakiet 3

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie uchwytu do elektrod monopolarnych, z 2 przyciskami, w kpl. elektroda typu szpatuła, zintegrowany kabel o dł. 3 m, złącze kompatybilne z urządzeniami Valleylab (US 3PIN), jednorazowego użytku, sterylnych. Prosimy o dopuszczenie uchwytów pakowanych po 25 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm², powierzchnia przewodząca 104 cm², złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. < 6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt.

Prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia.

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „z etykietami wklejonymi do protokołu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 8.

ZADANIE NR 29

1. **Poz. 4 i 5** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników na wydzielinę z substancją powodującą żelowanie wydzieliny z rany w zbiorniku, w zamian za żel antybakteryjny oraz z koreczkiem do zamykania drenu, w zamian za zacisk? Zbiorniki te są kompatybilne z urządzeniem Vivano Tec Pro.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. **Poz. 5** – Czy Zamawiający wymaga wyceny 1 szt. zbiornika, czy też 1 opakowania a' 10 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty na 1 opakowanie zawierające 10 szt.

3. **Poz. 7** – Czy Zamawiający dopuści w zestawie opatrunkowym oraz luzem dren PVC dwuśladowy umożliwiający przepływ wysięku z rany do zbiornika nawet podczas zgniecenia lub ucisku, kompatybilny z urządzeniem Vivano Tec Pro?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZAPISY SIWZ - PROJEKT UMOWY

4. **Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar umownych w § 6 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy :**

2) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartość brutto Umowy,

Na zapis:

2) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto Umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 9.

1. Pakiet 26, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16, długość 54cm i rozm. CH18 długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 30,5cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego). Możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18), pozostałe parametry zgodnie z swz?

Oferowana długość cewników w żaden sposób nie ogranicza zakresu wykonania procedur i jest stosowana przez większość światowych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 10.

Pytanie nr 1

dot. załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w zadaniu nr 42, poz. 3 wymaga zaoferowania zaworów biopsyjnych do bronchoskopów, czy do gastro-/kolo-/duodenoskopów?

Odpowiedź:

Pozycja dotyczy bronchoskopów.

Pytanie nr 2

dot. załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 42, poz. 1 akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych do ssaka KV-5), które nie są wyrobami medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych i w związku z tym nie ma dla nich obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu w rozumieniu w/w ustawy?

Mając na uwadze powyższe, stawka podatku VAT obowiązującą dla tych akcesoriów to 23%

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 11.

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wymiennik ciepła i wilgoci ze skutecznością nawilżania 30 mg H₂O/l przy V_t=500, z oporami przepływu ≤ 0,3 cm H₂O przy 30 l/min., spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr elektrostatyczny o objętości oddechowej 150-1500 ml, oporach przepływu 0,8 cm H₂O przy 30 l/min., przestrzeni martwej 33 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z dwoma rurami rozciągliwymi do 200 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na filtr ze skutecznością nawilżania 30 mg/l przy V_t=500, objętości oddechowej 200-1500 ml, oporach przepływu 1,3 cm H₂O przy 30 l/min., 3,1 cm H₂O przy 60 l/min. o wadze 39 g, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 12.

Zadanie 38

1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy szczęk 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 43

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie chwytaków do polipów w formie siatki rozpostartej na pętli o wymiarach:

- średnica pętli 32 mm, długość narzędzia 240 cm, śr. osłonki 2,6 mm
- średnica pętli 25 mm, długość narzędzia 240 cm, śr. osłonki 2,6 mm
- średnica pętli 25 mm, długość narzędzia 160 cm, śr. osłonki 1,8 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wprowadzającym o długości 150 cm, średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,9 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 23G (0,6 mm) długość igły 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 10 mm, 15 mm, 20 mm i 25 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie 45

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz 0,4 mm dla średnicy otwarcia 25 mm, 30 mm i 35 mm, maksymalna długość oczka pętli 50 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 13.

Zadanie nr 36

Poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych pętli jednorazowego użytku do polipektomii asymetryczne (kaczy dziób) wykonane z drutu plecionego. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,4mm, średnica pętli: 15mm 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt asymetryczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych pętli jednorazowego użytku do polipektomii heksagonalne wykonane z drutu plecionego. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,4mm, średnica pętli: 15mm 25mm i 35mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt heksagonalny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 45

Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety; klips dodatkowo zabezpieczony silikonową nasadką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciana, drut o średnicy drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,40mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm, 30mm i 35mm Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciana, drut o średnicy 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 25mm, 30mm i 35mm Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu poślizgowego przeznaczonego do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastrokopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w tubie w celu łatwiejszej aplikacji. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Tuba 200ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie korka do kanałów biopsyjnych gumowego, mikrobiologicznie czystego, jednorazowego użytku. Pakowanego indywidualnie; w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Kompatybilnego z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chwytaka 3- lub 4-ramiennego do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylnego. Umożliwiającego precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadającego atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 14.

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie 36 pozycja 3

Czy Zamawiający w w/w pozwole zaoferować pętle polipektomii jednorazowego użytku o śr. 25mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów projektu umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 2)

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 15.

Pytanie do pakietu 10 Zamawiający szacując wartość zamówienia na: „ Dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych" dla pakietu nr 10 - Zestaw do cewnikowania żył centralnych umieścił w opisie przedmiotu zamówienia produkty, które mają różne przeznaczenie i zachodzi możliwość ich nabywania u różnych wykonawców i co do zasady powinny być traktowane jako zamówienia odrębne. Tymczasem Zamawiający w ramach jednego postępowania połączył zamówienia obejmujące produkty zupełnie nietożsame z ich przeznaczeniem leczniczym a istnieje możliwość ich realizacji u różnych wykonawców. Zachodzi przesłanka, że Zamawiający dokonał podziału produktów leczniczych na poszczególne grupy asortymentowe w sposób sztuczny, co można odczytać jako nieuprawnione odstępianie od stosowania przepisów ustawy PZP. Zamawiający stworzył słownik wspólny dla wszystkich towarów bez względu na ich kategorię, co utrudnia uczciwą konkurencję przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności i przejrzystości. W grupie artykułów umieszczonych w pakiecie 10, pozycje 3 ib4 (rurka tracheostomijna, Bezszywowy opatrunek przyklepny) nie są spójne z nazwą pakietu: „ Zestaw do cewnikowania żył centralnych”. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem:

Czy Zamawiający usunie pakiet 10 z postępowania, w którym nie zostało zachowane kryterium podobieństwa przedmiotowego i funkcjonalnego zamówienia przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego?

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, prosimy o szczegółowe uzasadnienie z powołaniem się na odpowiednie przepisy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Pytania do pakietu 35 Czy Zamawiający dopuści produkt konkurencyjny, cewnik do wkłuc centralnych

- średnice światła 12/16/18/18 zamiast średnice światła 14/18/18/16.

- Prędkość przepływu w poszczególnych światłach 8500, 1700, 1350, 1350 ml/h zamiast

Prędkość przepływu w poszczególnych światłach 50, 20, 20, 50 ML/MIN

Powyższe zmiany nie mają wpływu na terapię

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 16.

Pakiet 30

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 2ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,8 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie dren 180cm. Zaprojektowany do współpracy z obwodami oddechowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szczoteczki do zębów z odsysaniem, z portem kciukowym do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, bez gąbki na górnej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Z możliwością stosowania z płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 17.

Zadanie nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z polipropylenu i materiału EVA, rozciągliwy, o dł. 45-180cm i dodatkową gałęzią rozciągliwą wyłącznie do max. 120cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy posiadający 2 gałęzie o długości 200cm zakończone łącznikami 22F od strony aparatury, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania w rozmiarze Ch24 – śr. wew.: 5,0mm; śr. zew.: 8,0mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 9, pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do odsysania będą podłączane do ssaka elektrycznego, a zatem zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów medycznych mają być zarejestrowane w klasie IIa? Brak powyższej klasyfikacji uniemożliwia podłączenie ich do ssaka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Yankauer w rozmiarze Ch21 – śr. wew. 4,13mm; śr. zew. 7,51mm i długości 27cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem w rozmiarze Ch24 – śr. wew.: 5,0mm; śr. zew.: 8,0mm?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść wykonaną z wytrzymałego plastiku oraz metalu (wyłącznie w części mocującej z łyżką, zdjęcie poglądowe poniżej)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z 12 poprzecznymi frezami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść posiadającą baterie 2xC?

Zamawiający wymaga zaoferowania rękojeści jednorazowych, co oznacza, że nie będzie on wymieniał baterii i wymóg ten jest bezzasadny, a niedopuszczenie innych rodzajów baterii będzie wskazywało na ograniczanie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękojeść o długości 15cm, średnicy 2,9cm, obwodzie 11cm i wadze 70,35g?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia po połączeniu rękojeści i łyżki, z załadowanymi bateriami, rękojeść oraz łyżka wykonana z wytrzymałego ABS-u, z silnym skupionym i niezawodnym LED-owym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany cyfrowo; na łyżce oraz na rękojeści oznaczenie rozmiaru. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in. datą ważności, rozmiarem, nr ref, LOT. Dostępne rozmiary Mill 0-2, Mac 2-4; Zapakowane w opakowanie papierowo-foliowe typu blister, zapewniające łatwe i szybkie użycie. Produkt sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny jako kompletny laryngoskop, jednorazowego użytku, gotowy do natychmiastowego użycia z załadowanymi bateriami, ze źródłem światła, nierozłączalny blok łyżka –rękojeść, rękojeść z frezami zapewniającymi pewny chwyt, łyżki metalowe ze stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym LED-owym źródłem światła, na łyżce wyraźne numeryczne oznaczenie rozmiaru, znak CE, na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia, rozmiar kodowany numerycznie na łyżce oraz opakowaniu jednostkowym, opakowanie jednostkowe z wyraźnym oznaczeniem : rozmiaru, typu, nr serii, daty przydatności do użycia, termin ważności 4 lata, rozmiary Macintosh 0-4, Miller 00-4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie kodowane numerycznie w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z nacięciem wskazującym miejsce otwarcia opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści łyżkę o długościach:

ROZMIAR	TYP	DŁUGOŚĆ
00	Macintosh	68 mm
0	Macintosh	76 mm
1	Macintosh	95 mm
2	Macintosh	105 mm
3	Macintosh	135 mm
4	Macintosh	155 mm

ROZMIAR	TYP	DŁUGOŚĆ
00	Miller	65 mm
0	Miller	78 mm
1	Miller	102 mm
2	Miller	154 mm
3	Miller	195 mm
4	Miller	205 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren zakończony po obu stronach uniwersalnymi łącznikami pasującymi m. in. do wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych
Ch 10, 12, 14, 16 o dł. 33 cm – dla rurek tracheostomijnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści obwód współosiowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 26, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 183cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści obwód z łącznikiem kolankowym z portem CO2 z zatyczką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści obwód posiadający dwie rury, połączone łącznikiem Y, posiadający także łącznik kątowy z portem CO2 z zatyczką, długość 200cm, średnica rur 22mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej nie posiadający rękojeści i krótkiego odcinka drenu, ponieważ oferowana szczoteczka i gąbki z odsysaniem posiadają manualną zastawkę do kontroli siły ssania ściętą pod kątem 45° i rękojeść nie jest potrzebna w tym przypadku?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 26, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty zestaw do toalety jamy ustnej?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik T nie posiadający mechanizmu samodomykania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający cząsteczki o średnicy (MMAD) 2,0-2,2µm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7.36 min. (+/- 0.26min.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą o długości 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód o regulowanej długości w zakresie 55-200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód nie posiadający kapturka zabezpieczającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z nienadmuchiwanym mankietem kodowanym kolorystycznie, wykonane z PP (kopuła maski) i TPE (mankiet), z przezroczystą kopułą umożliwiającą ciągłą obserwację pacjenta, z dobrze przylegającym elastomerowym mankietem, oznaczenie rozmiaru maski na korpusie i opakowaniu, oznaczenie dot. CE, rozmiaru i daty ważności na opakowaniu, możliwość stosowania maski w MRI, bez zawartości PCV, ftalanów i lateksu, czystą mikrobiologicznie w opakowaniu foliowym, w rozmiarze 3, 4, 5. Złącze 22mm. Objętość masek: 120ml (rozm. 3), 144ml (rozm.4), 188ml (rozm. 5)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 30, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zębów z manualną zastawką do kontroli siły ssania ściętą pod kątem 45°, z 2 otworami ssącymi i gładką gąbką na górnej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 30, pozycja 4

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga zaoferowania zestawu do toalety jamy ustnej czy samej szczoteczki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenu o pojemności 2000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zadanie nr 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania prosto zakończony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 18.

Pakiet 4

Poz. 3

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

System rampa z wbudowaną płytką trójkranikową, z 4 zaworami Clave pracującymi w systemie wewnętrznej tępej kaniuli, z nakręcaną końcówką Luer, dren 150 cm, (całość systemu 167 cm) objętość napełniania ok. 7,7 ml. Ilość aktywacji 600, do 7 dni

stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylne, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

System rampa z pięcioma kranikami, z 6 zaworami Clave pracującymi w systemie wewnętrznej tępej kaniuli, z nakręcaną końcówką Luer, dren 150 cm (długość systemu 175 cm) objętość napełniania ok. 8,62 ml. Szybkość przepływu 165 ml/min. Ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylne, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 25

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 ml 3. cz. typu luer lock

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 cz., 20 ml typu luer lock pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł tępych z otworem centralnym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Pakiet 30

Poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający oczekuje, wysokiej jakości Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. Zaprojektowany do współpracy z obwodami oddechowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie produktu światowego producenta: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6

m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Tak jak obecnie stosowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz numerycznie i opisowo na korpusie maski, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie: Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Z możliwością stosowania z płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Zestaw umożliwia jego przygotowanie przed otwarciem opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 19.

1. Pytanie do projektu umowy § 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmian zapisu ust. 6 z „Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment będzie posiadał termin przydatności do użycia nie krótszy niż $\frac{3}{4}$ terminu nadanego przez producenta licząc od daty dostawy. W przypadku dostawy asortymentu z terminem przydatności krótszym niż wskazany powyżej, Zamawiający może zwrócić asortyment Wykonawcy na jego koszt.

Okres jaki upłynie do czasu dostarczenia asortymentu z terminem przydatności zgodnym z niniejszym zapisem Zamawiający będzie traktował jako zwłokę w dostawie.” na „Wykonawca oświadcza, że dostarczany asortyment będzie posiadał termin przydatności do użycia nie krótszy niż $\frac{1}{2}$ terminu nadanego przez producenta licząc od daty dostawy. W przypadku dostawy asortymentu z terminem przydatności krótszym niż wskazany powyżej, Zamawiający może zwrócić asortyment Wykonawcy na jego koszt. Okres jaki upłynie do czasu dostarczenia asortymentu z terminem przydatności zgodnym z niniejszym zapisem Zamawiający będzie traktował jako zwłokę w dostawie.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

2. Pytanie dotyczące pakietu 29 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran zawierający: 1 szt podkładka z miękkim wyścielonym nieprzezroczystym drenem typu Soft Port, odprowadzającym wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika, pianka hydrofobowa 10 cm x 8 cm x 3 cm, folia do uszczelnienia? Parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Pytanie dotyczące pakietu 29 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran zawierający: 1 szt podkładka z miękkim wyścielaniem nieprzezroczystym drenem typu Soft Port, odprowadzający wydzielinę i złączem do podłączenia do zbiornika, 1 - pianka hydrofobowa 25cm x 15 cm x 3 cm, folia do uszczelnienia? Parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Pytanie dotyczące pakietu 29 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, długość: 168cm, zakończony bezpiecznym złączem Quick – Click? Pojemność 300ml. Możliwość wizualnej oceny wydzieliny. Kanister posiada certyfikat CE klasy I. Możemy zaproponować pojedyncze sztuki z przeliczeniem proponowanej ilości przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Pytanie dotyczące pakietu 29 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, długość: 168cm, zakończony bezpiecznym złączem Quick – Click? Pojemność 800ml. Możliwość wizualnej oceny wydzieliny. Kanister posiada certyfikat CE klasy I. Możemy zaproponować pojedyncze sztuki z przeliczeniem proponowanej ilości przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 20.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 12 wymaga cewników centralnych w pozycji 1 i 2 igły punkcyjnej 18Ga/6,35 cm , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 21.

Czy Zamawiający w zadaniu 12

Pozycja1 dopuści:

Dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, przewodnik o średnicy 0,88 mm typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Czy Zamawiający w zadaniu 20

Pozycja1 dopuści:

Antybakteryjny, dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, nitynolowy przewodnik typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Czy Zamawiający w zadaniu 35

Pozycja1 dopuści:

Czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 12,5cm , 16cm , 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, przewodnik typu "J" 60cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylatator 9 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Zestaw 22.

1. Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zadania 27 pozycji 5 (Pułapki do monitora Careescape B-450, op a 10 szt). Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi również złożenie oferty większej ilości Wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings