

Wadowice, dnia 06.09.2022r.

Znak: ZP.26.1.30.2022.2

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z poz. 2022r. poz. 1710) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej dla ZZOZ w Wadowicach”

Zestawienie złożonych ofert:

1. Stieglmeyer Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno

Pakiet nr 9 - Wartość oferty brutto: 9 525,60 zł

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

Lp.	Parametry oceniane	Punktacja
1	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 – regulacja płynna	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezglowia i nóg TAK – 10pkt, NIE – 0 pkt.
2	Barierki boczne zabezpieczające w 3/4 długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości.	Barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami TAK- 10pkt, brak 0 pkt
3	Koła 150mm. Blokada centralna kół.	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole TAK -10pkt, NIE – 0pkt

2. EMTEL Śliwa Sp.k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

Pakiet nr 2 - Wartość oferty brutto: 27 626,40 zł

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

Lp.	Parametry oceniane	Punktacja
1	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz jak również z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 1,5 godzinnego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 70 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Dostępna także możliwość nieograniczonego w czasie monitorowania i wykonania dowolnej liczby defibrylacji z zasilania sieciowego.	1,5 godz. – 0 pkt. > 1,5 godz. – 10 pkt.
2	Waga samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, stymulacja, ciśnienie nieinwazyjne, saturacja, EKG/Resp, rejestrator) wraz z akumulatorem, łyżkami	7,5 kg – 0 pkt. <7,5 kg – 10 pkt.



	twardymi dla dzieci i dorosłych i elementem do szybkiego montażu na stojaku jezdnym nie może przekroczyć wagi 7,5 kg	
3	Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości min. 50 mm Jednoczasowy wydruk min. 3 odprowadzeńk z kabla 3 żyłowego	Jednoczasowy wydruk 3 odpr. ekg – 0 pkt. Jednoczasowy wydruk > 3 odpr. ekg – 10 pkt.

3. Ultra-Viol sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik ul. Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

Pakiet nr 5 - Wartość oferty brutto: 1 574,40 zł

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia 5 dni od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

4. Dräger Polska sp. z o. o., ul. Posąg 7 Panien 1, 02 495 Warszawa

Pakiet nr 1 - Wartość oferty brutto: 153 046,80 zł

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia 16 tygodni od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

L.p.	Parametry oceniane	Punktacja
1	System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika	TAK – 12 pkt NIE – 0 pkt
2	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut	>90 min – 2 pkt </= 90 – 0 pkt
3	Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów,	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
4	Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
Respirator, tryby wentylacji		
5	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym	Elektryczny – 20 pkt Pneumatyczny – 0 pkt
6	Awaryjna podaż O ₂ i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
Regulacje		
7	Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH ₂ O); wymagana funkcja WYL (OFF)	Od 2 hPa – 6 pkt Od 3 hPa – 0 pkt
8	Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika	TAK – 6 pkt NIE – 0 pkt
Prezentacje		
9	Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora	TAK – 6 pkt NIE – 0 pkt
Funkcjonalność		
10	W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego)	TAK – 6 pkt NIE – 0 pkt
11	Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB	TAK – 6 pkt NIE – 0 pkt
Alarmy		
12	Alarm wykrycia drugiego anestetyku	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt
Inne		
13	Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt



Monitor do aparatu, wymagania ogólne		
14	Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu	Bateria >4,5h – 8 pkt Bateria <4,5h – 0 pkt
15	Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin	>80 h – 8 pkt <80 h – 0 pkt
16	Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu.	TAK – 8 pkt NIE – 0 pkt
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi		
17	Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin	>4h – 2 pkt <4h – 0 pkt

5. P.H.U. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

Pakiet nr 4 - Wartość oferty brutto: 17 828,90 zł

Pakiet nr 7 - Wartość oferty brutto: 15 900,00 zł

Pakiet nr 8 - Wartość oferty brutto: 5 227,50 zł

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy – dotyczy Pakietu nr 7 i 8

Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy – dotyczy Pakietu nr 4

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

6. GETINGE Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

Pakiet nr 3 - Wartość oferty brutto: 237 527,64 zł

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia do 22 tygodni od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

L.p.	Parametry oceniane	Punktacja
1	Rejestracja parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci poprzez port USB wbudowany w urządzenie	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
2	Graficzny wskaźnik postępu procesu na wyświetlaczu panelu sterowana z boku komory po obu stronach	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
3	Zmiana koloru ekranu wyświetlacza na zielony w przypadku zakończenia procesu, na żółty w przypadku komunikatów ostrzegawczych oraz na czerwony w przypadku awarii	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
4	Uchylny panel sterowania w celu ułatwienia dostępu serwisowego.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
5	System automatycznej redukcji czasu suszenia powiązany z automatyczną kontrolą wilgotności wsadu. Pozwalający na automatyczną redukcję czasu suszenia wsadu.	Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt
6	Wyposażona w dodatkowy zbiornik /podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt
7	Wyświetlacz sterownika urządzenia po stronie załadowniczej i wyładowniczej umieszczony z boku komory mycia na ergonomicznej wysokości 145 cm (+/-5cm)	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
8	Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 5 wybieranych ekranu dotykowego sterownika	5 programów – 0 pkt. 6-10 prog. – 5 pkt. > 10 prog. – 10 pkt.



9	Sterownik po stronie załadowniczej i wyładowniczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej aktywnej matrycy min. 7”.	7” – 0 pkt. > 7 – 10” – 5 pkt. > 10” – 10 pkt.
---	--	--

7. Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U , 53-030 Wrocław

Pakiet nr 4 - Wartość oferty brutto: 19 999,00 zł

Termin płatności: 60 dni w formie przelewu od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia do 1 dzień od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.

*Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wadowicach*

Barbara Bulanowska

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x a/a.