



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dnia.29.11.2021 r.

Znak sprawy: **TZ.252.1.65.2021**

l.dz. WPR/5534/11/2021/W

**Uczestnicy postępowania
nr WPR/TZ/252/ZP/43/2021**

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Zakup defibrylatora wraz z dostawą dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”, znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/43/2021.

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Pytanie 1. Pkt 4, 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowanie urządzenie wyposażone w jeden akumulator, którego ładowanie odbywa się poprzez defibrylator podłączony do źródła prądu, a jego pojemność pozwala na co najmniej 6 godzin monitorowania? To dwukrotnie dłuższy czas pracy niż wymagany przez Zamawiającego, co eliminuje potrzebę posiadania wielu akumulatorów oraz nie wymaga ich rotacji w celu naładowania w zewnętrznej ładowarce.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pytanie 2, pkt 7

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji „Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia” prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o pokazywanie bieżącego stanu sprawności urządzenia, czy pokazywanie jedynie wyniku ostatniego autotestu?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje jedno i drugie rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Pytanie 3, pkt 6

Czy poprzez określenie wagi urządzenia do 10 kg Zamawiający ma na myśli wagę całego zastawu - monitor/defibrylator wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do monitorowania pacjenta (monitorowanie EKG 12 odpr., SpO2, NIBP, EtCO2, akcesoria do teletransmisji) wraz z torbą transportową umożliwiającą przenoszenie i segregację akcesoriów (z minimum 4 kieszeniami oznaczonymi oddzielnymi kolorami) na powyższe akcesoria pomiarowe i łyżkami do defibrylacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Pytanie 4, pkt 13

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie oferty na defibrylator bez automatycznej regulacji parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta z łyżek twardych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Pytanie nr 5

Pytanie 5, pkt 23

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści defibrylator z ekranem o przekątnej 6,5 cala, z możliwością pracy ekranu w różnych trybach: monitorowania, wyświetlania trendów, wyświetlania 12-odporowadzeń EKG jednocześnie, kardiomonitora z jednoczesną możliwością zamiany natężenia podświetlenia ekranu, z automatycznym przełączaniem w różne tryby pracy, w tym ze wspomaganie RKO i filtrowaniem zapisu EKG, co zapewnia większą funkcjonalność niż wymagana w SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pytanie 6, pkt 30

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie z innym systemem zasilania, na który składa się jeden akumulator z zasilaczem, umożliwiającym nieprzerwaną pracę monitora/defibrylatora przez co najmniej 6 godzin monitorowania i jednocześnie ładowanie akumulatora w urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7

Pytanie 7, załącznik 4a

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności uzna za spełnione wymaganie potwierdzenie współpracy z hemodynamikami w województwie Śląskim w przypadku zapewnienia bezpłatnego systemu odbioru, co pozwala na rozpoczęcie współpracy z ośrodkami hemodynamicznymi w Województwie Śląskim (lub dowolnymi innymi placówkami medycznymi np. SOR, Centrum Urazowe) w dowolnym momencie. Rozpoczęcie współpracy jest możliwe w każdym momencie ze względu na wykorzystywanie standardowej infrastruktury szpitala (komputer klasy PC z dostępem do internetu) i brak zobowiązań finansowych po stronie odbiorcy transmisji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Pytanie 8, załącznik 4a

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności uzna za spełnione wymaganie potwierdzenie współpracy z hemodynamiką w województwie Śląskim w miejscowości Zabrze w przypadku zapewnienia transmisji do Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 w Zabrzu, która również pełni dyżur 24h/7, a znajduje się 500m od placówki podanej w załączniku 4a?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem.

Załączniki:

1. a/a.

Sporządzili:
Michał Kucap
Katarzyna Pietruszka

Akceptowała:
Karina Przybyła

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach

Łukasz Pach



40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

NIP: 954 22 60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000