



Warszawa, dnia ...17.06.2021r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP- 2053/1041/21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni”, WZP-1041/21/56/Ł

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.


Pytanie 1

Upzejmie proszę o ew. doprecyzowanie czy chodzi o 2m czy 2km.

1.	Zasięg przy pomiarze lustrowym	minimum 2.000 m
----	--------------------------------	-----------------

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, że zasięg przy pomiarze lustrowym ma wynosić minimum 2 000 metrów.

ZASTĘPICA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASIŃSKI