

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
mgr Monika SADOWSKA

Zatwierdzam

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest: **Kalibracja 4 szt. i naprawa 2 szt. urządzeń do badania przepuszczalności światła w szybach typu Elhos Glass.**
- II. Kalibracja ma polegać na wyregulowaniu, ustawieniu i dostrojeniu urządzenia w sposób pozwalający na wykonywanie rzetelnych pomiarów.
  - Kalibrację należy wykonać w urządzeniach o nr: 2898, 2902, 2897 i 2904.
- III. Naprawa ma polegać na ustawieniu poluzowanego szkietka w torze pomiarowym.
  - Naprawę należy wykonać w urządzeniach o nr: 2754 i 2755.
- IV. Pozostałe wymagania Zamawiającego
  1. Termin realizacji usługi – maksymalnie **15 dni roboczych**, licząc od dnia zaakceptowania zamówienia przez Wykonawcę.
  2. Wystawienie i dołączenie świadectwa/certyfikatu kalibracji.
  3. Termin płatności - **30 dni**, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.

INSPEKTOR  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Daniel BANKOWSKI

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
asp. Marek LEWIŃSKI