

COZL/DZP/MJ/3413/Z-44/2022

DOSTAWA ELEKTROD DO DEFIBRYLATORÓW

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: dotyczy części Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych piankowe z żelem stałym o rozmiarze 44x30?

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment.

Pytanie: dotyczy części Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające

aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca

110cm², powierzchnia całkowita 170cm², wymiary 176x122mm, do każdej elektrody dołączona

informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50 szt.?

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment.

Pytanie: dotyczy części Nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG holter, piankowe z żelem stałym o rozmiarze 39x36 mm?

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment.