



**WOJSKOWE CENTRUM**

**KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 07 listopada 2023 r.

**Wykonawcy postępowania nr 86/D/2023**

WCKiK – SZP.2612.2.86/D/2023

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa wirówki laboratoryjnej stołowej”, Sprawa 86/D/2023*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z pytaniami skierowanymi przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem oraz na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 6 zmienia treść Specyfikacji warunków Zamówienia o czym informuje poniżej.

#### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści wymiary: H x W x D [mm] : 180 x 220 x 270 ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści wagę bez rotorów ok. 4 kg ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści wymiary: H x W x D [mm] : 299 x 357 x 451 ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuści wagę ~ 22 kg ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach: (szer. x głęb. x wys.) 220 mm x 270 mm x 180 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuści wagę wirówki bez rotorów wynoszącą 4 kg ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez systemu efektywnej wentylacji ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez czujnika nie wyważenia ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez przycisku krótkiego wirowania short ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający dopuści Wymiary zewnętrzne H x W x D [mm] : 299 x 357 x 451 ? 7

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający dopuści wagę bez rotorów 22 kg ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12.**

Czy Zamawiający dopuści Max. RCF [x g] :4 830 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający dopuści czas pracy :1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 14.**

Czy Zamawiający dopuści wirówki lżejsze niż opisane o wadze 5kg? W przypadku negatywnej odpowiedzi będą zobowiązany za jej krótkie uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza arkusz asortymentowo-cenowy po zmianach.

**Pytanie 15.**

Czy Zamawiający dopuści wirówki w których komora wykonana jest z materiału typu ABS nie reagującym z wilgocią przez co nie powoduje to powstawania korozji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 16.**

Czy Zamawiający zgodzi się i odstąpi od wymogu przeprowadzenia wymogu instalacji, uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia? Wirówki które chcemy zaoferować są urządzeniami bardzo prostymi w obsłudze, nie ma w nich programowania samego wirowania, dzięki czemu użytkownik wraz z załączoną instrukcją obsługi jest w stanie zmontować wirówkę oraz przystąpić do pracy na niej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający, nie wyraża zgody ze względów proceduralnych obowiązujących Zamawiającego jako użytkownika urządzeń.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Uwaga:**

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **ULEGA** zmianie.

**Zmiana treści SWZ z dnia 07.11.2023 r.**

1. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt III Termin związania ofertą ppkt 1 otrzymuje następującą treść:  
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **09.12.2023 r.**
2. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt I Sposób i termin składania ofert ppkt 13 otrzymuje następującą treść:  
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 10.11.2023 r. do godziny 09:00**
3. W Rozdziale VIII Informacje o sposobie oraz terminie składania i otwarcia ofert, pkt II Sposób i termin otwarcia ofert ppkt 1 otrzymuje następującą treść:  
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **10.11.2023 r. godzina 09:15**

**Załącznik:**

– Arkusz asortymentowo-cenowy po zmianach.

**W imieniu kierownika Zamawiającego**

## ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PO ZMIANACH

CPV- 33190000-8

Załącznik Nr 2 do SWZ  
Załącznik Nr 1 do Umowy

Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Liczba	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
<b>Wirówka laboratoryjna stołowa</b>				<b>kpl.</b>	<b>8</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posiada znak CE.</li> <li>2. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starsze niż 2023 rok</li> <li>3. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 270 mm x 220 mm x 180 mm</li> <li>4. <b>Maksymalna masa bez rotorów 8 kg</b></li> <li>5. Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm</li> <li>6. Przyspieszenie 3300 xg +/- 5%</li> <li>7. Urządzenie posiada efektywny system wentylacji</li> <li>8. Urządzenie posiada programowanie prędkości obrotowej RPM, czasu wirowania,</li> <li>9. Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF</li> <li>10. Urządzenie posiada kontrolę nie wyważenia wirnika</li> <li>11. Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 15 s do 99 min</li> <li>12. Obroty RPM regulowane w zakresie od 100 do 6000</li> <li>13. Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem</li> <li>14. Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji.</li> <li>15. Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika</li> <li>16. Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora</li> <li>17. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania</li> <li>18. Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii</li> <li>19. Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie</li> <li>20. Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem</li> <li>21. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD</li> <li>22. Wirówka wyposażona w wirnik kątowy 8 x 5-15 ml., komplet pojemników z podkładkami redukującymi głębokość oraz wkładkami redukującymi średnicę (kąt 30 °)</li> <li>23. Rotor oraz pojemniki metalowe na próbki, kompletne z możliwością autoklawowania</li> <li>24. Wymiana rotora we własnym zakresie przez użytkownika wirówki</li> <li>25. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz.</li> <li>26. Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci</li> <li>27. Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności.</li> <li>28. Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101</li> <li>29. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.</li> <li>30. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,</li> <li>31. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.</li> <li>32. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.</li> <li>33. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie.</li> <li>34. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze.</li> </ol>									

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące	Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie	.....miesiące
Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 25 dni kalendarzowych	Tak, podać termin dostawy	.....dni

**Wymagane w ofercie dokumenty:**

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

.....  
*znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)  
do reprezentowania podmiotu*

**Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:**

Lp.	Nazwa miejsca dostawy	Adres miejsca dostawy	Telefon kontaktowy	Ilość
1	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Warszawa Zespół Medyczny	ul. Szaserów 128 04 – 349 Warszawa	261 816 672	1
2	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Ełku	ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk	604 317 447	1
3	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Bydgoszczy	ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz	261 417 241	1
4	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa we Wrocławiu	ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław	261 660 140	1
5	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Krakowie	ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków	261 138 289	1
6	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Lublinie	Al. Raławickie 23 20-049 Lublin	261 183 266	1
7	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Szczecinie	ul. Piotra Skargi 8 71 – 422 Szczecin	261 455 642	1
8	Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Gdańsku	ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk	261 216 517	1