

COZL/DZP/AW/3412/TP-174/23

Lublin, dnia 04.01.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :

"Dostawa detektora promieniowania Gamma, wideolaryngoskopu bezprzewodowego oraz głowicy do Aparatu USG na potrzeby COZL"
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP-174/23)

1. Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 do Pakietu 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy z możliwością ustalenia przedziału czasowego, w którym sygnał jest kumulowany (czas integracji) podawanego w sek. (0.1, 2, 5, 10), z możliwością włączenia funkcji wyciszenia tła oraz stałym progu dyskryminacji liczby zliczeń?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 do Pakietu 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletnego systemu składającego się z przenośnego komputera PC (z dedykowaną aplikacją) współpracującego z sondą bezprzewodową w technologii Bluetooth?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 do Pakietu 1 pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy, której zakres mierzonych energii promieniowania gamma to: 50-250 keV?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 do Pakietu 1 pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu w którym komputer (jednostka sterująca) zasilana jest 220-230V lub z akumulatora, natomiast sonda bezprzewodowa zasilana jest baterią typu CR123?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 do Pakietu 1 pkt. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy, której pole skanowania (bez dodatkowej końcówki) to 45°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 do Pakietu 1 załącznik nr. 3 § 5 pkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu wymiana tego elementu na nowy”

Wymóg wymiany sprzętu na nowy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.