



Znak: AE/ZP-27-41/20

Tarnów, 2020-07-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9.** Prosimy, aby w przypadku zaoferowania w pozycji nr 9 igieł systemowych z osobnym uchwytem z zabezpieczeniem przeciwwakłuciowym, wykonawca mógł zmniejszyć o 1000 ilość uchwytów z pozycji nr 11, ponieważ ilość uchwytów potrzebnych do igieł z pozycji nr 9 już tam została zaoferowana.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 3.** Prosimy o wyłączenie z wymogu zawartego w Punkcie nr 3 zestawów do gazometrii, ponieważ są one w osobnym pakiecie oraz nie są elementem zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi żyłnej.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 5 pkt 17.** Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dotyczący aparatu do OB zawarty w Punkcie nr 17, jeżeli wraz z aparatem wykonawca dostarczy specjalny Zestaw Kontrolny, składający się z 3 próbek z wystandaryzowanymi rdzeniami stałymi, który służy do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli poprawności pracy aparatu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ilości asortymentu oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 9 i 11** określoną w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Ad. 2 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 z późn.zm.) wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt 3 Załącznika Nr 5 dotyczącego przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 zapis o treści:

„Wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi, zestawy do gazometrii) pochodzą od jednego producenta.”

zmienia na zapis o treści:

„Wszystkie elementy systemu używane bezpośrednio do pobierania krwi (igły, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi) pochodzą od jednego producenta.”

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 określone w pkt 17 Załącznika Nr 5.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 16.07.2020r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 16.07.2020r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie X.1, XI.1, Załączniku Nr 5 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

