



Poznań, dnia 12.11.2024 r.

Oznaczenie sprawy: TP-93/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw 1

Pakiet 1 poz. 1 i 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie numerów katalogowych aktualnie używanych produktów, aby móc odpowiednio dopasować obie pozycje.

Odp: poz.1) PX260, poz.2) MHD6RS

Pakiet 3 poz. 2-4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie mankietów o wymienionych rozmiarach? Na czerwono zaznaczone są różnice, a w nawiasie wskazane te, których Państwo wymagali:

Poz. 2 – obwód 4-8 cm, szerokość **33 mm** (32mm)

Odp: Zamawiający dopuszcza obwód i szerokość z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

Poz. 3 – obwód 6-11 cm (5,8mm), szerokość **40 mm** (42mm)

Odp: Zamawiający dopuszcza obwód i szerokość z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

Poz. 4 – obwód 7-14 cm (7,1-13,1 cm), szerokość **48 mm** (51mm)

Odp: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie mankietów pakowanych w opakowanie zbiorcze po 24 szt.? Możliwe zaokrąglenie:

- 1) w dół – aktualnie wymagane po 220 szt., zaoferowalibyśmy 216 szt.
- 2) w górę – aktualnie wymagane po 220 szt., zaoferowalibyśmy 240 szt.



CERTYFIKAT 2023/56





Odp: Zamawiający dopuszcza powyższe opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, na ilość wymaganą przez zamawiającego, do dwóch miejsc po przecinku – bez zaokrągleń.

Zestaw 2

Pytanie dotyczące części nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie ilości czujników do pomiaru rzutu seca do 5 sztuk? Jest to najmniejsze dostępne opakowanie zbiorcze.

Odp: Nie, zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

