

PARAMETRY APARATU DO DIAGNOSTYKI SUCHEGO OKA I WARUNKI REALIZACJI		
LP.	Opis parametru	Wartość graniczna parametru
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, rok produkcji 2024, wyklucza się egzemplarze demo i powystawowe.	Tak
2	Nieinwazyjne badania; *nieinwazyjny czas przerwania filmu łzowego *Interferometria *menisk łzowy *meibografia	Tak
3	Rozdzielczość obrazu	min. 8 mln pikseli
4	Wymiary obrazu: 2592x19944 pikseli JPEG	Tak
5	Pozyskiwanie obrazu, tryb: zdjęcia oraz wideo	Tak
6	Ostrość obrazu: ustawianie ręczne i automatyczne	Tak
7	Źródło światła: *dioda podczerwieni LED *biała dioda LED *niebieska dioda LED	Tak
8	Filtr żółty do stosowania z fluoresceiną	Tak
9	Akcesoria: *laptop z systemem operacyjnym Windows 11, *dedykowane oprogramowanie *podstawa lampy szczelinowej i podbródek, *dedykowany stolik *pokrowiec ochronny	Tak
10	Możliwość integracji z zewnętrzną drukarką (WiFi, LAN, USB)	Tak
11	Automatycznie generowany raport w kierunku ZSO	Tak
12	Gwarancja	Min. 24 miesiące
13	Termin dostawy	Max. 8 tygodni
14	Wykonawca posiada autoryzację producenta na serwisowanie zaoferowanego urządzenia lub umowę z autoryzowanym serwisem	Tak
15	W cenie oferty przeglądy serwisowe w okresie gwarancji , zgodnie z zaleceniami producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu	Tak
16	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego urządzenia od dnia sprzedaży min. 8 lat	Tak
17	Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w miejscu instalacji aparatu	Tak
18	Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym (w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie zamawiającego urządzenie zastępcze na czas naprawy) max. 5 dni roboczych	Tak