



DZP.381.55B.2024

Katowice 15.07.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

DYREKTOR

**mgr Renata
Wachowicz**

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.: Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych - DZP.381.55B.2024 – odpowiedzi na pytania

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

pakiet drobne akcesoria laboratoryjne

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1, zestaw składający się z niesterylnej probówki 1 ml z płynnym podłożem UTM oraz sterylnej wymazówki z flokowanego nylonu do nosogardzieli (pediatryczna)?

Podłoże UTM jest podłożem, które składa się ze zrównoważonego roztworu soli Hanksa, wzbogaconego białkami i cukrami o neutralnym pH. Podłoże zawiera pewne antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, które hamują rozwój bakterii i drożdży. Proces sterylizacji zniszczyłby struktury białek, antybiotyków itp, przez co podłoże UTM nie spełniłoby swojej funkcji jako uniwersalne podłoże przeznaczone do pobierania i transportu próbek klinicznych.

ODPOWIEDź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw w poz. 1 formularza asortymentowo- cenowego. W związku z powyższym zamawiający modyfikuje opis poz. 1 formularza asortymentowo- cenowego. Zmodyfikowany formularz w załączeniu.

Pytanie nr 2

pakiet drobne akcesoria laboratoryjne

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 11, niesterylny uniwersalny bulion (tioglikolan), wzbogacony o heminę i witaminę K1 dla bakterii tlenowych, beztlenowych i fakultatywnych mikroorganizmów. Probówka plastikowa o zawartości bulionu max 4 ml, przeznaczona do transportu i przechowywania próbki do czasu inkubacji w temp. od 5-25 st. C?

Składniki bulionu to w głównej mierze aminokwasy, dzięki czemu bulion posiada znakomite właściwości odżywcze i wzrostowe dla wymagających szczepów bakterii. Proces sterylizacji zniszczyłby struktury aminokwasów, przez co bulion nie spełniłoby swojej funkcji jako podłoże wzbogacające i odżywczo-wzrostowe.

ODPOWIEDź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany uniwersalny bulion w poz. 11 formularza asortymentowo- cenowego.

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje opis poz. 11 formularza asortymentowo- cenowego. Zmodyfikowany formularz w załączeniu.

Zamawiający:

przesuwa termin składania ofert z dnia 17.07.2024 r. godz. 10:00 na dzień 18.07.2024 r. godz. 10:00

oraz

przesuwa termin otwarcia ofert z dnia 17.07.2024 r. godz. 10:30 na dzień 18.07.2024r godz. 10:30

Termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 16.08.2024r.

KRS: 0000049660
Księga rej.: 000000018597

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Agata Choliuj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych