



Gdynia, 09.11.2022

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania: **Serwis aparatury medycznej firmy Biameditek w Szpitalu Włocławskiego a'Paulo i Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. D25M/251/N/38-64rj/22 .**

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy zamawiający życzy sobie, aby w urządzeniach były wymieniane oryginalne akumulatory zgodnie z zaleceniami producenta? Umożliwi to ciągłą i bezpieczną pracę urządzeń w przypadku utraty zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w urządzeniach były wymieniane oryginalne akumulatory zgodnie z zaleceniem producenta.

Pytanie 2: Czy zamawiający będzie wymagał udokumentowania posiadania legalnej dokumentacji technicznej (np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, itp.) niezbędnej do wykonywania usługi? Tylko oficjalne i legalne źródło tych danych umożliwi bezpieczną pracę urządzeń oraz aktualność wiedzy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania legalnej dokumentacji technicznej np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe na etapie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust 11 Projektu Umowy.

Pytanie 3: Czy od wykonującej przeglądy i naprawy osoby będą wymagane kwalifikacje producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta danych modeli urządzeń?

Odpowiedź: Wymagania dotyczące kwalifikacji osób wykonujących usługę zostały określone w SWZ i są one kryteriami oceny ofert. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie 4: Czy zamawiający celem uzyskania najwyższej jakości usług potwierdzonych zewnętrznymi audytami będzie wymagał od wykonawcy posiadania aktualnego certyfikatu ISO 9001:2015?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5: Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i będzie wymagał od wykonawcy posiadania autoryzacji producenta?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500.00 zł

NIP 584 00 84 770 | REGON 149 14 14 12 | Bank PKO BP S.A. nr 49 1440 1084 0000 0000 0011 0149
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Odpowiedź: Wymagania dotyczące kwalifikacji osób wykonujących usługę zostały określone w SWZ i są one kryteriami oceny ofert. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w tym zakresie.

Pytanie 6: Czy zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, będzie wymagał od wykonawcy bezpłatnego wykonania podczas przeglądów wszystkich aktualnych akcji korekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od wykonawcy bezpłatnego wykonywania podczas przeglądów wszystkich akcji korekcyjnych.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn – Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej