Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP – 84/20 Łódź, dn. 18. 02. 2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki, sprawa ZP 3/20

Na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 56 Zamawiający wymaga zaoferowania cewników do pomiarów inwazyjnych rzutu minutowego metodą termodilucji z wbudowanym zespolonym czujnikiem temperatury iniektatu.*

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wymaga.

2. *Pakiet nr 51. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Inflatora z zestawem składającym się z torquera, igły tępej i Y-connectora typu Push-Click(9F):*
   - z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta,
   -z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym,
   -możliwość obsługi jedną ręką oraz pracy przy zamkniętej zastawce,
   -końcówka typu Luer Lock (obrotowa),
   - przezroczysty korpus oraz wysoka szczelność i jakość wykonania
   spełniający wszystkie wymagane parametry, ale nie jest typu „muszelka" (wg. rys. nr 1).

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. *Pakiet nr 52. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Y-connectora typu Push-Click(9F):*
-z trzema ustawieniami zastawki:zamknięta, częściowo otwarta, otwarta,
-z drenemzakończonym kranikiem trójdrożnym,
-możliwość obsługi jedną rękąoraz pracy przy zamkniętej zastawce,
-końcówka typu Luer Lock (obrotowa),
- przezroczysty korpus oraz wysoka szczelność i jakość wykonania
spełniający wszystkie wymagane parametry, ale nie jest typu „muszelka" (wg. rys. nr 2).

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

4. *Pytanie do Pakietu nr 33. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 33, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym stalowym mandrynem i standardowej, do swobodnego wyboru przez Operatora, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055''), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, pole powierzchni ekstrakcyjnej 1,04mm2, wyposażonym marker na końcu cewnika, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm3, zastawką jednokierunkową, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

5. *Pakiet nr 50– Przetwornik do pomiaru ciśnień metodą krwawą. Bardzo prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie treści SIWZ, co oznacza kompatybilność przetwornika z systemem do podawania kontrastu - czy chodzi o to która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora.*

Wyjaśnienia: Kompatybilność przetwornika z systemem do podawania kontrastu (podłączenie do rampy trójdrożnej i monitorów – urządzeń będących na stanie zamawiającego).

6. *Dot. Pakietu nr 8 Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej. Prosimy o dopuszczenie Introduktorów promieniowych o poniższych parametrach:*
   - prowadnik o średnicy 0,021" o długości 45 cm
   - igła 20G/21G x 3,8cm , dostępny introduktor 7 cm
   Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. *Dot. Pakietu nr 9 Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną. Prosimy o dopuszczenie Introduktorów promieniowych o poniższych parametrach: - Zestaw z cienką koszulką hydrofilną o średnicach 5, 6, 7 F i długości 7cm lub 11 cm, w zestawie miniprowadnik 45 cm o średnicy 0,021",0,018" oraz igłą 20G , 21G, prowadnik stalowy.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. *Dot. Pakietu nr 46 Prowadnik diagnostyczny teflonowy. Prosimy o dopuszczenie Prowadników o poniższych parametrach: Prowadnik diagnostyczny, stalowy ze sztywnym rdzeniem o długościach: 150cm ; 180cm oraz 260cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

9. *Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 , Cewniki balonowe S.C. uwalniające leki dopuści cewniki :*

- substancja czynna paclitaxel w dawce 3µg/ mm2
- o średnicach: 2.0 / 2.25. / 2.5 / 2.75 / 3.0 / 3.5 / 4.0 mm
- o długościach 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
- balon składany czteropunktowo
- hydrofilne pokrycie powłoki shaftu
- profil wejścia do zmiany 0,016"
- shaft proksymalny 1,9F shaft dystalny 2,5F dla wszystkich rozmiarów
- długość użytkowa 145 cm
- ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 14atm
- potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 4 tygodnie

- bezpieczeństwo i skuteczność uzycia poparte 4 wieloośrdkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. *Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w punktach 90.2 i 111 SIWZ wymaga złożenia wraz z ofertą próbek? W punkcie 127 SIWZ określającymi kryteria oceny nie została wymieniona jakość. Zarówno w SIWZ jak i pozostałych dokumentach brak jest informacji określającej rodzaj próbek jakie miałby zostać złożone. Prosimy o wyśnienie powyższej niejasności.*

Wyjaśnienia: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

11. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 3 cewników balonowych wysokociśnieniowych o nieco innych parametrach: profil wejścia 0,017", długość użytkowa systemu 143 cm., dostępne długości: 6; 8; 12; 15; 20 mm., RBP:20 atm (ø2,0- 4,0 mm); 18 atm (ø4,5-5,0 mm), powłoka hydrofilna na zewnątrz cewnika, dostępne średnice 5,5 oraz 6,0 poza oczekiwanym zakresem, pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 4 cewników balonowych typu S.C. o nieco innych parametrach: dostępne długości: 8, 12, 15, 20, 30 mm., dostępne średnice: 1.2, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm., profil wejścia: 0,017", ciśnienie nominalne: 6 atm, ciśnienie RBP: w zakresie 12 - 14 atm. oraz 18 atm dla rozmiaru 1,2 mm, shaft proksymalny max. 2.0F, marker pojedynczy środkowy dla 1.2 i 1.5 mm., dostępne dwie sztywności szaftu w średnicach 1.2 i 1.5 mm poza oczekiwanymi parametrami, pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 11 światłowodowych prowadników do FFR do zmian krętych o nieco innych parametrach: długość prowadnika 185 cm, konstrukcja prowadnika z rdzeniem stalowym z oplotem pozwalającym na przeprowadzenie pełnego zabiegu, końcówka prowadnka o długości 3,0 cm elastyczna i widoczna w skopii, pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 18 stentów ze stopu platynowo-chromowego o nieco innych parametrach: grubość ściany stentu maks. 0,0034" dla wszystkich rozmiarów, długość systemu doprowadzającego 144 cm, przedział średnic: 2,25–4,0mm (2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0), długości dla średnicy 3,0: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, i 38 mm, RBP: 16- 18 atm, skrócenie stentu po implantacji maks. 3,9%, pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 39 zestawów do zamykania uszka LA o poniższych parametrach: samorozprężalna konstrukcja jednoczęściowa wykonane z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu), 18 aktywnie fiksujących się ramion (kotwiczki w kształcie J w dwóch rzędach), membrana o gęstości 160 mikronów, fabrycznie zamontowany na cewniku wprowadzającym, możliwość repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu, dostępne rozmiary urządzenia: 20mm, 24mm, 27mm, 31mm i 35 mm, średnica koszulki dostępowej 12F(ID) 14F (OD), dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 40 zestawów do zamykania uszka LA o poniższych parametrach: samorozprężalna konstrukcja jednoczęściowa wykonana z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu), 10 aktywnie fiksujących się ramion (kotwiczki proste w jednym rzędzie), membrana o gęstości 160 mikronów, fabrycznie zamontowany na cewniku wprowadzającym, możliwość repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu, dostępne rozmiary urządzenia: 21mm, 24mm, 27mm, 30mm i 33 mm, średnica koszulki dostępowej 12F(ID) 14F (OD), dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadanniu 41 cewników do badań wewnątrzwieńcowych o częstotliwości 40 lub 60MHz i rozdzielczości odpowiednio 38 i 22 µm o długości roboczej 135 cm, pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. *Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 70 zestawów do przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka o poniższych parametrach: samorozprężalna konstrukcja jednoczęściowa*

wykonana z nitinolu z PET (tetraftalan polietylenu), 10 aktywnie fiksujących się ramion (kotwiczki proste w jednym rzędzie), membrana o gęstości 160 mikronów, fabrycznie zamontowany na cewniku wprowadzającym, możliwość repozycji lub całkowitego usunięcia w czasie zabiegu, dostępne rozmiary urządzenia: 21mm, 24mm, 27mm, 30mm i 33 mm, średnica koszulki dostępowej 12F(ID) 14F (OD), dostępne 3 krzywizny koszulki dostępowej.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. *Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 8 następującego brzmienia: „Udostępnione przedmioty pozostają własnością Wykonawcy do chwili pobrania przez Zamawiającego danego elementu z miejsca przechowania i są przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. *Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 17 o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. *Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 18 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności sprzętu pozostającego w depozycie.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. ***Pakiet 68.*** *Czy można zaoferować zestaw do koronografii: serweta angiograficzna udowo – promieniowa wykonana z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, barierowego laminatu wymiarach 240 x 350 cm z 2 otworami na tt. promieniowe i 2 otworami na tt. udowe. Otwory do nakłucia tt. udowej o średnicy 12 cm z folią przylepną wchodzącą w światło otworu (Ø samego otworu 7 cm) położone 96,75 cm od krawędzi górnej serwety. Otwory do nakłucia tt. promieniowej owalne w rozmiarze 12 x 7 cm z folią przylepną wchodzącą w światło otworu (rozmiar samego otworu 4 x 6 cm). Otwory promieniowe oddalone od otworów udowych o max 30cm. Wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną (spunbond/PE) o wymiarach 120x150cm i gramaturze 74g/m2. Serweta w częściach bocznych wykonana z przeźroczystej folii PE (grubość folii 42µm) o wymiarze 60x350cm, powłoka ochronna na ramię aparatu o wymiarach 102x91 cm z gumką - 2 szt, serweta na stolik i do zawinięcia zestawu 150 x 150 cm (wymagana 152 x 152 cm). Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zaoferowany zestaw składem i rozmiarem jest bardzo zbliżony do wymaganego i pozwala na bezpieczne i komfortowe przeprowadzenie zabiegu.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. *Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą rozumiane dni od poniedziałku do piątku?*

Wyjaśnienia: Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)

24. *Czy w § 9 ust. 1 pkt. 1) Zamawiający zgodzi się zastąpić słowo „opóźnienia" słowem „zwłoki"?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. *Czy w § 9 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający zgodzi się na wartość 5%?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. *Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt. 4) kara była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. *Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 10 ust. 1 pkt. 1) dopisać słowa: „ po uprzednim wezwaniu do wykonania umowy"?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 9 zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej o następujących parametrach:*

- *w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła*
- *koszulka wykonana z ETFE*
- *średnice 4 – 7 Fr, długość 7 cm, 10 cm*

- *w zestawie miniprowadnik 0,025", 0,021", 0,018" o długości 45 cm z prostą końcówką*
- *w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu*
- *atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem*
- *boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik*
- *silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym*
- *ucho do szwu chirurgicznego*
- *kaniula odporna na załamania i zagięcia*
- *Igła 22 G x 35 mm, 21G x 35 mm, 20G x 35 mm kompatybilna z wybranym prowadnikiem*
- *oznaczenie kolorami ułatwiające identyfikację rozmiarów.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

29. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 12 cewników balonowy do CTO o niskim profilu o następujących parametrach:*
    - *Cewnik w systemie Rapid exchange, semi compliant*
    - *Balon wykonany z Nylonu 12*
    - *Ciśnienie nominalne NP. 6 atm,*
    - *Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00)*
    - *Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic,*
    - *Profil przejścia 0.023" (0.58mm) dla średnicy 1.00mm*
    - *Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie*
    - *Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm*
    - *Długość użytkowa 145 cm*
    - *Długość odcinka RX 25 cm,*
    - *Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu*
    - *Markery Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic*
    - *Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014"*
    - *Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie*
    - *Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm*
    - *Zakres średnic: 1,0-4,0 mm*
    - *Dostępny balon o wymiarach 1,0mm x 5mm*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 17 stentów uwaniający Sirolimus o następujących parametrach:*
    - *DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT (1 miesiąc potwierdzony w IFU), uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus*
    - *platforma stentu: L605 CoCr , wycinany laserowo*
    - *o budowie otwarto-komórkowej, komórki połączone 2 konektorami powierzchnia komórki stentu 4.57mm2 (dla średnicy 3.0 mm)*
    - *możliwość doprężenia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm)*
    - *grubość ścianki stentu: 80 um*
    - *montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 16 Atm dla srednic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm)*
    - *profil wejścia 0,017"*
    - *dawka leku: 3,9 ug / mm*
    - *biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL*
    - *pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii „gradient"*
    - *okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące*
    - *wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej*
    (1 miesiąc) potwierdzony w instrukcji użycia
    - *długość systemu doprowadzającego 144 cm*
    - *średnica shaftu proksymalnego 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.5/ 2.6 Fr*
    - *zakres długości: 9 ,12, 15, 18, 24, 28, 33, 38 mm*
    - *zakres średnic: 2,25 - 4,0*
    - *Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr*
    - *Stent posiada 16 CE Marked Indications*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. *Pakiet 33 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do aspiracji skrzeplin, znanego amerykańskiego producenta, dostępne w rozmiarach 5F i 6F o następujących parametrach: powierzchnia ekstrakcji:*

5F=0,69mm2, 6F= 0,87mm2; przepustowość aspiracyjna: 5F=1,03 cc/s, 6F=1,11 cc/s, długość cewnika 138 cm, mandryn usztywniający na całej długości, średnica zew. proksymalna: 5F= 0,051", 6F= 0,054", długość odcinka RX wynosi 25 cm, profil przejścia: 5F=0,051", 6F=0,053"? Zawartość zestawu to dodatkowo dwie strzykawki 30cc z blokadą, mandryn usztywniający, kranik jednokierunkowy, przedłużacz i koszyczek z filtrem. Dostępna jest również druga wersja cewnika w rozmiarze 6F i 7F o następujących parametrach: powierzchnia ekstrakcji: 6F=1,25mm2, 7F=1,45mm2; przepustowość aspiracyjna: 6F=1,79 cc/s, 7F=2,82 cc/s, długość cewnika 147 cm, metalowy rdzeń wtopiony w szaft cewnika zapewniający optymalną popychalność, średnica zew. proksymalna: 6F= 0,066", 7F= 0,074", długość odcinka RX wynosi 23 cm, profil przejścia: 6F=0,066", 7F=0,070". Zawartość zestawu to dodatkowo dwie strzykawki 30cc z blokadą, kranik jednokierunkowy, przedłużacz i koszyczek z filtrem

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

32. *Pakiet 45 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do kontrapulsacji, znanego amerykańskiego producenta, współpracujące z pompami Datascope S97 oraz CS100 dostępne w rozmiarach: 30 cc, 40 cc i 50 cc? Oferowane przez nas cewniki do kontrapulsacji są znane i używane przez Zamawiającego.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

33. *Zadanie nr 3:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rampy trójkranikowej wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 150 cm bez DEHP, z wbudowanym w linię przedłużającą kranikiem trójdrożnym.*

Wyjaśnienia: Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień, w pakiecie 3 brak jest takiego sprzętu.

34. *Dotyczy SIWZ: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie punktu 90.2 SIWZ – Czy Zamawiający wymaga dołączenia próbek do oferty, do uzupełnienia, czy w w/w postępowaniu nie są one wymagane? W przypadku gdy Zamawiający wymaga próbek, prosimy o określenie ich ilości.*

Wyjaśnienia: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

35. *Pak. nr 20. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentu kobaltowo-chromowego uwalniającego sirolimus o grubości ściany stentu 70 mikronów, średnicach od 2.00 do 4.50 mm oraz długości od 8-40 mm.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

36. *dot. Pakietu 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 20 stentu pokrywanego uwalniającego lek o działaniu antyproliferacyjnym – sirolimus z biodegradowalnym polimerem o poniższych parametrach: stent kobaltowo-chromowy; dostępnych średnicach: : 2,25, 2,50, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 mm, dostępnych długościach:13, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 38 mm , profil stentu dla śr. 3,0 mm dystalny 0,035", proksymalny 0,030", profil przejścia 0,042", ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 16 atm dla śr. 2,25- 3,5 mm, 14 atm dla śr. 4,0mm ?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. *dot. Pakietu 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 34 Zestawu do zamykania ubytków typu ASD o poniższych parametrach: budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu, dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13.5mm, 15mm, 16.5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm, okludery współpracujące z koszulkami: 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10.5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm, 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, 12Fr od 27mm do 40mm, system odczepiania w formie kleszczy, brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym, dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych. zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej, system doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder; w skład zestawu wchodzi : zestaw zamykający i system doprawadzający : koszulka doprowadzająca (długość koszulki 800mm), zastawka hemostatyczna(70mm), rozszerzacz (światło wewnętrzne rozszerzacza jest zgodne z prowadnikiem 0,035", końcówka rozszerzacza 25mm), przezroczysta ładownica (długości: 120,160,200cm)?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. *dot. Pakietu 35: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 35 Zestawu do zamykania ubytków typu PFO o poniższych parametrach: budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu, dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F, dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm, okludery współpracujące z koszulkami: 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm , 11Fr dla rozmiaru 35mm, system odczepiania w formie kleszczy, brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym, dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych. zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej, system doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder, w skład zestawu wchodzi zestaw zamykający i system doprowadzający: koszulka*

doprowadzająca (długość koszulki 800mm), zastawka hemostatyczna(70mm), rozszerzacz (światło wewnętrzne rozszerzacza jest zgodne z prowadnikiem 0,035", końcówka rozszerzacza 25mm), przezroczysta ładownica (długości: 120,160,200cm)?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

39. *dot. Pakietu 36: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 36 okludera do zamykania ASD o zakresie średnic części środkowej okludera – 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 mm, i możliwości wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości: od 8mm do 10mm – koszulka 6-7F, od 12mm do 16mm – koszulka 8-9F, od 18mm do 28mm – koszulka 10-12F, od 30mm do 40mm – koszulka 12-14F? Pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. *dot. Pakietu 40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 40 Zestawu do zamykania uszka lewego przedsionka o poniższych parametrach: Konstrukcja: okluder składa się z części zamykającej wejście do uszka w kształcie żagla, wykonanego z alkoholu poliwinylowego (PVA) na tytanowo-nitynolowym szkielecie oraz części kotwiczącej w LAA w kształcie koszyka z mikro-kotwicami, wykonanej z tytanu i nitynolu. Możliwość pełnej repozycji oraz wyjęcia okludera, Miękka konstrukcja okludera zapewniająca atraumatyczność , Kompatybilność z koszulkami w zakresie 10F- 12F, Rozmiary: 16/22mm, 18/24mm, 20/26mm, 22/28mm, 24/30mm, 26/32mm, 28/34mm, 30/36mm, 32/38mm ?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. *dot. Pakietu 63: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 63 Zestawu do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych typu PDA o parametrach: budowa stożkowa zakończona płaskim dyskiem, materiał: nitynol oraz PET , uchwyt do systemu wprowadzającego zrobiony ze stali nierdzewnej, dostępność okluderów z długim i krótkim trzonem, dostępne średnice dysków PDA standardowego: 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24mm , dostępne długości PDA standardowego: 4.25; 5.00; 6.05; 6.30; 7.0; 12; 14,16mm, dostępne średnice dysków PDA z przedłużonym trzonem: 9, 10, 11, 13, 16 mm, dostępne długości PDA z przedłużonym trzonem: 7.0; 7.50; 8.50; 9.0; 10.50 m? Pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

42. *dot. Pakietu 66: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 66, poz. 1 koszulki 8F o długości 62-63cm? Pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 6).*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. *Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:*
    1) 1% dla pakietów 2, 3, 4, 26 i 0,5% dla pozostałych pakietów wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru;
    2) 0,5% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony w umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru;
    3) 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę, wstrzymania dostawy towaru lub dokonania nie uzgodnionej podmiany asortymentu zamówionego towaru;
    4) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy;
    5) 0,02% wartości przedmiotu umowy brutto objętego awarią, gdy Wykonawca nie usunie awarii, bądź nie wykona przeglądu w wyznaczonym terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy objętego awarią;*
    6) 0,1% wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy sprzętu ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy;*
    *7) 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących ochrony dany osobowych, o których mowa w §6**

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

45. *Pytanie do pakietu 18. Czy Zamawiający dopuści do oceny stent kobaltowo chromowy o grubości ściany stentu 0,0020" dla wszystkich rozmiarów, długość systemu doprowadzającego 142 cm, średnicach: 2.00 ; 2.25 ; 2.50 ; 2.75 ; 3.00 ; 3.50 ; 4.00 ; 4.50 (mm), długościach (dla średnicy 3,0 mm): 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44, 48 (mm). Ciśnienie RBP 14/16 ATM (w zależności od średnicy i długości), maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3,0 mm wynosi 3,18 mm; STS poniżej 1,0 mm. Pozostałe parametry bez zmian.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

46. *Pytanie do pakietu 20. Czy Zamawiający dopuści do oceny stent kobaltowo chromowy o grubości stratów stentu dla wszystkich średnic i długości 65 mikronów? Zakres długości 8-48mm. Pełna rozpiętość długości dla średnic: 2,5;2,75;3,00; 3,5 mm?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. *Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 32. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 32 systemu do usuwania ciał obcych typu gęsia szyja: pętla mini 2 – 4 mm długości 175 cm. Pętla standardowa 5, 10, 15, 20, 30 mm długości 125 cm.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

48. *Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 38. Zwracamy się zapytaniem czego Zamawiający wymaga w zestawie do plastyki aortalnej w pakiecie nr 38 – co ma wchodzić w jego skład.*

Wyjaśnienia: Zamawiający oczekuje balonu wraz z koszulką.

49. *Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 38. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 38 zestaw do plastyki aortalnej wymaga balonu wraz z koszulką, czy samego balonu.*

Wyjaśnienia: Patrz pytanie 48.

50. *Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 62. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 62 zestawu do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych typu PDA o średnicy coila 3 mm lub 5 mm.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

51. *Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 66. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 66 poz. 1 koszulki transseptalnej o stałej krzywiźnie kompatybilnej z igłą, długości 75 cm, 85 cm; średnica wewnętrzna koszulki min. 8F, koszulka zakrzywiona.*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

52. *Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 67. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 67 prowadnika typu amplatz extra stiff o końcówce prostej lub zagiętej J z promieniem 3 mm. Długość 260 cm, śr. 0,035".*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

53. *Dotyczy SIWZ. Zwracamy się zapytaniem, czy w wyżej powołanym postępowaniu Zamawiający wymaga próbek. W SIWZ pkt. 90.2 jest zapis o próbkach „wzory – próbki, o których mowa w pkt Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania." oraz w pkt. 111 jest informacja gdzie należy złożyć próbki.*

Wyjaśnienia: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia próbek.

54. *Dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający dopuści do oceny balony lekowe z terminem ważności 18 miesięcy od daty produkcji i min. 6 miesięcy od daty dostawy? Lek umieszczony na powierzchni balonu nie zachowuje swoich właściwości przez 36 miesięcy.*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

55. *Dotyczy pakietu nr 65. Czy Zamawiający dopuści do oceny kuwety pomiarowe z terminem ważności 12 miesięcy od daty produkcji i min 6 miesięcy od daty dostawy?*

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

56. *dotyczy pakietu 50: przetwornik do pomiarów ciśnień metodą krwawą. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia o następujących cechach: pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu*

róża). Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami . Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, tacka wyprofilowana z tworzywa sztucznego , zamykana papierem laminowanym. Otwarcie tacki nie powoduje przemieszczenia elementów na niej ulokowanych; linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego kardiomonitorami.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

57. ***Do Pakietu nr 3:*** *Czy Zamawiający dopuści japońskie cewniki NC przystosowane także do CTO o następującej charakterystyce:*

- balon do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich i krętych zmian, dzięki hydrofilnemu pokryciu i inżynierii
przenoszenia siły. Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F.
RBP 22atm (dla balonów 2.25-4.00)
"kissing balloon" dla 5F
Ciśnienie nominalne- 12 atm
Średnice balonów- 1.5- 4.5 mm w tym:1.50,1.75,2.0,2.25,2.50,2.75,3.0,3.25,3.50,3.75,4.0,4.25,4.5
Pokrycie hydrofilne balonu TR2
Długości- 8-30 mm w tym: 8,10,13,15,20,30
Długość shaftu- 146 cm
Wymiary shaftu(dla średnicy- 1,5-2 o dł 10 mm):
dystalna 2.5/0.84
guidewire port 2.6/0.88
proxymalna 2.1/0.70
System dostarczania typu Rx,
W zestawie urządzenie do re-wrappingu.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

58. ***Pakiet 4.*** *Czy Zamawiający dopuści japońskie cewniki semi comliant przeznaczone do PTCA oraz CTO o następującej charakterystyce:*

- balon do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian, dzięki hydrofilnemu pokryciu. Wszystkie rozmiary
kompatybilne z 5F.
RBP 22atm (dla balonów 2.25-4.00)
"kissing balloon" dla 5F
Ciśnienie nominalne- 12 atm
Średnice balonów- 1.5- 4.5 mm w tym:1.50,1.75,2.0,2.25,2.50,2.75,3.0,3.25,3.50,3.75,4.0,4.25,4.5
Pokrycie hydrofilne balonu TR2
Długości- 8-30 mm w tym: 8,10,13,15,20,30
Długość shaftu- 146 cm
Wymiary shaftu(dla średnicy- 1,5-2 o dł 10 mm):
dystalna 2.5/0.84
guidewire port 2.6/0.88
proxymalna 2.1/0.70
System dostarczania typu Rx,
W zestawie urządzenie do re-wrappingu.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

59. ***Pakiet 12.*** *Czy Zamawiający dopuści japońskie cewniki semi comliant przeznaczone do PTCA oraz CTO o następującej charakterystyce:*

- balon do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian, dzięki hydrofilnemu pokryciu. Wszystkie rozmiary
kompatybilne z 5F.
RBP 22atm (dla balonów 2.25-4.00)
"kissing balloon" dla 5F
Ciśnienie nominalne- 12 atm
Średnice balonów- 1.5- 4.5 mm w tym:1.50,1.75,2.0,2.25,2.50,2.75,3.0,3.25,3.50,3.75,4.0,4.25,4.5

Pokrycie hydrofilne balonu TR2
Długości- 8-30 mm w tym: 8,10,13,15,20,30
Długość shaftu- 146 cm
Wymiary shaftu(dla średnicy- 1,5-2 o dł 10 mm):
dystalna 2.5/0.84
guidewire port 2.6/0.88
proxymalna 2.1/0.70
System dostarczania typu Rx,
W zestawie urządzenie do re-wrappingu.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

60. ***Pakiet 28.*** *Czy Zamawiający dopuści zamykacz naczyniowy najnowszej generacji zapewniający zarówno pewność zamknięcia uszczelniacz (przywierający do ściany naczynia) jak i bezpieczeństwo wynikające z niepozostawienia niczego w naczyniu,o następującej charakterystyce:*
Zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia.
System umożliwia zamknięcie naczynia bez pozostawienia czegokolwiek
w świetle wewnętrznym arterii. Uszczelniacz podlega absobcji w ciągu 30 dni. Zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. Dostępny w średnicach 5,6,7F.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych
mgr Pawła Lipińskiego z upoważnienia Dyrektora