

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę ambulansu sanitarnego typu C (DMC \geq 4,0 t), z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, znak sprawy: 2/ZP/2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie:

W wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielonych dn. 14.03.2022 r., dotyczących wymaganej zgodności noszy i transportera z Normą PN-EN 1865-1+A1:2015 w zakresie ich wag, Zamawiający dopuścił do zaoferowania nosze o wadze niezgodnej z wymaganiami Normy PN-EN 1865-1+A1:2015, o parametrach:

(...) - nosze o wadze 20 kg, które są lżejsze od zaleceń normy 1865-1 i wymagań zamawiającego o 3 kg (część noszona przez personel medyczny)

- transporter do noszy o wadze 35.05 kg, który z założenia nie jest dźwigany przez personel medyczny. Oferowany transporter poza przytoczonym parametrem dot. wagi spełnia wszystkie zalecenia normy PN-EN: 1865-1:2010 (...) a waga noszy ukompletowanych (nosze + transporter noszy + materac) spełnia parametr zalecanej wagi maksymalnej ww. zestawu wg. zapisów obowiązującej normy PN EN 1865-1.

Waga powyższego zestawu noszy i transportera wynosi **55,05 kg – co jest niezgodne z wymaganiami Normy 1865-1**, ponadto przedstawione powyżej zapisy są ze sobą sprzeczne, co mogło wprowadzić Zamawiającego w błąd. W związku z tym, iż zapisy aktualnej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015, w punkcie dotyczącym wagi zestawu transportowego (noszy i transportera), tj. 4.2.3 są jednoznaczne:

4.2.3 Mass

The mass excluding mattress and patient restraints shall not be more than:

- Stretcher part: 23 kg;
- Undercarriage including stretcher: 51 kg max (combined weight);
- Stretcher part with integrated undercarriage: monoblock 45 kg.

NOTE In all cases the mass should be as low as possible.

waga transportera wraz z noszami (bez materaca i pasów unieruchamiających pacjenta) może wynosić **maksymalnie 51 kg**, i we wszystkich przypadkach powinna być możliwie najniższa, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy Zamawiający wbrew art. 36 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410) oraz niezgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Nr 179/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, dopuści do zaoferowania nosze i transporter, niespełniające wszystkich wymagań aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wcześniej udzielone odpowiedzi w zakresie dopuszczenia ww. noszy.