



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
http://www.szpital.miechow.pl,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 19 września 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawę sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku do magazynu apteki Szpitala św. Anny w Miechowie II. **Nr sprawy: 20/TP/2023.**

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

1.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 6** dopuści strzykawkę do gazometrii do pomiarów przy badaniu krwi tętnicznej z zbalansowaną suchą heparyną litową, pozwalająca na pomiar parametrów: pH, pCO₂, pO₂, tHb, O₂Sat, COHb, MetHb, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, K⁺, Cl⁻, glukozy i mleczanów z jednej próbki krwi, zawartość heparyny ok. 23,5 I.U/ml, o pojemności 3 ml, posiadająca filtr hydrofobowy, uszczelniający się przy kontakcie z krwią nakładany na zakończenie strzykawki typu Pro, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki, luer slip, sterylne, pakowane folia papier?

Ad.1 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2.

Czy Zamawiający w **Zadaniu 6** oczekuje, aby strzykawka była wyposażona w filtr hydrofobowy uszczelniający się przy kontakcie z krwią, nakładany na zakończenie strzykawki? Powyższy filtr hydrofobowy umożliwia bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki (co w istotny sposób wpływa na wymaganą powtarzalność warunków w badaniu gazometrycznym pacjenta)?

Ad.2 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

podpis elektroniczny