



Znak: AE/ZP-27-59/23

Tarnów, 2023-08-16

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1-4** - Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, wchłaniający, monofilament, niepowlekany, z igłą odporną na złamanie trwale połączoną z nitką, okres podtrzymywania tkanek min. 10 dni, okres wchłaniania do 56 dni?
- Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-6** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie nici o grubości „0” lub „3/0”?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6** - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia próbki dla w/w pozycji.
- Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 – 4** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igieł wzmocnionych tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia?
- Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną?
- Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nici o długości 250cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek jedynie do pozycji 2 i 3?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad 1.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 1 - 4 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 2.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuszcza również zaferowanie szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. W przypadku zaferowania w Pakiecie Nr 1 szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni, okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w kolumnie „Nazwa handlowa/nr katalogowy” w każdej pozycji Formularza Cenowego, w której zaferuje szwy o dopuszczonym odpowiednią okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkanek oraz dopisania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek w nazwie pakietu, a w przypadku zaferowania szwów o okresie wchłaniania 60-90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek ok. 21-28 dni we wszystkich pozycjach Formularza Cenowego Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania oraz okresu podtrzymywania tkanek tylko w nazwie pakietu.

**Ad 3.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 - 6 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Ad 4.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 6 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 5.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 6 podtrzymuje wymagania SWZ.

**Ad 6.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1 - 4 dopuszcza również zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną, tj. wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzującej się wysoką odpornością na odkształcenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Ad 7.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie szwu z igłą wzmocnioną okrągłą. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Ad 8.**

Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie nici o długości 250 cm.

**Ad 9.**

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

  
Zastępca Dyrektora  
mgr Danuta Nosk

