

Milicz, dnia 27.01.2023r.

**Zamawiający:**

MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.  
UL. GRZYBOWA 1  
56-300 MILICZ

**Informacja o wyborze oferty kierowana do wykonawców  
dla części (pakietu) 53 zamówienia**

Dotyczy: Dostawa materiałów jednorazowych dla Milickiego Centrum Medycznego

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty.

- Dla części 53 zamówienia wybrano ofertę, złożoną przez wykonawcę:  
**SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź**

**Ranking złożonych ofert:**

	Wykonawca	Cena 100 %	Punktacja
1	Mercator Medical Spółka Akcyjna ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków	105 192,00 zł	<b>99,31</b>
2	SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	104 463,60 zł	<b>100</b>

**Informacja o ofertach odrzuconych:**

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

1. ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze – **dla cz. 53 zamówienia**

**Uzasadnienie prawne:** art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp

**Uzasadnienie faktyczne:**

- Zgodnie z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający w pakiecie 53 poz. 1 wymagał: „*Rękawice diagnostyczne nitrylowe cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, **mikroteksturowane** z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420).Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3 - min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji **badania***”

***na przenikalność wirusów zgodnie z normą F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Różne rozmiary XS -X L, pakowane 100 sztuk***

- Zamawiający w ramach udzielonych odpowiedzi dopuścił również:  
Pakiet 53, poz. 1 \* Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą ~ na końcach palców?  
\_ Odp.  
TAK - Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie
- Wykonawca ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. zaferował w pakiecie nr 53 poz. 1 rękawice diagnostyczne o nazwie handlowej easyCARE nitrile. Ze złożonych wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych nie wynika, by zaferowane rękawice były mikroteksturowane lub mikrochropowate- karta katalogowa potwierdza wyłącznie teksturę na końcach palców.
- Co więcej - zaferowane rękawice, jak wynika z przedmiotowych środków dowodowych, nie są zgodne z normą ASTM F 1671, a tym samym nie posiadają stosownego oznakowania na opakowaniu.
- Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż aspekt ten nie został poruszony przez ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k w toku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe, oferta ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k, jako niezgodna z warunkami SWZ, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu