



## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Znak sprawy: SOZ.383.42.2021

Data: 08.09.2021

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.”

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021. poz. 1129 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z blatem dwusekcyjnym z regulacją elektromechaniczną wysokości w zakresie od 47 cm do 93 cm, regulacją elektromechaniczną części plecowej w zakresie od -10 stopni do +70 stopni oraz elektromechaniczną regulacją Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie +/- 20 stopni, ze stabilną podstawą z ukośnych, szerokich profili stalowych, lakierowaną proszkowo, wyposażoną w cztery koła wysuwane z profili podstawy, wyposażony w materac o wymiarach 200,5 cm x 65 cm z wysokiej klasy atestowaną tapicerką zmywalną ?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stołu zabiegowego z blatem dwusekcyjnym z regulacją elektromechaniczną wysokości w zakresie od 47 cm do 93 cm, regulacją elektromechaniczną części plecowej w zakresie od -10 stopni do +70 stopni oraz elektromechaniczną regulacją Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie +/- 20 stopni, ze stabilną podstawą z ukośnych, szerokich profili stalowych, lakierowaną proszkowo, wyposażoną w cztery koła wysuwane z profili podstawy, wyposażony w materac o wymiarach 200,5 cm x 65 cm z wysokiej klasy atestowaną tapicerką zmywalną.

Dyrektor  
Irena Petryna  
/podpis na oryginał/