



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 30.08.2023

EZ/350/89/2023/..(64.)

### Wg rozdzielnika

### Do wiadomości wszystkich uczestników i zainteresowanych

**Dotyczy: 89/2023- Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do identyfikacji drobnoustrojów oraz oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą analizatora do przeprowadzania badań i aparatu do identyfikacji drobnoustrojów metodą PCR.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), udziela odpowiedzi:

#### PYTANIE

Dotyczy formularza ofertowego pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłóż na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłóż na płytach bez krwi oraz podłóż chromogennych – min. 4 – 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ.

Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### PYTANIE

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę tylko pełnych opakowań handlowych ze względu na brak możliwości podziału opakowań zbiorczych i utratę certyfikacji oraz właściwości produktu po otwarciu i podzieleniu opakowania ?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### PYTANIE

Czy Zamawiający w przypadku podłóż na płytkach Petriego oraz bulionów , ze względu na konfekcjonowanie po 20 lub 100 sztuk w opakowaniu oraz brak możliwości dzielenia opakowań wyrazi zgodę na zaoferowanie tylko pełnych opakowań i zaoferowanie podłóż w ilości – do pełnego opakowania np. jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania płytek w ilości 15 sztuk – w formularzu zostanie zaoferowanie 1 opakowanie po 20, jeżeli wymaga 35 sztuk- zostanie zaoferowane 40 etc.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

PYTANIE

Czy Zamawiający w poz. I.15 Paski z gradientem antybiotyku do wykrywania mechanizmów oporności wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej i zaferowanie pasków AmpC w osobnej pozycji ze względu na inną stawkę VAT dla tego produktu ? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości etestów AmpC .

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na 100 etestów AmpC

PYTANIE

Czy w poz.I.23 Testy manualne do identyfikacji Haemophilus Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 20 sztuk ze względu na konfekcjonowanie po 10 sztuk w opakowaniu ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy w poz.26 Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wody peptonowej w ilości 2 opakowań czyli łącznie 40 sztuk ze względu na konfekcjonowanie po 20 sztuk w opakowaniu ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy w pozycji II.13 Plazma królicza Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odczynnika w ilości 24 sztuk ze względu na konfekcjonowanie plazmy w opakowaniach 8x0,5 ml czyli łącznie 3 opakowań ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy w poz. III.2 Karty do ident.grzybów drożdżopodobnych Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ich w ilości 140 lub 160 sztuk ze względu na konfekcjonowanie po 20 sztuk w opakowaniu i zaferowanie 7 lub 8 opakowań ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę (8 opakowań)

PYTANIE

Czy w poz.III.5 testy manualne do ident.grzybów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ich w ilości 20 lub 30 sztuk ze względu na konfekcjonowanie po 10 testów w opakowaniu ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę (20 sztuk)

PYTANIE

Czy w przypadku Paneli PCR do wykrywania drobnoustrojów z dodatnich posiewów krwi konfekcjonowanych po 30 sztuk w opakowaniu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu w ilości 180 lub 210 sztuk czyli 6 lub 7 opakowań ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę (7 opakowań)

PYTANIE

Czy w przypadku paneli PCR do próbek kału Zamawiający wymaga konfekcjonowania po 6 sztuk w opakowaniu czy po 30 ?

ODPOWIEDŹ

6 sztuk

PYTANIE

Czy w poz.V.1 i V.2 Podłoża do posiewu krwi Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie po 1200 lub 1300 sztuk w/w podłoży ze względu na konfekcjonowanie po 100 sztuk butelek w opakowaniu zbiorczym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na 1300 sztuk

PYTANIE

Czy w poz.V.3 Nakładki do przesiewu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 opakowań po 288 sztuk czyli łącznie 576 sztuk ze względu na konfekcjonowanie po 288 sztuk/op.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy w przypadku Punktu 6 : „Materiały zużywalne” Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyłącznie pełnych opakowań i zaoferowanie materiałów w ilości w pełni zabezpieczającej zapotrzebowanie Zamawiającego ze względu na konfekcjonowanie i brak możliwości dzielenia opakowań ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy w poz.VI.9 Zestaw do barwienia Grama zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów o pojemności 4 x 240 ml ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy poz.II.26 Plazma królicza nie została zaoferowana w tym przypadku omyłkowo?

ODPOWIEDŹ

Nastąpiła omyłka.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie soli do aparatu ( poz.VI.7 ) w opakowaniach 3x500 ml i zaoferowanie produktu w ilości w pełni zabezpieczającej zapotrzebowanie zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu do posiewu krwi do końca grudnia br.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Dotyczy Punktu 1 Diagnostyka bakterii Gram ujemnych :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej w poz.1.19 i utworzenie poz.1.19a i zaoferowanie karty dodatkowej do lekowrażliwości dla szczepów wielolekoopornych ? Jeżeli tak to poprosimy o podanie ilości takich kart dla tej pozycji .

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę 150 kart

PYTANIE

Czy w pozycji II.14 Testy do oznaczania katalazy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 200 lub 300 testów ( 2 lub 3 opakowań ) z względu na konfekcjonowanie produktu po 100 ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę – 2 opakowania.

PYTANIE

Dotyczy Opisu analizatorów Opis analizatora do lekowrażliwości i ID bakterii : Czy Zamawiający dopuści Wykrywanie mechanizmów oporności przez aparat tj.: MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, , HLLAR, VRE, VISA, GISA z ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA bez ich klasyfikacji? Zgodnie z rekomendacją Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów karbapenemazy należy potwierdzić metodą referencyjną

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Dotyczy terminu dostawy aparatu ( umowa) : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do posiewu krwi do końca grudnia 2023 ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Pytania do Umowy (Załącznik nr 4):

23. §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca wraz z dostarczonym asortymentem będącym przedmiotem umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia ulotek na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: [www.....](http://www.....)”?

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp nie tylko do ulotek ale także do innych dokumentów dotyczących całej bazy produktowej w ich zawsze aktualnej wersji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Pytania do Umowy (Załącznik nr 4):

§9 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „powtarzającej się co najmniej trzykrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy zwłoki w dostawie powyżej 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 4 umowy”?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Pytania do Umowy (Załącznik nr 4):

§9 ust. 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „trzykrotnej uzasadnionej reklamacji w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy,”?

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 6.09.2023 do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 6.09.2023 o godz. 10.00

Jednocześnie zmienia się termin związania z oferta do dnia 5.10.2023r.

Z poważaniem,  
mgr inż. Magdalena Kraszewska

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych

Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak tel. 61/88 50 643, ...644.