

Świętoszów 11.05.2022r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Dostawę leków, materiałów medycznych i sprzętu medycznego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego”.
sprawa nr **25/23/PN/2022**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

dotyczy poz. 62

„Prosimy o doprecyzowanie parametrów, aby wycenić zasłony zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Rozmiar parawanu – 170 cm x 95 cm;

Włóknina – elanobawełna

Montaż zasłon – metalowe rurki.

Pytanie 2

dotyczy poz. 11, poz. 13

„Czy Zamawiający może potwierdzić, że w poz. 11 i 13 ma na myśli elektrody o numerze katalogowym 97085? Czy ewentualnie chodzi o elektrody do wcześniejszych modeli defibrylatora Heartsave AED Primedic. Jeśli tak to prosimy o wskazanie do jakiego modelu defibrylatora i ewentualnie, z którego roku produkcji pochodzą defibrylatory dla których należy dostarczyć elektrody?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty na elektrody do defibrylatora PRIMEDIC HEARTSAVE AED-M.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

/-/ Violetta BIAŁECKA