

Kraków, 16.02.2022 r.

DZ.271.105⁸⁹.2021

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.105.2021 - Dostawa różnych wyrobów medycznych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie,
niniejszym prosi o następującą odpowiedź:

Pytanie 72

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **pakiecie 17** poz. 3 zamkniętych systemów do pobierania krwi tętniczej z pojedynczym przetwornikiem: Linia pomiarowa o łącznej długości od przetwornika do pacjenta ok. 203 cm składająca się z: - 1 x drenik ciśnieniowy o długości 30 cm (12") - 1 x drenik ciśnieniowy o długości 120 cm (48") - 1 x drenik ciśnieniowy o długości 50 cm (20") - 1 x przetwornik - 1 x zintegrowana strzykawka o pojemności 5 ml - 1 x bezigłowy port do pobierania krwi umieszczony w odległości ok. 30 cm od pacjenta - 1 x bezigłowy port do pobierania krwi umieszczony w odległości ok. 180 cm od pacjenta Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza, zintegrowana strzykawka o pojemności 5 ml jest niewystarczająca. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Z poważaniem


Krakowski Szpital Specjalistyczny
Im. Jana Pawła II
DYREKTOR SZPITALA
lek. Grzegorz Fitas