

---

znak: D25C/251/N/19-55rj/21  
Wejherowo, dnia 11.08.2021 r.

D.25C/250/ 434 /2021

**wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU MEDYCZYNY TRANSPLANTACYJNEJ DLA LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/19-55rj/21**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

dot. załącznika nr 8 , Zadanie 1 – 2. Myjnia endoskopowa.

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści zapis: „Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez system filtrów, które sterylizują wodę?

Takie rozwiązanie mocno obniży koszty eksploatacji myjni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Z uwagi na potencjalną redukcję kosztów eksploatacyjnych, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Wykonawca oferując urządzenie o dopuszczonym parametrze odmiennym od zapisanego pierwotnie w SWZ jest zobowiązany podać tę informację w załączniku nr 8 do SWZ w odpowiedniej rubryce, powołując się na nr nn pisma.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  
mgr Monika Klause