

Gdańsk, 10.03.2023r.

**GUM2023ZP0022**

### **Do uczestników postępowania**

Dotyczy: dostawy sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jak niżej:

#### **Pytanie 1 – pakiet 2 – Komora laminarna**

Czy komora ma być w wersji CYTO (ma zawierać 3 filtry Hepa i filtr węglowy na wylocie) czy wystarczy wersja A2 (2 filtry HEPA)

#### **Odpowiedź:**

Komora ma być w wersji CYTO. Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji załącznika nr 3 do SWZ pakiet 2 – komora laminarna.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 17.03.2023r. do godz. 9:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 17.03.2023 r. na godz. 9:30. Dodatkowo zmianie ulega termin związania ofertą, który upływa w dniu 15.04.2023 r.

#### Załączniki do pisma:

Zmodyfikowana SWZ, OPZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

*p.o. Kanclerza  
/-/  
prof. dr hab. Jacek Bigda*

sporządziła: Marzena Landowska