



Bydgoszcz, dnia 21.11.2024 r.

**NZP/85/P/24**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:  
Dostawa urządzeń medycznych

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, Zamawiający udziela wyjaśnień

**Pytanie nr 1 –**

załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia

zadanie nr 2 - Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym – 1 kpl.

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

**Ppkt. 174** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowania gastrokopu z wziernikiem o średnicy 9,6 mm?

**Ppkt. 175** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowania gastrokopu z końcówką endoskopu o średnicy 9,9 mm?

**Odpowiedź na zapytanie:**

ppkt. 174 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. średnica zewnętrzna wziernika 9,6 mm

ppkt. 175 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. średnica końcówki endoskopu 9,9 mm

**Pytanie nr 2 –**

załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia

zadanie nr 2 - Zestaw endoskopowy z torem wizyjnym – 1 kpl.

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

**Ppkt 176** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowania gastrokopu z podwójną głębią ostrości:

bliska: 1,5 – 5,5 mm, normalna: 3 – 100 mm?

**Ppkt. 195** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowania kolonoskopu z podwójną głębią ostrości:

bliska: 1,5 – 5,5 mm, normalna: 3 – 100 mm?

**Odpowiedź na zapytanie:**

ppkt. 176 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. podwójna Głębia ostrości:

bliska 1,5-5,5 mm, normalna 3-100 mm

ppkt. 195 – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. podwójna Głębia ostrości:

bliska 1,5-5,5 mm, normalna 3-100 mm

Kajetan Kliszewski  
Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
Dział Zamówień Publicznych