



Znak: AE/ZP-27-06/20

Tarnów, 2020-02-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę defibrylatorów 3 sztuki.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy: Ekran monitora kolorowy o przekątnej minimum 5"** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysokokontrastowym monitorem blue mode LCD o przekątnej 5.7"?
2. **Dotyczy: Regulacja wzmocnienia sygnału EKG ręczna i automatyczna, minimum 5 poziomów wartości wzmocnienia** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada 4 poziomy wartości wzmocnienia EKG [5 mm/mV, 10mm/mV, Optymalny, 15mm/mV]?
3. **Dotyczy: Metronom reanimacyjny z możliwością ustawić rytmu częstości uciśnień pacjentów reanimowanych w trybie AED** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego metronom działa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji bez możliwości zmiany tempa przez użytkownika?
4. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt. 1** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2019 roku?
5. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt. 17** - Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez metronomu w trybie AED? W trybie AED urządzenie wykonuje polecenia głosowe i wizualne prowadząc użytkownika przez proces defibrylacji?
6. **Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt. 1** - Czy Zamawiający dopuści nowe defibrylatory, które zostaną wyposażone dodatkowo w funkcję nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia, ale wyprodukowane w październiku 2019 roku?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaferowanie defibrylatora z wysokokontrastowym monitorem blue mode LCD o przekątnej 5.7".

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuści zaferowania defibrylatora, który posiada 4 poziomy wartości wzmocnienia EKG [5 mm/mV, 10mm/mV, Optymalny, 15mm/mV].

Ad.3

Zamawiający dopuści również zaferowanie defibrylatora, którego metronom działa w trybie AED zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji bez możliwości zmiany tempa przez użytkownika.

Ad.4

Zamawiający dopuści również zaferowanie defibrylatora fabrycznie nowego, niepowystawowego, rok produkcji 2019.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuści zaferowania defibrylatora bez metronomu w trybie AED.

Ad.6

Zamawiający dopuści również zaferowanie defibrylatora, który zostanie wyposażony dodatkowo w funkcję nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia, wyprodukowanego w październiku 2019 roku.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuto