

COZL/DZP/MJ/3413/Z-62/2022

**DOSTAWA PASKÓW DO ANALIZY MOCZU WRAZ Z SERWISEM ANALIZATORA ORAZ
DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ZAPASOWEGO**

Pytanie:

1. **Dotyczy kosztorysu ofertowego- załącznik nr 1, poz. 1 tabeli, kolumna „jednostka miary”:** W celu prawidłowego wyliczenia oferty prosimy o poprawienie w formularzu w pozycji 1 z „sztuka” na „opakowanie” w kolumnie „jednostka miary”. Wykonawca na tej podstawie poda cenę za opakowanie i na tej podstawie wyliczy wartość pozycji 1.

Informujemy, że zalecane przez producenta analizatora Clintek paski konfekcjonowane są po 100 sztuk i oznaczają 10 parametrów wg specyficznej czułości odpowiednio skalibrowanej z analizatorami serii Clinitek oraz celem eliminacji ryzyka zafałszowania wyników.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 1 w zakresie jednostki miary ze „sztuka” na „opakowanie”.

Pytanie:

2. **Dotyczy kosztorysu ofertowego- załącznik nr 1, poz. 3 tabeli:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania do dzierżawy analizatora backupowego producenta kompatybilnego z aktualnie posiadanym systemem Clintek pracującego na tych samych odczytnikach i materiałach kontrolnych oraz serwisowany przez jeden autoryzowany serwis?

Odpowiedź: Tak, dzierżawa w pełni kompatybilna.

Pytanie:

3. **Dotyczy kosztorysu ofertowego- załącznik nr 1, poz. 4 tabeli:** Czy Zamawiający przez zapis w tabeli poz. 4 „serwis analizatora Clintek (jeden raz w roku)” oczekuje wyceny kosztu jednorazowego rocznego przeglądu analizatora CT Status czy pełen roczny serwis wraz z jednorazowym przeglądem ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny jednorazowego przeglądu rocznego.

Pytanie:

4. **Dotyczy zapisu warunków postępowania (strona 4 zaproszenia)** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego przedłużenia umowy i sytuacji nie wyczerpania asortymentu w czasie 36 miesięcy Zamawiający pokryje koszty czynszu dzierżawnego (poz. 3) oraz koszty dodatkowego serwisu (przegląd) (poz. 4) zgodnie z zaproponowaną ceną jednostkową podaną w poz. 3 i 4 kosztorysu ofertowego proporcjonalnie do ilości czasu wydłużenia kontraktu (do 12 miesięcy)?

Odpowiedź: Umowa może zostać przedłużona do czasu wartościowego jej wyczerpania, nie dłużej jednak niż o okres kolejnych 12 miesięcy (wartość umowy = wartość kosztorysu ofertowego złożonej oferty).

Pytanie:

5. **Dotyczy zapisów dotyczących kar umownych:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w pkt. a) do c) strona 4 zaproszenia z 1% do 0,5% ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

6. **Pytanie dotyczy zapisów wzoru umowy:** Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy (m.in. świadczenia serwisowe lub aplikacyjne) zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający doda w/w klauzulę do umowy.