

WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

Dostawa lasera okulistycznego do zabiegów jaskrowych wraz z dostawą sond jednorazowych do lasera (ID 641316)

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

Pytanie 1.

1. Czy Zamawiający dopuści laser o parametrach:

1.	Typ lasera: optycznie pompowany półprzewodnikowy
2.	Długość fali - 810 nm
3.	Długość promieniowanej fali pilotującej: 635-650 nm
4.	Moc lasera: 0,5-3 W
5.	Czas przerwy między impulsami 0,01 - 3,0 s
6.	Długość trwania impulsu: 0,01-10,0 s
7.	Tryb Mikropulsowy: - długość: 10ms-10000ms - cykl pracy: 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 15%, 20%, 30%
8.	Wielkość spotu: 50-1000 mikro
9.	Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim, adapterem do lampy szczelinowej oraz mikroskopem operacyjnym (z końcówkami do ENDO: 20G, 23G, 25G)
10.	Ustawienia parametrów na ekranie LCD wraz z pokrętkiem zmiany mocy umieszczonym na przedniej ścianie urządzenia
11.	Promień celujący - dioda laserowa
12.	Klasa bezpieczeństwa IV (4)

Sonda do lasera jaskrowego

13.	Do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną
14.	Długość fali 810 nm
15.	Jednorazowa i sterylna
16.	Światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej
17.	Oznaczenie orientacyjne względem rąbkarogówki na końcówce sondy
18.	Kanał dla żelu wiskoelastycznego
19.	Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej

Sonda do lasera jaskrowego z podświetleniem

20.	Do leczenia wiązką ciągłą
21.	Długość fali 810nm

22.	Wyposażona w podświetlenie światłem białym, iluminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego
23.	Końcówka profilowana do budowy gałki ocznej
24.	Jednorazowa i sterylna
25.	Posiadająca dwa konektory, jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transiluminacji

Odp. Zgodnie z IWZ.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę w załączniku nr 2 – wymagany rok produkcji aparatu 2022 – załączono poprawiony załącznik

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej, **na zadanie: „Dostawa lasera okulistycznego do zabiegów jaskrowych wraz z dostawą sond jednorazowych do lasera” do 26.07.2022 do godz. 10.30**
- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 26.07.2022r. godz. 10.35**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)