



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.050.2020

EZ/...../21

Wrocław, dnia 28.01.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na dostawy wkładów workowych jednorazowego użytku wraz z dzierżawą systemów do odsysania. (sygnatura sprawy: EZ/927/117/20).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1

Dotyczy pozycji nr 4:

„Czy zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do próżni (zawór filtracyjny, hydrofobowy) we wkładach workowych powinna również w celu ochrony personelu i zapobieganiu zakażeń wewnątrzszpitalnych posiadać funkcję ochrony przeciwbakteryjnej o wysokiej skuteczności filtracji tj. 99,999 %?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 2

Dotyczy pozycji nr 4:

„Czy wkłady workowe powinny być wykonane z elastycznego, wytrzymałego materiału odpornego na pęknięcia i rozerwania jakim jest poliolefiną bez zawartości PCV?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 3

Dotyczy pozycji nr 4:

„Czy podczas wymiany wkładu workowego w celu zminimalizowania czasu jego wymiany oraz zapewnienia jak największego bezpieczeństwa epidemiologicznego dren do próżni powinien być stale podłączony do systemu, bez konieczności jego dotykania, odłączania, przepinania?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 4

Dotyczy pozycji nr 4:

„Czy zaoferowane wkłady workowe powinny być dostosowane i dawać możliwość (w razie potrzeby) łączenia w tandem dla odsysania dużych ilości wydzieliny (bez konieczności zamawiania i stosowania specjalnego typu wkładów workowych)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 5

Dotyczy pozycji nr 4:

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wkłady workowe były również dostępne w wersji z zastawką antyrefluksową na porcie do pacjenta (wersja wkładu do swobodnego wyboru przez Zamawiającego wg aktualnych potrzeb)?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 6

Dotyczy pozycji nr 4:

„Zamawiający wymaga aby wkłady workowe były skompresowane (zajmujące mało miejsca), czy w związku z tym, wkłady te mają być pakowane w pudełka z dyspenserem dla higienicznego pobierania wkładów?”

Sporządziła: Magdalena Węczerzak

Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 7

Dotyczy pozycji nr 1

„Czy pojemniki wielorazowego użytku powinny być certyfikowane jako urządzenia medyczne pomiarowe?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 8

Dotyczy pozycji nr 1

„Czy zintegrowany zaczepek w pojemnikach wielorazowych powinien mieć standardową szerokość 3 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 9

Dotyczy pozycji nr 3

„Czy uchwyt do mocowania pojemników na szynie szerokiej lub na łóżku pacjenta powinien pasować do szyny o szerokości minimum 12 cm?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 10

Pytanie 1. poz. 1, 4.

„Czy zamawiający, mając na uwadze, że wszystkie cechy użytkowe naszego systemu występują w zamieszczonych opisach, dopuści równoważny system do odsysania (np. tworząc trzeci wariant), o następujących cechach:

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta o śr. 8,5mm, jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port pacjenta oraz szeroki port do pobierania próbek. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wykonane z polietylenu bez zawartości PCV, częściowo skompresowane, celem ograniczenia miejsca. Wkłady oraz kanistry o pojemności 2L, okrągłe.

- kanistry (pojemniki) **kompatybilne z oferowanymi wkładami**, z przezroczystego tworzywa, ze skalą pomiarową co 100 ml, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji w temp. 121st.C, wyposażone w zaczepek do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Oferowany system spełnia najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest **konkurencyjny cenowo**. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na **opatentowaną, antibakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). System antibakteryjnych wkładów i kanistrów, zapobiega rozwojowi takich chorobotwórczych organizmów jak: **MRSA, E.coli, Salmonella, Listeria, Pseudomonas, Campylobacter**, minimalizując ryzyko zakażeń krzyżowych zarówno jeśli chodzi o pacjenta co jest szczególnie istotne w dobie pandemii. Deklarujemy **bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antibakteryjnych) wielorazowego użytku** w przypadku wybrania naszej oferty.”


Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę system do odsysania, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 11

Pytanie 2.poz.1,4.

„Czy zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały i oddaniem

Sporadziła: Magdalena Wiczerzak 

Sprawdziła: Ewa Kupis 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 15.02.2021r., godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. Rozdziałów XIII, XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporzadziła: Magdalena Wieczerek
Sprawdziła: Ewa Kupis



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

