

Nr sprawy: ZP.2611.20.1.2024.mw

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy PZP w przedmiocie „**Zakup i dostawa skanera do książek oraz skanera do fotografii do Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwaną dalej PZP, Zamawiający - **Muzeum Zamkowe w Malborku** - przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w Tabeli nr 1 sugerują skaner firmy Zeutschel GmbH. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązań równoważnych i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

### Wyjaśnienia nr 1

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje żadnego konkretnego produktu. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia spełnia większa ilość urządzeń, a niżeli wskazany przez Wykonawcę w treści pytania.

### Pytanie nr 1.1.

Dotyczy pkt. 14 – Płyta dociskowa:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne szklaną płytę dociskającą równomiernie skanowany obiekt, z funkcją automatycznego podnoszenia i opuszczania realizowaną poprzez przemieszczenie szyby w pionie (górze/dół) bez uchylania jej do kąta 35 stopni?

### Wyjaśnienia nr 1.1.

Zamawiający zmienia zapis pkt. 14 OPZ, który po zmianie brzmi:

„Szklana płyta dociskająca równomiernie skanowany obiekt, z funkcją automatycznego podnoszenia i opuszczania (podnoszenie bez użycia siły operatora skanera), z możliwością regulacji siły nacisku. Automatyczne podnoszenie płyty dociskowej po wykonanym skanie. Automatyczne rozpoczęcie skanowania po zamknięciu szyby. Możliwość zdemontowania szyby bez użycia jakichkolwiek narzędzi”.

### Pytanie nr 1.2.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne skaner obsługiwany manualnie, a nie

elektrycznie co jest rozwiązaniem mniej awaryjnym od rozwiązań elektrycznych?

**Wyjaśnienia nr 1.2.**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę skanera obsługiwanego manualnie. Należy dostarczyć skaner zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 1.3.**

Dotyczy pkt. 12 – Stół roboczy:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne stół roboczy o wielkości A3 z ruchomymi szalkami z regulacją rozsuwania w poziomie i możliwością ustawienia szalek do regulowanej pozycji V z możliwością dociśnięcia skanowanego elementu szybą?

**Wyjaśnienia nr 1.3.**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę skanera obsługiwanego manualnie. Należy dostarczyć skaner zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wskazuje, że w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone minimalne parametry techniczne, co oznacza, że w przypadku, gdy Zamawiający wymaga stół roboczy „o wielkości nie mniejszej niż format A3” to można zaoferować (dostarczyć) skaner o większym formacie.

Z poważaniem

**dr hab. Janusz Trupinda**

**Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku**

/podpisano podpisem elektronicznym/