

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław dnia, 12.10.2022 r.

nr postępowania: **BZP.272.51.2022.MG**

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: **Dostawa wysokoenergetycznego dużego komorowego stacjonarnego systemu mikrotomografii komputerowej niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, dedykowanego do badań biologicznych wraz z przeszkoleniem pracowników dla Wydziału Nauk Biologicznych UW.**

Na podstawie art. 135 ust. 1,2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021 r. poz. 1129 ze zmian.) dalej: „uPzp” Zamawiający na pytania złożone przez Wykonawców, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

W nawiązaniu do punktu 10. Załącznika nr 3 do SWZ czy Zamawiający wyraża zgodę, aby maksymalna moc źródła promieniowania rentgenowskiego była wyższa niż 38W?

Odpowiedź Nr 1:

W odpowiedzi na przesłane zapytanie odnośnie punktu 10 (załącznik nr 3 do SWZ), w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę aby maksymalna moc źródła promieniowania rentgenowskiego była wyższa niż 38W. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna –wymagania minimalne, w poz. 10.

W załączeniu Zamawiający, informuje, iż załącza nowy obowiązujący - Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna – wymagania minimalne, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Zmiana zaszła w poz. 10 Załącznika nr 3 do SWZ.

Załącznik nr 1- nowy obowiązujący opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna – wymagania minimalne, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

mgr inż. Monika Golińczak