

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	Nr sprawy: ZP/18/2022
	<p align="center">Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów szewnych</p>	

Elbląg, dnia 16.08.2022r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawy materiałów szewnych, Nr sprawy ZP/18/2022.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1- dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści jednorazowy automatyczny stapler 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek z ładunkiem do tkanki grubej 4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu. Zszywka binateralnie spłaszczona na całym przekroju drutu. Stapler nie posiada ruchomej głowicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa Zamkniętego
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Jacek Wójcik