

Gdańsk, dnia 05.09.2022 r.

GUM2022ZP0092

Do uczestników postępowania

Dotyczy: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 2 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1:

Pakiet 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania z komorą dwóch butli gazowych (CO₂ + H₂+N₂ i N₂) wraz z reduktorami opisanymi w punkcie 1.3 załącznika nr 3 do SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia butli gazowych.

Pytanie 2:

Pakiet 1: Jeśli butle są wymagane prosimy o określenie ich wielkości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia butli gazowych.

*p.o. Kanclerza
/-/
Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Weronika Garstecka