



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC

WE WROCŁAWIU

53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: [www.dcchp.pl](http://www.dcchp.pl)

e-mail: [dcchp@dcchp.pl](mailto:dcchp@dcchp.pl)

L.Dz. *DM 211 2021*

Wrocław, 11.01.2021 r.

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.84.2020.KK.**

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa wyrobów medycznych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy:

**Ad pakiet nr 4**

**1. Prosimy o wyjaśnienie, czy połączenia do próżni i w kierunku do pacjenta mają być w formie schodkowanego obrotowego łącznika zapewniającego szczelność połączeń z drenami o różnych średnicach?**

**Dreny łączące nie są wyspecyfikowane w pakiecie nr 4, dlatego wkłady workowe winny posiadać przyłącza kompatybilne z różnymi drenami stosowanymi przez Zamawiającego.**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**2. Prosimy o wyjaśnienie, czy pojemniki wielorazowe o pojemności 1000-1200ml mają mieć spłaszczony kształt zapewniający możliwość stosowania na aparatach anestetycznych?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**3. Ze względu na fakt, że na rynku dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 oraz 2 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Ad pakiet nr 13**

**4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym pakiecie w poz. 1 zestawu do punkcji opłucnej odpowiadającego podanym parametrom technicznym z igłami o długości 80mm i w rozmiarach: 14G, 16G, 18-19 G.**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Ad pakiet nr 16**

**5. Ze względu na wątpliwości co do interpretacji zapisów zawartych pod tabelą, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie dreny oferowane w tym pakiecie mają być wyposażone w fabrycznie dołączony do drenu wymowalny dodatkowy łącznik umożliwiający łączenie drenów ze sobą.**

Odp. Wg SIWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1,2 wyrazi zgodę na wycenę igły do znieczuleń z profilowanym, gładkim uchwytem? Pozostałe zapisy bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Wg SIWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 wymaga wyceny produktów jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

Odp. Wg SIWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 1-6 dopuści wycenę kaniul o parametrach:

„Kaniuła obwodowa dożylna bezpieczna, z elastycznymi skrzydełkami stabilizującymi kaniulę w żyłę, z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask o gładkich krawędziach zabezpieczający personel przed zakłuciem, zadrapaniem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia oraz 6 pasków radioceniujących. Opakowanie odporne na przypadkowe rozerwanie i utratę jałowości. Koreczek z trzpieniem standardowym, zapewniający pełne zamknięcie światła kaniuli, nazwa producenta na koreczku portu bocznego oraz opakowaniu jednostkowym. Rozmiary od 24G dł. 19mm - przepływ 23ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 32mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 32mm. - przepływ 105ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 100ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 142ml/min; 16G dł. 45mm. - przepływ 200ml/min; 14G dł. 45mm. - przepływ 305ml/min.”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 poz. 9 dopuści wycenę kranika z przedłużaczem wykonanego z poliwęglanu zawierającego ftalany? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka” ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

Zapisy SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wnieśienia wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wnieśienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wnieśienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp)

wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zмовы wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet 5, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji grawitacyjnej z drenem o długości 145cm?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet 7, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 9, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50ml z prostym gładkim stożkiem kompatybilnym z cewnikami bez zatyczki?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet 9, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50ml w opakowaniach a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 22, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści aparat do aspiracji płynów z filtrem bakteryjnym 1,2µm i cząsteczkowym 5µm?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet 26, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet nr 35, pozycja 1-6**

**Czy Zamawiający dopuści serwety z 4 etykietami samoprzylepnymi do archiwizacji danych?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet nr 35, pozycja 1, 3, 6**

**Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze laminatu 60g/m<sup>2</sup>?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet nr 35, pozycja 2, 4, 5**

**Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze laminatu 40g/m<sup>2</sup>?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet nr 35, pozycja 2**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7 cm?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet nr 35, pozycja 3**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę z centralnym otworem przylepnym o średnicy 7 cm?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet nr 35, pozycja 3**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę z centralnym otworem przylepnym o średnicy 10 cm?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet nr 35, pozycja 4**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę z centralnym otworem 6 x 8 cm?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 35, pozycja 5**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm, o gramaturze laminatu 60g g/m<sup>2</sup>?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet 11, pozycja 1**

**Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje 90000 sztuk igły do rozpuszczania i pobierania leków z fiolek, czy 90000 opakowań po 100 sztuk?**

Odp. Zamawiający oczekuje 90000 sztuk. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w formularzu cenowym.

**Pakiet 17, pozycja 1**

**Wnosimy o dopuszczenie termometru elektronicznego z możliwością dezynfekcji wyłącznie końcówki termometru, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zaproponowany termometr jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej oraz jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 19, pozycja 1**

**Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje igły do przelewania leku typu igła transferowa, czy kaniuli do pobierania leku typu SPIKE?**

Odp. Zamawiający oczekuje ostrza przelewowego.

**Pakiet 22, pozycja 1**

**Wnosimy o dopuszczenie aparatu do aspiracji płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2µm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Dot. treści SIWZ**

**Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?**

Odp. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

#### **Pytanie do SIWZ**

**Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, dołączy stosowne oświadczenie do oferty przetargowej?**

Odp. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, dołączy stosowne oświadczenie do oferty przetargowej.

#### **Pakiet 2**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki na podstawie oświadczenie producenta strzykawek o ich kompatybilności z wymienionymi w SIWZ pompami strzykawkowymi i jednocześnie odstąpi od wymogu wpisania ich w menu pompy?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na konieczność precyzyjnego podawania leku.

#### **Pakiet 5**

**Czy Zamawiający dopuści przyrząd z oznaczeniem zakresu od 0-300 ml/h ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 7, poz. 4**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 7, poz. 5**

**Czy Zamawiający pisząc „tłok gumowy” ma na myśli gumowe zakończenie tłoka?**

Odp. Tak, Zamawiający pisząc „tłok gumowy” ma na myśli gumowe zakończenie tłoka.

#### **Pakiet 8**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 8**

**Czy zamawiający wymaga dwustronnej skali pomiarowej, dla łatwiejszego odczytu pojemności?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pakiet 9**

**Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet 9**

**Czy zamawiający dopuści strzykawkę z prostą końcówką, zamiast schodkowej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

#### **Pakiet 28**

**Czy Zamawiający dopuści przyrząd na podstawie oświadczenia producenta o możliwości podawania cytostatyków i odstąpi od wymogu takiego oznaczenia na opakowaniu jednostkowym?**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet 28**

**Czy zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek przy igle biorczej dla łatwiejszego wprowadzenia przyrządu do butelki?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet 28**

**Czy zamawiający wymaga precyzyjnego zacisku rolkowego z miejscem na dren oraz igłę po użyciu?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet 29**

**Proszę o dopuszczenie przyrządu z komora kropłową o dł. Ok 9 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wg SIWZ.

**Pakiet 29**

**Czy zamawiający wymaga precyzyjnego zacisku rolkowego z miejscem na dren oraz igłę po użyciu?**

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet 33 poz. 1**

**Czy zamawiający dopuści strzykawkę z logo importera na strzykawce?**

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 33 poz. 1**

**Proszę o dopuszczenie strzykawki wykonanej z polipropylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

Odp. Zamawiający wymaga: „Strzykawki trzyczęściowe tuberkulinowe z dołączoną igłą. Strzykawka do tuberkuliny 1ml luer, skalowana co 0,01 ml, tłok i cylinder z polipropylenu (...).” Wg SIWZ.

**PAKIET 8**

**Czy Zamawiający na pewno oczekuje 2 000 op. po 100 szt. co łącznie daje 200 000 sztuk?**

Odp. Zamawiający oczekuje 2000 szt. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w formularzu cenowym.

**PAKIET 12 POZ.7**

**Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?**

Odp. Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia osobnych pakietów w przetargach unijnych.

**PAKIET 12 POZ.7**

**Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny.**

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule. Wg SIWZ.

**PAKIET 15 POZ.8,9**

**Czy zamawiający wydzieli poz.8,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?**

Odp. Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia osobnych pakietów w przetargach unijnych.

**PAKIET 26**

**Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada**

zakończenie obłę z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, szaszetka środka myjącego?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### PAKIET 29

Czy Zamawiający nie oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych?

Odp. Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi.

#### PAKIET 29

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> ( objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji grawitacyjnej z precyzyjnym regulatorem z zaciskiem rolkowym, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Wg SIWZ.

#### Pakiet nr 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji do podawania cytostatyków z informacją producenta potwierdzającą możliwość stosowania przyrządu z cytostatykami, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Wg SIWZ.

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 29.01.2021 r. do godz. 09.30.

Dyrektor Centrum  
Marcin Marmyła

