
Gdynia, dnia 03-11-2021 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

Dostawa wyposażenia w ramach programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 do Banku Mleka w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

nr D25M/252/N/28-54rj/21

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Zadanie 6:

1. Czy Zamawiający dopuści monitor z matrycą LED, IPS, bez TFT, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Zadanie 1-6:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 15 grudnia 2021 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu, ze względu na krótki termin rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia.

Pytanie 3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31 grudnia 2021 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu, ze względu na krótki termin rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia.

Pytanie 4. Umowa:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy urządzenia w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 15 dni roboczych od zgłoszenia awarii? Oferowane przez nas urządzenie/części zamienne podlegają odprawie celnej, co znacząco wydłuża czas dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

Pytanie 4. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia zastępczego dopiero po terminie wyznaczonym na naprawę sprzętu (zgodnie z § 8 pkt. 9)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 9 pkt. 1 ppkt. 4 do 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar do 30% łącznej wartości przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania w zakresie zadania nr 5:

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma wyświetlaczami LED z przyciskami membranowymi: 1 dla chłodziarki i drugi oddzielny dla zamrażarki? Wyświetlacze LED są mniej awaryjne niż wyświetlacze LCD, a kody błędów są łatwo identyfikowane z racji bardzo czytelnej instrukcji w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z dwoma wyświetlaczami LED z przyciskami membranowymi: 1 dla chłodziarki i drugi oddzielny dla zamrażarki.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych komory chłodziarki szerokość x głębokość x wysokość: 461 mm x 437 mm x 877 mm?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach wewnętrznych komory chłodziarki szerokość x głębokość x wysokość: 461 mm x 437 mm x 877 mm

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalną głębokością urządzenia po otwarciu drzwi 1186 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z maksymalną głębokością urządzenia po otwarciu drzwi 1186 mm.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości o grubości 50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami pełnymi bez możliwości zmiany kierunku otwierania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z tworzywa ABS? Jest to rozwiązanie równoważne do wyspecyfikowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 595 mm x 639 mm x 877 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 595 mm x 639 mm x 877 mm

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uchwytami bez powłoki antybakteryjnej?

W jaki sposób ma być realizowane zabezpieczenie przed bakteriami na uchwycie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami pełnymi, ale bez półek/organizatorów zamocowanych na drzwiach?

Półki i organizery mocuje się zazwyczaj wewnątrz komory chłodniczej na ścianach nie na drzwiach.

Odpowiedź:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Zamawiający dopuszcza urządzenie z drzwiami pełnymi, ale bez pótek/organizerów zamocowanych na drzwiach.

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści urządzenie w wykonaniu ATEX, ale z wewnętrznym wentylatorem nie wymagającym czyszczenia?

Wentylator zapewnia lepszy rozkład temperatury i szybszy powrót parametrów urządzenia po otwarciu drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19. szafa mroźna z czujnikiem temperatury

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LED z przyciskami membranowymi? Wyświetlacze LED są mniej awaryjne niż wyświetlacze LCD, a kody błędów są łatwo identyfikowane z racji bardzo czytelnej instrukcji w języku polskim

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LED z przyciskami membranowymi.

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych komory szerokość x głębokość x wysokość: 535 mm x 437 mm x 1462 mm?

Czy w tym punkcie nie doszło omyłki pisarskiej i zamiany parametru głębokości i wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach wewnętrznych komory szerokość x głębokość x wysokość: 535 mm x 437 mm x 1462 mm. Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej.

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z maksymalną głębokością urządzenia po otwarciu drzwi 1186 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z maksymalną głębokością urządzenia po otwarciu drzwi 1186 mm.

Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone tylko w regulowane nóżki lub tylko w kółka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone tylko w regulowane nóżki lub tylko w kółka.

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami pełnymi bez możliwości zmiany kierunku otwierania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym z tworzywa ABS?

Jest to rozwiązanie równoważne do wyspecyfikowanego.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 595 mm x 640 mm x 1776/1976 mm (w zależności czy rozwiązanie z kółkami czy nóżkami)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 595 mm x 640 mm x 1776/1976 mm.

Pytanie 26. Czy Zamawiający dopuści urządzenie w wykonaniu ATEX, ale z wewnętrznym wentylatorem nie wymagającym czyszczenia?

Wentylator zapewnia lepszy rozkład temperatury i szybszy powrót parametrów urządzenia po otwarciu drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uchwytami bez powłoki antybakteryjnej?

W jaki sposób ma być realizowane zabezpieczenie przed bakteriami na uchwycie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sześcioma szufladami ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z sześcioma szufladami ze stali nierdzewnej .

Pytanie 29. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni, gdyż producenci w dalszym ciągu borykają się z problemami wynikającymi z Covid-19 w realizacji zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na krótki okres rozliczeniowy.

Pytanie 29 dot. zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka z zalecaną temperaturą próbki od +35°C do +40°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator składu mleka z zalecaną temperaturą próbki od +35°C do +40°C

Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka z zakresem pomiarowym tłuszczu: 0,6-4g/100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator składu mleka z zakresem pomiarowym tłuszczu: 0,6-4g/100ml.

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka z zakresem pomiarowym węglowodanów: 6,6-8,7g/100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator składu mleka z zakresem pomiarowym węglowodanów: 6,6-8,7g/100ml?

Pytanie 32. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści laktator elektryczny klasy szpitalnej uciskowy, nie posiadający niezależnej regulacji siły i szybkości ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 33. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści w pkt. 4 laktator elektryczny z fazą odciągania pokarmu średnią 11 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 34. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności laktator elektryczny nie posiadających dwóch niezależnych pokręteł regulacji siły i szybkości ssania umożliwiających swobodny wybór ustawień, uciskowe laktatory nie posiadają powyższej funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 35. Czy Zamawiający dopuści laktator elektryczny bez dwóch wbudowanych uchwytów służących jako podstawka bo butelek i utrzymujących w pionie lejki z woreczkami z odciągniętym mlekiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 36. Czy Zamawiający dopuści laktator elektryczny z klasą ochronności IP32?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza laktator elektryczny z klasą ochronności IP32.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuści laktator elektryczny z siłą ssania w zakresie 37-255 mmHg, parametr nieznacznie różni się od wymaganego w SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza laktator elektryczny z siłą ssania w zakresie 37-255 mmHg.

Pytanie 38. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje.

W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PRODUKTU O DOPUSZCZONYM NN PISMEM PARAMETRZE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DODAĆ ODPOWIEDNIĄ ADNOTACJĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO SWZ O DOPUSZCZENIU INNEGO PARAMETRU NIŻ PIERWOTNIE OPISANY W SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu