



Znak: AE/ZP-27-24/22

Tarnów, 2022-04-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000EURO) na dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okolooprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłaniających śrub puszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji. osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4.** Czy w pakiecie nr 7, pozycji nr 4 Zamawiający dopuszcza parametry panewki w średnicach (rozmiarach) 48-66 mm, pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6.** Czy w pakiecie nr 7, pozycji nr 6 Zamawiający dopuszcza parametry panewki w średnicach (rozmiarach) 38-72 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 6.** w Załączniku nr 6.7 brak jest definicji/opisu panewki o nr 6 znajdującej się w Załączniku nr 1 (formularzu cenowym) opisanej jako pozycja 6. Panewka rewizyjna wielootworowa.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 19 pozycja 5.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego wyłączenie pozycji nr 5 w pakiecie nr 19 do osobnego pakietu, celem zwiększenia konkurencyjności oferty. Jest to związane z informacją producenta o zaprzestaniu produkcji w/w asortymentu wraz z końcem 2022 / początkiem 2023 roku.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 6-9.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie do jakiego typu pompy artroskopowej mają być opisane w postępowaniu dreny z pozycji 6-9 w pakiecie nr 19
6. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz 1.** Czy w pakiecie nr 18, Zamawiający dopuści Biowchłaniającą śrubę interferencyjną (kombinat 25% hydroksyapatytu i 75% PLLA-kwasu mlekowego, kaniulowana dla drutu nitinolowego 1.0mm, rozmiary śrub od 7x23mm i długościach 11x23-35mm, jako rozwiązanie równoważne?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści kotwicę tytanową samogwintującą o średnicach 4,5mm; 5,5mm oraz 6,5mm wyposażoną w dwie, lub trzy przesuwne nici niewchłaniane o wzmocnionej strukturze w rozmiarze 2 USP typu Fiber Wire® i/lub TigerWire® o wytrzymałości na wyrwanie >240N?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści kotwicę sterylną, tytanową, gwintowaną na całej długości, o średnicy 2.7mm i długości 7mm, wyposażoną w niewchłaniającą super mocną nić #2-0?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści kotwicę barkowa bezwęzłową działającą w systemie chińskiej pułapki, wykonaną z nici w kształcie rurki o średnicy 1,8 mm?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści kotwicę barkową bezwęzłową opartą o system self-punch, działającą w systemie chińskiej pułapki, wykonaną z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6 mm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga, by kotwica z pozycji nr 4 była wyposażona w system self-punch mający na celu oszczędność ubytku kostnego u pacjenta oraz skrócenie czasu operacyjnego?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 15.** W związku z tym, iż Zamawiający nie opisał w pakiecie 15 wielkości pojedynczego kompletu - prosimy o doprecyzowanie i podanie wymaganych ilości produktów opisanych w pakiecie 15 w ilościach sztuk.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści system wyposażony w dwa implanty na jednorazowym wprowadzaczach o kącie zagięcia igły 0, 12 stopni w górę, 12 stopni w dół, lub 24 stopnie w górę? Implanty niewchłaniające wykonane z miękkiej taśmy, trwale połączone ze sobą nicią niewchłaniającą, węzeł samozaciskowy, grubość 2/0.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, by implant do szycia łątki z pozycji nr 1 był oparty o materiał złożony z miękkiej atraumatycznej taśmy zmniejszającej ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych u pacjenta po zabiegu?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, by implant do szycia łątki z pozycji nr 1 był dostępny na jednorazowym wprowadzaczach o kącie zagięcia 24 stopnie w górę mającym za zadanie ułatwić dostęp do szycia rogu tylnego łątki?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści system do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki z 3 otworami wykonanej ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączonej z pętlą z taśmy niewchłaniającej dł. min. 50mm pozwalającej na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź puszczelowym, nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz dodatkowej nici służącej weryfikacji ułożenia płytki na zewnętrznej powierzchni kości udowej? Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu
17. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga, by pętla do podciągnięcia przeszczepu była wykonana z taśmy i posiadała możliwość zmniejszenia długości za pomocą lejców?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści płytkę rewizyjną tytanową w rozmiarze 5 mm x 20 mm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści drut wierzący z zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści drut o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści śruby biokompozytowe zbudowane z dwóch materiałów wzmacniających parametry implantu - w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA nowego typu, o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości? Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga, by śruba posiadała mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwiające przebudowę i przerost kością?
23. **Dotyczy pkt 23.2 SWZ.** W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o *sprecyzowanie / dodanie* do obecnego brzemienia projektu umowy poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:
- 1) W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
 - 2) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
 - 3) Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas inwentaryzacji upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.



24. **Dotyczy pkt 23.3 SWZ.** W związku z koniecznością użyczenia instrumentarium przez Wykonawcę, prosimy o *sprecyzowanie / dodanie* do obecnego brzemienia projektu umowy poniższych zapisów uszczegółwiających zasady przekazania instrumentarium w ramach realizacji umowy:
- 1) Zamawiający potwierdzi odbiór instrumentarium protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę.
 - 2) Przez cały okres trwania umowy, przedmiot użyczenia pozostaje własnością Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się nie rozporządzać nim na rzecz osób trzecich.
 - 3) Zamawiający zobowiązuje się do używania narzędzi/ instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zakładania asortymentu zakupionego u Wykonawcy.
 - 4) Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie narzędzi, jeżeli używa ich w sposób niezgodny z umową.
 - 5) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o każdym uszkodzeniu instrumentarium.
 - 6) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji.
 - 7) Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Wykonawcy instrumentarium po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, jak i w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
 - 8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych przeglądów instrumentarium zgodnie z zaleceniami producenta oraz do bezpłatnych napraw wynikających z normalnego używania narzędzi.
25. **Dotyczy pkt 20.2.3 oraz 23.13 b) SWZ.** Czy Zamawiający dookreśli w pkt 20.2.3 oraz 23.13 b), iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia zgłoszenia reklamacji co wiąże się z przesłaniem pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
26. **Dotyczy pkt 23.2 f) SWZ.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy / uzupełnienia depozytu do 3 dni roboczych.
27. **Dotyczy pkt 23.18 SWZ.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.
28. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści:
- Trzpień tytanowy typu wagnerowskiego, kształt konikalny prosty z nachyleniem osi 4 stopnie. Prosty o długościach 14cm i 20cm i przekrojach 14mm do 26mm skok co 1mm
 - Szyjka - oferowana w wersji standard i high offset, o kątach CCK 131 i 134 stopnie, wysokość od 50mm do 110mm, - 7 wysokości; konus 12/14
 - głowy metalowe i ceramiczne konus 12/14
 - Panewka rewizyjna tytanowa w wersji press-fit, wykonana w technologii 3D - elementy nieklejone monolityczne, panewki spłaszczone z podcięciem lub panewka z 3 zintegrowanymi płytami zaopatrzonymi w otwory na część biodrową oraz hakiem pod otwór zasłonowy oferowana w rozmiarze od 50mm , 54mm, 58mm, 62mm i 66mm
 - Panewki typu 3D wykonane z tytanu, w wersji wielootworowej podcięte, oferowane w zakresie 44mm do 76mm skok co 2mm lub panewki wielootworowe oraz z płytami i hakiem kompatybilne z modułami do ubytków w stropie oraz z wkładkami typu spacer
 - Wkładka polietylenowa z polietylenu cross-linked neutralna i okapem 20 stopni, pod głowy 28mm, 32mm i 36mm z tytanowym paskiem stabilizującym i centralizerem
 - Śruby tytanowe korowe, oferowane w rozmiarze 15mm do 100mm skok co 5mm.



29. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wymaga do pełnego uzupełnienia systemu rewizyjnego:
- Trzpień tytanowy oferowany w rozmiarze 13mm do 26mm skok co 1mm; dwie długości trzpienia, krótka 10cm i długa 16cm; konus 12/14
 - Element szyjkowy oferowany w wersji standard i high offset, kąt szyjkowo trzonowy 125 i 135 stopni, szyjki w 2 długościach, przekrój szyjka rosnący odpowiednio do wielkości trzpienia.
 - Moduł rewizyjny wykonany z tytanu w technologii 3d, zintegrowany z panewkami bezcementowo, rozmiary dopasowany do rozmiaru implantowanej panewki, oferowane w dwóch wersjach 12mm i 18mm
 - Wkładka dwumobilna wykonana z CoCr
 - Głowa dwumobilna polietylenowa pod wkładkę CoCr dwumobilna - rozmiary głów 40mm i 42mm
 - Moduł rewizyjny wykonany z tytanu w technologii 3d, zintegrowany z panewkami bezcementowo, rozmiary dopasowany do rozmiaru implantowanej panewki, oferowane w dwóch wersjach 12mm i 18mm
 - Wkładki korygujące 0°, 10°, 20° + wszystkie opcje +5mm.
30. **Dotyczy pkt 23 SWZ.** Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym? Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym bez konieczności dostarczania oryginału faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 4** panewki w średnicach (rozmiarach) 48-66 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 6** panewki w średnicach (rozmiarach) 38-72 mm.

Ad 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 7 poz. 6** panewki opisanej w Załączniku Nr 1 do SWZ.

Ad 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 19 poz. 5** do osobnego pakietu.

Ad 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 19 poz. 6-9**.

Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowania w **Pakiecie Nr 18 poz. 1** biowchłaniających śrub opisanych w pytaniu.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** kotwic tytanowych samogwintujących opisanych w pytaniu.

Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** kotwic tytanowych opisanych w pytaniu.

Ad 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 3** kotwic barkowych opisanych w pytaniu.

Ad 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowania w **Pakiecie Nr 15 poz. 4** kotwic barkowych opisanych w pytaniu.

Ad 11 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 15 poz. 4** kotwiczek elastycznych spełniających wymagania określone w SWZ, z uwzględnieniem dopuszczenia Ad 10.

Ad 12 Zamawiający w kolumnie „Wyszczególnienie” Załączniku Nr 1 do SWZ określił co musi wchodzić w skład kompletu oferowanego w **Pakiecie Nr 15 poz. 1-4**.

Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** systemu wyposażonego w dwa implanty na jednorazowym wprowadzaczach opisanych w pytaniu.



Ad 14 -15 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 17 poz. 1** systemu wyposażonego w dwa implanty na jednorazowym wprowadzaczach spełniających wymagania określone w SWZ, z uwzględnieniem dopuszczenia Ad 13.

Ad 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 2** systemu do rekonstrukcji więzadeł opisanego w pytaniu

Ad 17 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 17 poz. 2** implantów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych spełniających wymagania określone w SWZ, z uwzględnieniem dopuszczenia Ad 16.

Ad 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 3** płytek rewizyjnych opisanych w pytaniu.

Ad 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 4** drutu wierzącego opisanego w pytaniu.

Ad 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 5** drutu wierzącego opisanego w pytaniu.

Ad 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 1** śrub biokompozytowych opisanych w pytaniu.

Ad 22 Zamawiający wymaga zaoferowanie w **Pakiecie Nr 18 poz. 1** śrub puszczelowych biowchłaniających spełniających wymagania określone w SWZ, z uwzględnieniem dopuszczenia Ad 21.

Ad 23-26 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w zapisach pkt 23 SWZ Projektowane postanowienia umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Ad 27, 30 Zamawiający dopuszcza wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy: ksiegowosc@ssz.tar.pl bez konieczności dostarczania oryginału faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza również dostarczanie przez Wykonawcę faktur w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, bez konieczności dostarczania oryginału faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

Ad 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6** endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego bezcementowych opisanych w pytaniu.

Ad 29 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6** endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego bezcementowych, dopuszcza aby były to elementy o parametrach opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

[Handwritten signature]

Zastępca Dyrektora

[Handwritten signature]
mgr Danuta Nosok

