Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22

Wrocław, dnia 24.02.2022

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, znak sprawy PN 02/22.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 2

1) poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:
- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) poz. 2
Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku
w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 3

1) Czy Zamawiający w **Zadaniu 3** oczekuje, aby rurka (dla rozmiarów od 2,0 - 6,0 mm) posiadała centymetrowe znaczniki na korpusie rurki (po dwóch stronach korpusu rurki).

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Czy Zamawiający dopuści oznaczenie nazwy producenta na opakowaniu zamiast na korpusie rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną wyłącznie z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną z PCV zapewniającą dużą elastyczność rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5) dotyczy ZADANIE 3 poz.3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek intubacyjnych, światowego lidera Rüsch, wykonanych z PVC niesilikonowanego, lecz wykonanych w technologii bardziej zaawansowanej, o właściwościach poślizgowych. Pozostałe zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 4, pozycja 1

1) Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową wykonaną z medycznej odmiany PCV z możliwością stosowania do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową wykonaną z 100% silikonu medycznego z możliwością stosowania do 4 tygodni?

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 5
Czy w zadaniu tym Zamawiający oczekuje zaoferowania proszku żelującego dopuszczonego do stosowania w placówkach medycznych czyli posiadającego oznakowanie CE?
Odpowiedź Zamawiający oczekuje proszku z oznaczeniem CE

Zadanie 6

1) Ze względu na nieścisłości zapisu w SWZ prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tym zadaniu zestawów złożonych z : zestawu do drenażu czynnego i biernego klatki piersiowej i dwóch worków kolekcyjnych o łącznej pojemności min. 2500ml, z możliwością higienicznego opróżniania wydzielin do worka kolekcyjnego , wyposażonych w suchą zastawkę jednokierunkową i pompkę do ewakuacji powietrza i płynów będącą wskaźnikiem stanu rozprężenia płuca, płynną regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie odpowiadającym 0-45 cm słupa wody.
Proponowane zestawy były już przedmiotem dostaw do Zamawiającego

Odpowiedź : TAK

2) Czy Zamawiający w zad. 6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Bezworkowy zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) trzy komorowy z regulacją podciśnienia słupem wody w zakresie ciśnienia odpowiadającego ciśnieniu od 0-25cm słupa wody i zastawką wodną. Zastawka wodna wyskalowana do - 20 cm słupa wody. Zbiornik kolekcyjny o pojemności 2500ml (dostępna opcja zamówienia zestawu z 2 wydzielonymi komorami kolekcyjnymi o poj. 950 i 1900 ml), wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 200ml, co 5 do pojemności 2500ml z portem do pobierania próbek przy małych objętościach, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, wbudowany zawór na obudowie, umożliwiający ręczną kontrolę podciśnienia. Niezależnie pracujący, wyskalowany cyfrowo wskaźnik przecieku doopłucnowego, dający dobrą wizualizację dzięki zabarwionemu płynowi. Pojedyńczy dren łączący, bezlateksowy, z portem do bezigłowego pobierania próbek drenowanego płynu, zabezpieczony przed zagięciem za pomocą zewnętrznego dodatkowego zbrojenia rurą karbowaną. Dren wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą wymianę napełnionego zestawu bez konieczności rozłączania drenażu po stronie pacjenta. Wysokość ok. 36 cm i konstrukcja pozwalająca zarówno na zawieszenie, jak i postawienie na integralnym rozkładanym stojaku, uchwyt umożliwiający przenoszenie, możliwość pracy w każdej w pozycji (pionie i w poziomie), zapakowany sterylnie w folię wewnątrz w serwetę. Dołączony wyskalowany lejek gwarantujący dostarczenie odpowiedniej ilość płynu do zastawki wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w podwójne opakowanie: wewnątrz opakowanie foliowe i zewnątrz opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Ad zadanie nr 7 i 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tych zadaniach drenów sterylnych

Odpowiedź –TAK, Zamawiający oczekuje sterylnych drenów

Zadanie 8 poz. 1

1) Czy Zamawiający dopuści dren łączący o długości 2,1 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5 mm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 7 mm?
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w podwójne opakowanie: wewnątrz opakowanie foliowe i zewnątrz opakowanie papierowo-foliowe?
Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

5) Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym zadaniu drenów o średnicy wewn. 5,6mm i długości 210cm , pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

6) Czy Zamawiający dopuści dren łączący o długości 210cm i średnicy 5,60mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 9

1) Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tym zadaniu zestawów do punkcji z 3 igłami punkcyjnymi dł.80mm o różnych średnicach 14G, 16G i 18G ? Pozostałe parametry jak w SWZ.
Odpowiedź: TAK

2) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 9 zestawu do przezskórnego drenażu opłucnej do wprowadzenia metodą Seldingera, w skład którego wchodzi: igła wprowadzająca 18G długości 7cm, prowadnica o średnicy 0,71mm długości 40cm o zakończeniu J, rozszerzadło 11Fr, radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 12Fr długości 15cm posiadający 6 portów bocznych, kranik trójdrożny, stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 12, pozycja 1

1) Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny jedynie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na wysokiej jakości kraniki trójdrożne wykonane z odpornego na pękanie poliamidu, o niższej niż wskazana w siwz wytrzymałości ciśnieniowej, zgodnej z PN-EN ISO 8536-10:2015-08 i PN-EN ISO 8536-8:2015-08 - europejskiego lidera w ich produkcji - firmy B/Braun lub innych równoważnych - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kraniki trójdrożne, o wytrzymałości ciśnieniowej < 4 bara, z wyraźnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty - europejskiego lidera w ich produkcji - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki trójdrożne - ze względu na wymóg ich aseptycznego użytkowania - powinny posiadać ujścia zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem położonym poniżej własnej krawędzi - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, z drenem 10 cm bez DEHP ,wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, dren bez DEHP , średnica drenu 4,1 x 2,9 mm jałowy, j.u. objętość wypełnienia zestawu 1,19 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

6) Czy **w zadaniu 12**, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o poniższym opisie:

- kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem otwarty/zamknięty
- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone korkami
- wewnętrzna średnica drenu 3mm
- kranik wykonany z poliwęglanu
- łącznik drenu wykonany z polietylenu
- zatyczki wykonane z ABS
- odporne na ciśnienie 4,00 bar
- sterylne
- z przedłużaczem 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

zadanie 14

Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu bez portu do pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 15

Dotyczy pakietu nr 15 prowadnice Bougie:
Czy zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe prowadnice Bougie

o wymiarach 15Ch 80 cm długości lub 15 Ch 60 cm długości (do wyboru zamawiającego) o następujących parametrach:
• Wysoki połysk i niskie opór powierzchni ułatwia poślizg rurki intubacyjnej na prowadnicy
• Elastyczność końcówki redukuje ryzyko urazu
• Oznakowanie głębokości wprowadzenia na bocznej powierzchni prowadnicy
• Łatwo widoczny pojemnik w kształcie rury pozwala na szybkie znalezienie prowadnic w sytuacjach pilnych, pojemnik posiada też sznurek pozwalający na jego zaczepienie na wózku resuscytacyjnym lub aparacie do znieczulenia
• Wysokiej jakości sztywne zewnętrzne opakowanie – tubus z możliwością zawieszenia chroni produkt w czasie transportu i w magazynie
• Pakowane pojedynczo w opakowanie papier/folia, następnie 10 sztuk w tubusie.

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 16

1) Czy w zadaniu 16 poz. 1, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z drenem o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- dren długości 2 metry
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z materiału PCV?

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

3) Proszę o dopuszczenie maski wykonanej z medycznego PVC

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data

ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku" (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

5) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z medycznego i nietoksycznego PCV, posiadającą regulowaną blaszkę na nos oraz bezlateksową gumkę mocującą pozwalającą na zachowanie szczelności przylegania maski?

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

6) Pytanie 3. Dotyczy pakietu 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do tlenoterapii do średniej koncentracji tlenu, dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów. Maska czysta mikrobiologicznie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

zadanie 16, pakiet 17, pakiet 18
czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasam?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 17

1) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Czy Zamawiający dopuści cząsteczki o średnicy max 2,0-2,2 um?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści cząsteczki o średnicy max 2,0-2,2 um?

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Prosimy Zamawiającegoo dopuszczenie masek tlenowych pediatrycznych z nebulizatorem, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, pojemność nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 17 i 18

Czy w zadaniu 17 poz. 1 oraz zadaniu 18 poz.1, zamawiający wyrazi zgodę na

zaoferowanie maski z nebulizatorem o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- pojemność 6 ml (skalowane co 1 ml)
- dren długości 2 metry, średnica wewnętrzna drenu 5mm +/- 0,5mm
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 18

1) Dotyczy pakietu 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych dla dorosłych z nebulizatorem, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, pojemność nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 19

1) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Cewnik Foley 2-drożny z balonem 5-10ml w rozmiarze CH 12, w rozmiarze CH 14-24 balon 30-50ml.

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml – 50ml

3) Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Czy w zadaniu 19 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley o poniższym opisie:

- Silikonowa powłoka stanowi barierę pomiędzy lateksową powierzchnią cewnika, a cewką moczową pacjenta, zwiększając stopień zgodności biologicznej

- Duże otwory drenażowe i duże światło przewodu cewnika ułatwiają przepływ moczu

- Gruby lejek zapobiega zapadaniu się przy irygacji

- Wzmocniona końcówka

- Mocne symetryczne baloniki zapobiegają wypadnięciu cewnika
- Przeznaczony do krótkotrwałego użytku
- Wyposażony w zastawkę lateksową
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Sterylny, pakowany podwójnie folia/folia-papier

Cewnik foley występuje w rozmiarach:
- od CH 6 do CH 10 z prowadnicą rozmiar balonu 3 ml / 5 ml długość 270 mm
- od CH 12 do CH 26 rozmiar balonu 5 ml-10 ml długość 400 mm

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 20

Czy Zmawiający wymaga zaoferowania 5 sztuk opakowań zbiorczych opisanych rurek (opakowanie 50 sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 5 szt nie opakowań zbiorczych (5*50 szt)

Zadanie 21

1) W związku z faktem, iż opisane dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem, standardowo posiadają średnice o skoku rozmiaru co CH 4, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny w rozmiarach CH 20, 24, 28, /do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy/ - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej - ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - poza wymaganym w siwz cyt. „paskiem kontrastowym RTG wzdłuż całego drenu" - powinny posiadać także znaczniki RTG, określające położenie otworów drenażowych, które łącznie zapewniają precyzyjną identyfikację położenia drenu w każdych warunkach klinicznych, co jest szczególnie istotne dla prowadzonej terapii.
   Odpowiedź: TAK

3) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu klatki piersiowej - ze względu na szczególny charakter ich zastosowania - powinny być pakowane w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

4) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 zestawu do drenażu klatki piersiowej do wprowadzenia metodą Seldingera Thal Quick, w skład którego wchodzą: echogeniczna igła, ekstrasztywny prowadnik Amplatz o zakończeniu J, rozszerzadła

z oznaczeniem centymetrowym, wprowadzacz rurki, skalpel, radiocieniująca rurka do drenażu klatki piersiowej z 4 portami bocznymi o długości 41cm w rozmiarach: 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr lub z 3 portami bocznymi 8Fr długości 18cm, 10Fr długości 20cm, 12Fr długości 22 cm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 25,26

Czy Zamawiający w Zadaniu 25, 26 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza nie wymaga

zadanie 25,26, zadanie 48

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

zadanie 25, poz. 1
Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pakiet 26,
Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 27

1) Czy w zadaniu 27 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 600 ml
- pojemność komory pomiarowej 500 ml
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)

- system By-Pass zapobiega przepełnieniu
- zawór antyzwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)
- zawór dolny typu T
- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)
- port do pobierania próbek
- elastyczne sznurki mocujące
- wbudowany wieszak w worek na mocz
- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka
- dren o długości 120 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający w zad. 27, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do godzinowej zbiórki moczu, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkieg opróżniania typu poprzecznego „T"; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnego; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110 ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe; zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 29

1) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zawierający śladowe ilości ftalanów?

   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeryczne rozmiaru tylko na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez dodatkowego otworu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Wnosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania z otworem centralnym, dwoma otworami naprzemianległymi, bez oznaczenia numerycznego na cewniku oraz bez dodatkowego otworu w opakowaniu do zawieszenia, długość cewnika 50cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany cewnik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Brak numerycznego rozmiaru na cewniku rekompensuje kolorystyczne oznaczenie cewnika zgodne z międzynarodowym kodem. Brak dodatkowego otworu w opakowaniu stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na wykonywane procedury medyczne. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA CEWNIK BEZ DODATKOWEGO OTWORU DO ZAWIESZENIA ORAZ BEZ OZNACZENIA NUMERYCZNEGO POZOSTAŁE PARAMETRY SIWZ

5) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w opakowaniu bez otworu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy SWZ

Zadanie 30,

1) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w opakowaniu bez otworu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zawierający śladowe ilości ftalanów
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeryczne rozmiaru tylko na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez dodatkowego otworu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

5) Czy w zadaniu 29,30 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do odsysania o poniższym opisie:

- wykonane z PCW
- powierzchnia satynowa (zmrożona)
- jeden otwór centralny, dwa otwory boczne naprzemianległe
- jednorazowego użytku
- jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- opakowanie folia-papier

Cewnik do odsysania występuje w rozmiarach:
od CH 5 do CH 10 długość 400 mm
od CH 5 do CH 10 długość 600 mm
od CH 12 do CH 24 długość 500mm lub 600 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

6) Wnosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania z otworem centralnym, dwoma otworami naprzemianległymi, bez oznaczenia numerycznego na cewniku oraz bez dodatkowego otworu w opakowaniu do zawieszenia, długość cewnika 50cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany cewnik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Brak numerycznego rozmiaru na cewniku rekompensuje kolorystyczne oznaczenie cewnika zgodne z międzynarodowym kodem. Brak dodatkowego otworu w opakowaniu stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na wykonywane procedury medyczne. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza cewnik bez dodatkowego otworu do zawieszenia oraz bez oznaczenia numerycznego pozostałe parametry siwz

Zadanie 32

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody do Holtera o rozmiarze określanym przez producenta jako 50-45mm i kształcie łezki - światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga
2) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do Holtera) - oferowana elektroda - powinna posiadać odporność na oderwanie na poziomie min. 19 N - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
3) **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga** Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do Holtera) - oferowana elektroda - powinna posiadać charakteryzować się odpornością na zamoczenie w okresie min. 72h (w normalnych warunkach pielęgnacji ciała w tym prysznic) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

4) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do Holtera) - oferowana elektroda - powinna posiadać możliwość użytkowania w środowisku MRI - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 32 i 33

Prosimy o doprecyzowanie opisu wymaganych elektrod: wykonana z antyalergicznych materiałów- elektroda ma być wykonana z pianki czy z włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elektroda wykonana była z antyalergicznego materiału

Zadanie 33

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody do EKG o rozmiarze określanym przez producenta jako 57-34mm i kształcie łezki - światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do EKG) - oferowana elektroda - powinna posiadać odporność na oderwanie na poziomie 5-8 N - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

3) Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:: Zamawiający dopuszcza wycenę op a 50 szt pozostałe parametry siwz

ZADANIE 34

1) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły, powinny posiadać potrójne ścięcie typu lancet oraz powinny być polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu, co zapewnia ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa komfort pacjenta przy wykonywaniu procedury - tak jak np. igły iniekcyjne światowego lidera w ich produkcji - firmy Becton-Diciknson lub inne równoważne - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:
   1) 0,7 x 38
   2) 0,8 x 38
   3) 0,9 x 38
   4) 4,5 x 13

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

ZADANIE 35

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody dla niemowląt o rozmiarze określanym przez producenta jako 30-24mm i kształcie łezki - światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do delikatnej skóry najmłodszych pacjentów) - oferowana elektroda - powinna posiadać odporność na oderwanie na maksymalnym poziomie 2.5 N - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

3) Prosimy o dopuszczenie elektrody z pianki polietylenowej, przy pozostałych parametrach bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 36

1) Czy Zamawiający w Zadaniu 36 poz. 1, 2 dopuści wycenę op. x 50szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op a 50 szt pozostałe parametry siwz

2) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie rozmiarów igieł w skali Gauge.
Odpowiedź: rozmiary igieł w skali GAUGE

1) 0,7- 22 G
2) 0,8- 21 G
3) 0,5 - 22 G
4) 0,6 – 23 G

Zadanie 37

1) Prosimy o potwierdzenie, iż wymagane zapisami siwz cyt. „logo lub nazwa producenta", powinna znajdować się zarówno na samym wyrobie, jak i na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co pozwala na identyfikację jego pochodzenia także w warunkach klinicznych, już po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania koreczków pakowanych pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Czy Zamawiający w Zadaniu 37 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

5) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 41

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy drenów z możliwością pomiaru OCŻ, powinny być w pełni kompatybilne ze skalą do pomiaru OCŻ wielorazową, będącą przedmiotem zamówienia w Zadaniu 74

Odpowiedź: TAK

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy drenów z możliwością pomiaru OCŻ, powinny posiadać łączną długość min. 180cm, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: TAK

Zadanie 42

1) Czy w zadaniu 42 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do tuberkuliny bez nazwy producenta oraz logo na wyrobie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w **pakiecie 42** strzykawki TBC z igłą 25G x 16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 44, pozycja 1

1) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń infuzyjnych z możliwością regulacji od 5-250ml/h z jednoczęściową komorą kroplową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bez zastawki antyrefluksyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu o możliwości regulacji od 5 do 250 ml/h, z jednoczęściową komorą kroplową, dren o długości 150cm z zastawką antyrefluksyjną, dodatkowy zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, przyrząd pozbawiony DEHP, logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 44 - Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu - możliwość regulacji od 0 do min. 250ml/h, w pełni przejrzysta jednoczęściowa komora kroplowa której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego materiału oddzielona pierścieniem od części elastycznej /dodrenowej/, dren o dł. 210cm z zastawką antyrefluksyjną, dodatkowy zacisk zatrzaskowy do krótkich przerw w infuzji - przyrząd - bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5) Proszę o dopuszczenie przyrządu:
•uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
•Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem
•Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
•Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu
•Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
•15 µm filtr płynu
•Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
•Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym
•Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h
i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h
•Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
•Opakowanie typu blister
•Wolny od ftalanów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

6) Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo importera zamiast producenta na wyrobie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

7) Proszę o dopuszczenie przyrządu bez logo ani nazwy własnej na wyrobie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 46

1) Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Spike, który może być używany do 24h o długości 64mm i objętości napełnienia 0,30ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści przyrząd o długości ok. 8-9 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia ok. 0,56 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści przyrząd z odpowietrznikiem z możliwością zamknięcia go klapką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5) Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu typu SPIKE, który może być używany do 72h, o objętości wypełnienia 0,30 ±0,05ml, z odpowietrzeniem, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

6) Czy Zamawiający w Zadaniu 46 dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku o długości 60mm, posiadające filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z nieruchomą, samozamykającą się osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

7) Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu typu SPIKE, który może być używany do 72h, o objętości wypełnienia 0,30 ±0,05ml, o długości całkowitej, 75mm z odpowietrzeniem, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Zaproponowany przyrząd jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 47

1) Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 2,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści elektrody nieprzezierne dla promieni RTG?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne elektrody dla noworodków o rozmiarze określanym przez producenta jako 22-30mm - światowego lidera w ich produkcji - firmy Cardinal Health/Covidien lub innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

4) Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na swoje przeznaczenie (do delikatnej skóry najmłodszych pacjentów) - oferowana elektroda - powinna posiadać odporność na oderwanie na maksymalnym poziomie 0.7 N - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

5) Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 23x30 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 48,

Czy Zamawiający w Zadaniu 48 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 51

1) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania układów oddechowych czystych biologicznie, co stoi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. pozostałe zgodnie z swz.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągalne o długości 160 cm oraz jedną rurę rozciągalną o długości 100 cm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
3) Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągalne o długości 180 cm oraz jedną rurę rozciągalną o długości 120 cm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 53

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz, wysokiej jakości zestawy do podaży krwi z biuretą, o nazwie handlowej Dosifix - światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun - z powodzeniem stosowane w wielu szpitalach RP oraz EU.
Prosimy o potwierdzenie, iż w opisie zawartym w siwz, odnoszącym się do zestawu do podaży krwi z biuretą - nastąpiła omyłka pisarska - i w sformułowaniu cyt. „zestaw posiada specjalny zawór p" zabrakło sformułowania „pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu układu" umieszczonego na końcu tego opisu i prawidłowy opis powinien brzmieć cyt. „zestaw posiada specjalny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu układu" - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 54

1) Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml
- cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy w zadaniu 54 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z rezerwuarem o poniższym opisie:

- wykonane z medycznego PVC
- jeden bezpieczny zawór otwarty
- posiada regulowany metalowy klip na nos
- regulowane elastyczne mocowanie z tyłu głowy
- maska zapewnia wysokie stężenie tlenu, otwory boczne maski z zastawką jednokierunkową
- dren długości 2 metry
- pojemność worka (rezerwuar) około 1 000 ml
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy w zadaniu 54 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley 100% silikon o poniższym opisie:

- Cewnik wykonany 100 % silikonu
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik posiada na całej długości kontrast RTG
- Uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do łączników w workach na mocz
- Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

Cewnik foley występuje w rozmiarach:

- od CH 8 do CH 10 z prowadnicą rozmiar balonu 3 ml / 5 ml długość 270 mm

- od CH 12 do CH 24 rozmiar balonu 5 ml / 10 ml długość 400 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 2-drożny 100% silikon o długości 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 55, pozycja 1

1) Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną w rozmiarze 3,3 o długości 600mm i w rozmiarze 5.0 o długości 600mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną w rozmiarze 3,3 o długości 600mm i w rozmiarze 5.0 o długości 800mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne prowadnice do ukształtowania, w rozmiarach 4.0 i 5.0 oraz długości 60cm - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

4) Czy Zamawiający w **Zadaniu 55** oczekuje, że prowadnica intubacyjna do ukształtowania będzie posiadała rdzeń z aluminium, zapewniając w ten sposób łatwość ukształtowania prowadnicy i utrzymanie kształtu rurki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

5) Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania – długa, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta gładkim PCV – dostępna w rozmiarach 4.0mm długość 34cm oraz 4.7mm długość 34cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

6) Prosimy o dopuszczenie prowadnic światowego lidera Rusch w romiarach 4.0 i 5.0mm i dł. zagiętej 366mm. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 56

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, o nazwie handlowej Certofix Mono, o równoważnych parametrach oraz składzie i rozmiarze cewnika 18G x 15cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać możliwość inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG.

Odpowiedź: TAK

3) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr o długości 15 cmw gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek". Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) dotyczy ZADANIE 56
zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera Arrow, o minimalnym składzie: cewnik jednokanałowy 5F/16G/16cm, prowadnica 0,032"x 45cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka LS 5ml, rozszerzadło tkankowe 7F/10,2cm, skrzydełka mocujące stałe i ruchome. wszystkie elementy umieszczone na jednej tacy /opakowaniu typu blister, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 60

1) Prosimy o dopuszczenie produktu o następujących parametrach: Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoże z pianki, folia aluminiowa kompozytowa z hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 107 cm2, powierzchnia całkowita 165 cm2 , bez zawartości lateksu , kompatybilna z klipsem o szerokości styku 2,5 cm , pakowana po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową dla dorosłych o powierzchni styku 144 cm2, powierzchni całkowitej 212 cm2, pakowana po 5 sztuk w torebce i 50 sztuk w kartonie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

3) Ze względu na fakt, że producent elektrod posiada deklarację kompatybilności z urządzeniami medycznymi, prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i typu urządzenia z którym elektrody mają współpracować. Umożliwi nam to dobór odpowiedniego typu elektrody.

Odpowiedź: BOWA, ME 402 Martin, FORCETRIAD

4) Czy zamawiający dopuści produkt równoważny Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoże z pianki z klejem akrylowym , folia aluminiowa kompozytowa z hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 103 cm2 ,powierzchnia całkowita 168 cm2 , bez zawartości lateksu , bez zawartości ftalanów , kompatybilna z klipsem o szerokości styku 2,5 cm , pakowana po 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 61

1) Czy Zamawiający w Zadaniu 61 dopuści wycenę igły do nakłuć lędźwiowych o długości 88mm, z przezroczystą płaską nasadką z wyprofilowanym gładkim uchwytem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do nakłuć lędźwiowych, powinny w rozmiarach 25-27G, posiadać w komplecie w pełni kompatybilne prowadnice pakowane łącznie z igłami - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.
Odpowiedź: TAK

3) Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane igły do nakłuć lędźwiowych, ze względu na jednorodną technikę nakłucia, powinny pochodzić od jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 62, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule tlenowa donosową wykonaną z medycznego PVC bez adaptera tlenowego 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule tlenowa donosową wykonaną z medycznego PVC bez adaptera tlenowego 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 64

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek". Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera Arrow, o minimalnym składzie: cewnik dwukanałowy 7F/20cm, prowadnica 0,032"x 60cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka LS 5ml, rozszerzadło tkankowe 8,5/10,2cm, skrzydełka mocujące stałe i ruchome. wszystkie elementy umieszczone na jednej tacy /opakowaniu typu blister, sterylne. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu posiadania możliwości z punktem 4) poniżej**

3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, o nazwie handlowej Certofix Duo, o równoważnych parametrach oraz składzie i rozmiarze cewnika 16/16/18G x 20cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu posiadania możliwości z punktem 4) poniżej

4) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać możliwość inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG.
Odpowiedź: TAK

Zadanie 65

1) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, o nazwie handlowej Certofix Quattro, o równoważnych parametrach oraz składzie i rozmiarze cewnika 16/18/18/14G x 20cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu posiadania możliwości z punktu 2)

2) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, powinny posiadać możliwość inplantacji bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG.

Odpowiedź: TAK

3) Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy czteroświatłowe do kaniulacji naczyń w rozmiarze 8.5F x 20cm z prowadnikiem 9F - tak jak np. w tego typu zestawach polskiego lidera w ich produkcji - firmy Balton lub innych równoważnych - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu posiadania możliwości z punktu 2)

4) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek". Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5) zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów światowego lidera Arrow, o minimalnym składzie: cewnik dwukanałowy 8,5F/20cm, prowadnica 0,032”x 60cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, strzykawka LS 5ml, rozszerzadło tkankowe 9/10,2cm, skrzydełka mocujące stałe i ruchome. wszystkie elementy umieszczone na jednej tacy /opakowaniu typu blister, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 67

Czy Zamawiający w zadaniu 67 dopuści:

1) Poz. 1 worek stomijny symetryczny, otwarty, beżowy z okienkiem, pojemność 650 ml., otwór do przycięcia 10-76 mm, rozmiar płytki120 mm x 100 mm, wielkość worka 295 mm x 146 mm (nie zapięty), opakowanie – 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2) Poz. 1 worek stomijny stymetryczny, otwarty, neutralny szary z okienkiem, pojemność 510 ml., otwór do docięcia 10-55 mm, rozmiar płytki 125 mm x 105 mm, wielkość worka 280 mm x 137 mm (nie zapięty), opakowanie – 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

3) Czy Zamawiający będzie składał zamówienia w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 67 – worki stomijne pakowane po 30 szt w opakowaniu handlowym)? Nie mamy możliwości sprzedawania pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający będzie składał zamówienia na opakowania zawierające 30 szt

Zadanie 68

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 68 zestawu do przezskórnej tracheostomii do wprowadzenia metoda Seldingera w skład którego wchodzą: jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052” (1,32 mm), rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej (7.5mm, 8.5mm, 9mm lub 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8mm lub 8.5mm, 9mm, 10mm), igły wprowadzające 2szt. 15G (z koszulka i bez) długości 7cm, krótkie rozszerzadło o rozmiarze 14Fr długości 6,5 cm, skalpel jednorazowego użytku nr 15, strzykawka Monoject 6ml, czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, 4 gąbki z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. Zapewniamy szkolenie za fantomie z zastosowania powyższych zestawów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 69

1) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych z rezerwuarem wykonaną z materiału PCV?

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści maskę z metalową blaszką na nos, która umożliwia wygodne dopasowanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z oddechem zwrotnym, bez zaworów, otwarta, wydłużona pod brodę, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 1 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, pakowane pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku" (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. . W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z rezerwuarem wykonaną z medycznego nietoksycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

5) Proszę o dopuszczenie maski wykonanej z medycznego PVC

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

5) Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową do podawania tlenu z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 71

1) Czy Zamawiający dopuści bezigłowy zawór o przepływie 350ml/min, o objętości 0,09ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia badań klinicznych dot. czasu użycia bezigłowego zaworu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Czy Zamawiający w Zadaniu 71 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o przepływie 540ml/min., objętości wypełnienia 0,045ml, o możliwości zastosowania 7 dni lub 600 użyć?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

5) Proszę o dopuszczenie zaworu o objętości wypełnienia 0,085 ml

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

<u>Zadanie 76</u>

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3Fr o długości 5 lub 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 77

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3Fr o długości 5 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 80

1) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 81

1) Czy Zamawiający dopuści 2 rury karbowane o długości 160cm ze standardowymi zakończeniami 22F połączone łącznikiem typu Y z portem do kapnografii i zakończeniem 22M/15F, jedna rura karbowana o długości 100cm z obustronnym standardowym zakończeniem 22F, bezlateksowy worek 1L z zakończeniem 22?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) .Czy Zamawiający dopuści 2 rury karbowane o długości 160cm ze standardowymi zakończeniami 22F połączone łącznikiem typu Y z portem do kapnografii i zakończeniem 22M/15F, jedna rura karbowana o długości 100cm z obustronnym standardowym zakończeniem 22F, bezlateksowy worek 1L z zakończeniem 22?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

<u>Zadanie 81- 82</u>

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane układy oddechowe, powinny być sterylne, pakowane w kompletach w opakowanie typu folia-papier - tak jak np. w tego typu układach światowego lidera w ich produkcji - firmy Medtronic/Covidien lub innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: tak

<u>Zadanie 82</u>

1) Dotyczy pakietu 82 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowych dla dorosłych: 2 rury karbowane PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm z zakończeniami typu 22 Flex, połączone łącznikiem typu Y i zakończeniem 22M, jedna rura karbowana z PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm, z zakończeniem typu 22 Flex z jednej strony oraz workiem rezerwuarowym, bezlateksowym 2l, łacznik prosty 22M-22M pasujacy do dodatkowej rury i łączący worek oddechowy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2) Czy Zamawiający dopuści 2 rury karbowane z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 180cm ze standardowymi z miękkimi zakończeniami 22F połączone łącznikiem typu Y, jedna rura karbowana z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 120cm ze standardowym miękkim zakończeniem 22F oraz workiem rezerwuarowym 2L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

<u>Zadanie 83</u>

1)Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2)Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na oryginalne filtry o nazwie handlowej Hygrobaby użytej w opisie siwz, spełniające parametry charakterystyczne dla tego właśnie filtra bardziej korzystne niż wskazane w siwz - światowego lidera w ich produkcji - firmy Medtronic/Covidien.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3) Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry neonatologiczne, powinny charakteryzować się skutecznością filtracji względem NaCl na poziomie min. 94,186%, co jest szczególnie istotne przy wentylowaniu najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 84

1) Prosimy o potwierdzenie, iż w opisie zawartym w siwz, odnoszącym się do przyrządu do pobierania leków - nastąpiła omyłka pisarska - i w sformułowaniu cyt. „wyrobie i opakowaniu jednostkowym" zabrakło sformułowania „logo producenta na" umieszczonego przed nim i prawidłowy opis powinien brzmieć cyt. „logo producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym" - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Tak

2) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3) Czy Zamawiający w Zadaniu 84 dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z nieruchomą, samozamykającą się osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml"?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 87

1) Zwracamy się z prośbą do Zamawiajacego o dopuszczenie igieł Pencil Point o dł. 90 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowym w rozmiarze 25, 27G x 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 92

Prośba o odpowiedź , czy zamawiający wyraża zgodę w ogłoszeniu o zamówieniu na dopuszczenie filtrów antybakteryjnych zgodnych ze specyfikacją. Jedyna różnica wizualna- filtr ma obudowę kwadratową. (zadanie 92)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 94

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr o długości 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 96

1) Czy Zamawiający wymaga czujników sterylnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga sterylnych czujników.

2) Mając na uwadzę że zamawiane czujniki będą wykorzystywane m.in do badania noworodków w kierunku wrodzonych wad serca (CCHD) czy Zamawiający wymaga aby te czujniki spełniały wymogi polskich wytycznych i amerykańskiech protokołów w oparciu o októre zostały utworzone polskie wytyczne m.in: - dokładności pomiaru saturacji w standardach FDA: +/-2 dla zakresu SPO2 70-100% - wymagany certyfikat wraz z ofertą? Oraz czujników ze wskazaniem do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją- potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga

3) Czy Zamawiający dopuści czujniki chińskiego producenta, niezwalidowane pod względem kompatybilności z Nellcor Oximax przez orginalnego wytwórcę

technologii? W sytuacji uszkodzenia monitora / pulsoskymetru w trakcie stosowania czujników nie zwalidowanych przez orginalnego wytwórcę, w przypadku urządzeń z ważną gwarancją - następuje jej utrata?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujników kompatybilnych z NELLCOR OXIMAX zwalidowanych przez wytwórcę

4) Czy Zamawiający oczekuje aby zgodnie ze standardami Nellcor Oximax zaoferowane czujniki posiadały przynajmniej minimalne zabezpieczenia przed interferencjami elektromagnetycznymi emitowanymi przez inne urządzenia na oddziale szpitalnym, takie jak miedziana osłona (klatka Faradaya)części optycznych czujnika – fotodetektora?

Odpowiedź: TAK

5) Prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych z technologią Nellcor Oximax dla noworodków <3kg i dorosłych >30 kg, z wtyczką typu DB9 (9pin), spełniających pozostałe wymagania

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz , zamawiający oczekuje czujnika ze złączem kompatybilnym z technologią NELLCOR OXIMAX

<u>Zadanie 97</u>

1) dotyczy pakietu 97 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej z opakowaniem oznaczonym kolorystycznie (kolorystyczne oznaczenie rozmiaru), dodatkowo wyraźne oznaczenia rozmiaru cyfrą na opakowaniu oraz na baloniku (co gwarantuje bezproblemową identyfikację rozmiaru), z drenem połączonym z rurką na krótkim odcinku, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedyńczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wyposażoną w zastawkę wykonaną z PCV/metal?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z drenem łączącym korpus maski i mankiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie 99

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 4m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 101

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny brzuszne wykonane z medycznej odmiany pcv o odpowiednio dobranej giętkości i sprężystości /widoczne w usg/ - tak jak np. tego typu dreny polskiego lidera w ich produkcji - firmy Balton lub inne równoważne - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 103

1) Czy w zadaniu 103 poz. 1 zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Kher o poniższym opisie:

- wykonane z latexu naturalnego
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane podwójnie folia / folia - papier

Cewnik T-Kehr występuje w rozmiarach CH 8 do CH 26 długość ramion 16/38 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o długości ramion 450x180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

3) Czy Zamawiający dopuści dren Kehra bez znacznika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4) Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarach: CH8-CG24, rozmiary co 2CH?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Zadanie 106

Czy Zamawiający w zad. 106, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Worek do usuwania preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. Worek o pojemności 200ml. Średnica wejścia 50mm. Pojemnosć kompatybilna z trokarami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcia kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania. Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza - po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru kodowanie kolorami

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zadanie 107

1) Czy Zamawiający w zad. 107, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Worek do usuwania preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. Worek o pojemności 800ml. Średnica wejścia 100mm. Pojemnosć kompatybilna z trokarami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcia kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania. Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza - po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru kodowanie kolorami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków o pojemności 400 ml.

3) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków o pojemności 435 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4) Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym zadaniu woreczków do ewakuacji tkanek w zabiegach laparoskopowych pojemności 400ml, uwalnianych z prowadnicy, wprowadzanych przez trokar 10mm, prowadnica wyposażona w uchwyt na 2 palce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe zgodnie z SWZ

Zadanie 109

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane liczniki igieł, powinny być przeznaczone na 20/40 igieł oraz powinny posiadać samoprzylepny spód mocujący blok pianki na każdej powierzchni oraz zewnętrzne paski samoprzylepne mocujące połówki pojemnika na dowolnej powierzchni - tak jak np. w tego typu licznikach światowego lidera w ich produkcji - firmy Medtronic/Covidien lub innych równoważnych - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 110

1)Prosimy o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry z linijką z syntetycznego papieru (z dwustronną skalą pomiarową) , co zagwarantuje utrzymanie stabilności linijki w wilgotnym środowisku .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Zadanie 112

1) Czy Zamawiający wymaga w pozycji numer 2 kaniul i masek rozmiary XS, S, M, L, XL których naprzemiennie Zamawiający używa na co dzień ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza także maski

2) Do jakiego urządzenia lub systemu będzie podłączony układ oddechowy opisany w zadaniu 112 w punkcie pierwszym.

Odpowiedź: aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC (HIGH-FLOW-NASAL-CANNULA) HIFENT TM MODEL HUMID -BM

1. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35^{0}C, igieł, cewników, zgłębników 5-37^{0}C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40^{0}C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
4. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej przewidywanej ilości zamówień m.in. ostrzy do skalpeli, strzykawek i igieł. Ta informacja pozwoli nam dokładniej oszacować koszty wysyłki i zaproponować Państwu korzystniejszą ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości zamówień – zależy to od zużycia oddziałów (określono ilość do wykorzystania w ciągu roku)