



Łukasiewicz

Instytut Spawalnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18
44-100 Gliwice

Gliwice 2022-03-01

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania na dostawę defektoskopu (nr postępowania 2/P/22).

Pytanie 1. Dotyczy OPZ

Zamawiający wymaga w wyposażeniu dodatkowym Lp.30 oprogramowania na PC (opisane w punkcie 2 i 3).
Prosimy o określenie długości trwania licencji na używanie jednego i drugiego oprogramowania (tego typu oprogramowania bywają ograniczone czasem trwania licencji lub są płatne corocznie).

- **Zamawiający oczekuje zaoferowania licencji dożywotniej.**

Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ

W związku z tym, iż diagnostyka przeprowadzana jest w serwisie producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu w § 7 pkt 3. z 96 godzin do 7 dni ?

- **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i postanawia o zmianie terminu określonego w §7 pkt. 3 na 168 godzin.**

Pytanie nr 3. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu w § 7 pkt 4 z 14 dni do 30 dni z uwagi na naprawę urządzeń przez serwis producenta znajdujący się poza granicą Polski. W przypadku napraw może wyniknąć konieczność sprowadzenia części z fabryki (USA/Kanada).

- **Zamawiający postanawia o zmianie terminu określonego w § 7 pkt 4 projektowanych postanowień umownych na 28 dni.**

Pytanie 4. Dotyczy SWZ pkt. 13.4.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart katalogowych/ folderów producenta w języku angielskim ?

- **Ponieważ niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim, a powyżej wymienione dokumenty zgodnie z treścią SWZ pkt. 13.4.2 stanowią przedmiotowe środki podmiotowe, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami pkt. 2 i 3, Zamawiający postanawia o wprowadzeniu ich treści do projektowanych postanowień umownych – do niniejszych wyjaśnień został dołączony uaktualniony załącznik.


Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

DYREKTOR

dr inż. Adam Pietras


Zaopatrzenia
ówień Publicznych
Zamówień Publicznych
Tomasz Smykala