

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Wrocław, dnia 04.04.2022r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 21.03.2022

Zadanie 51:

prosimy o dopuszczenie

Zestaw do przezskórnej nefrostomii w zestawie z metalową kaniulą punkcyjną 18G (1,2 mm) x 200 mm, przewodnicą drucianą Lunderquista 0,038” (ok. 0,9 mm) x 1500 mm z elastyczną końcówką, 3 rozszerzałkami kontrastującymi pod RTG, łącznikiem do worka i skalpelem do nacięcia skóry. Rozmiary CH 8, CH 10, CH 12. Sterylny pakowany podwójnie. Strzykawka 10 ml z końcówką LOCK w osobnym opakowaniu.

co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie do Zadanie 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 1. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie do Zadanie 83

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji 2. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z dnia 22.03.2022

Dotyczy pakietu nr 25

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5- tuby ochronnej do endoskopów giętkich i poz. 8- gumowej zatyczki, spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego ale nie podlegającej ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.211 ze zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności i CE (tzw. wyrób niemedyceński) dla którego stawka Vat wynosi 23%?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i wojny a także światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy la pakietu nr 25 do 30 dni od złożenia zamówienia?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z dnia 29.03.2022

Pakiet nr 50, pozycja 1-3

Proszę o dopuszczenie filtra o parametrach:

Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów oddechowych. Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w obwodzie.

Wykonanie: ABS, papier filtracyjny

składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej.

Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta

Wymienia energię ciepłą wdychanego i wydychanego powietrza

Niskie opory przepływu

Opakowanie: blister : 1 sztuka

sterylnie przez EO, jednorazowego użytku

Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk

Gramatura filtra 30g-33g

Przestrzeń martwa 19 ml

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja 1-3

Proszę o dopuszczenie filtra o parametrach:

Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów

Wykonanie: ABS, papier filtracyjny

Jednorazowy filtr do usuwania wirusów i bakterii

Wydajny przy niskich przepływach

Opakowanie: blister : 1 sztuka

sterylnie przez EO, jednorazowego użytku

Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk

Gramatura filtra 30g-33g

Przestrzeń martwa 29 ml

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Pakiet nr 91, pozycja 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez zastawki anyrefluksowej.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Pytania z dnia 30.03.2022

Pakiet nr 23 pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamkniętego zestawu do zbiórki luźnego Stolca o poniższych parametrach:

System do kontrolowanej zbiórki stolca składający się:

- silikonowy cewnik z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym
- pierścień uszczelniający posiadający obustronną „kieszonkę” dla umieszczenia palca wiodącego
- cewnik o długości min. 165 cm ze znacznikiem pozycyjnym w postaci czarnej, grubej kreski na cewniku
- wskaźnik RTG oraz lokalizacji wewnątrz pierścienia uszczelniającego
- port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały) z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml
- port irygacyjny (niebieski)
- port do pobierania próbek stolca z zastawką (bezbarwny)
- porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji
- worek zbiorczy o pojemności 1500 ml
- worek zbiorczy z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym
- cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka
- czas użytkowania 29 dni
- produkt nie zawiera lateksu

Zawartość zestawu:

- silikonowy cewnik z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do podwieszenia
- 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym
- 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające system przy zmianie worka,
- strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml,
- zacisk irygacyjny na cewnik
- zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika
- instrukcja obsługi w języku polskim

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Pakiet nr 23, pozycja 2 - „worki do zbiórki stolca”.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Prosimy o dopuszczenie Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści maski czyste mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 9 pozycja 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do podawania tlenu z elastycznym paskiem mocującym z końcówkami odpowiednio skróconymi i przytwierdzonymi, nie powodującymi dyskomfortu dla pacjenta czy trudności z regulacją.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 9 pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem czyste mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe czyste mikrobiologicznie?

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 do osobnego pakietu, w celu zwiększenia konkurencyjności napływających ofert?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 50 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtry pediatryczne o przestrzeni martwej 30 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 58

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o poniższych parametrach:

- rozciągliwy, karbowany, z materiału PE
- łącznik podwójnie obrotowy,
- port do odsysania 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką,

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

- długość 15 cm (po rozciągnięciu)
- przestrzeń martwa: 25ml przed rozciągnięciem, 40ml po rozciągnięciu
- złącze elastyczne 22mmF z materiału EVA

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 65

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do NIV o poniższych parametrach:

- maski odpowiednie do trybów CPAP-BPAP i NIV
- wykonane w 100% z antyalergicznego bezwonnego silikonu medycznego
- posiadają niezniszczalny elastyczny korpus z poliwęglanu
- obrotowe złącze do rury 360°
- zapobiegająca przeciekowi dwuwarstwowe uszczelnienie silikonowe
- silikonową poduszkę z regulowaną podpórką na czoło
- czteropunktowe połączenie uprząży na głowę
- elastyczną i regulowaną uprząż na głowę
- port tlenowy
- łatwe zakładanie za pomocą systemu klipsów

Dostępna w 3 rozmiarach S,M,L do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 75

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy, elektrostatyczny, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadający wysoką skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusową 99,999%, waga 19g, przestrzeń martwa 33 ml, o niskich oporach przepływu wynoszących 1,0 cmH20 przy 50l/min z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem mocowanym na stałe pakowany pojedynczo, sterylne?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 84

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych o poniższych parametrach:

- rurka i mankiet maski krtaniowej uformowane są w procesie produkcyjnym jako jeden, pozbawiony wszelkich nierówności i ostrych krawędzi element
- cienki oraz wyjątkowo miękki mankiet, dokładnie i ze zredukowanym do niezbędnego minimum naciskiem przylega do ścian gardła, dodatkowo koniuszek mankietu posiada zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania
- Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym
- Maskę posiada znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce
- dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku
- dostępna w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;
- opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem
- wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów (w tym DEHP)
- możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów)

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 112 pozycja 1 i 2

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, lub możliwość przystąpienia do poszczególnych pozycji w pakiecie, umożliwi to zaoferowanie produktów przez większą liczbę uczestników postępowania w tym autoryzowanych dystrybutorów oraz uzyskanie lepszej oferty.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Pytania z dnia 31.03.2022

1. Czy Zamawiający w zad. 36, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z podwójną, obrotową komorą pomiarową o poj. 400ml z komorą pomiarową 50ml do małych objętości oraz dodatkowym portem do pobierania próbek świeżego moczu i nieodłączanym workiem zbiorczym o poj. 2000ml, komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną, uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, dodatkowy nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik na komorze pomiarowej i na worku, czytelna podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł 120 lub 150cm, optymalne zamocowanie systemu dzięki taśmie zapinanej na rzepy z pierścieniem typu D-ring, dolny kranik spustowy z systemem zapobiegającym kapaniu, mocowany ku górze, do obsługi jedną ręką, schówek na dren spustowy, dedykowany do 7 dniowej zbiórki moczu?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający w zad. 51, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do 3-stopniowej nefrostomii przezskórnej, 6, 8, 10CH. Elementy zestawu: 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), przewodnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm, 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg, cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock, kranik LL, adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem), 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, sterylne, do jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Dotyczy Zadanie 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania układów oddechowych czystych mikrobiologicznie przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. 2.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Dotyczy Zadanie 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek czystych biologicznie, mikrobiologicznie przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Dotyczy Zadanie 31

1. Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający wymaga zaoferowania wymienników ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijny (a nie filtrów).

Odp.

TAK – Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający wymaga zaoferowania wymienników ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijny (a nie filtrów).

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wymienników, w których port do odsysania zabezpieczony jest w czterodzielną zastawkę (zamiast koreczka).

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Dotyczy Zadanie 75

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtrów, wiodącego producenta, spełniających wszystkie wymogi swz, o skuteczności względem NaCl równie zgodnej z ISO, wynoszącej 93.47 %. 4.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Dotyczy Zadanie 84

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek, wiodącego producenta LMA, o następującej charakterystyce: Maski krtaniowa j.u., sterylne, z mankietem uszczelniającym wykonanym z nieprzeziernego silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maski bez zawartości lateksu z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru. Na rurce znaczniki głębokości położenia maski, występujące częściej niż co 1cm. Na opakowaniu pojedynczym kod EAN, wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru. Rozm.: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5, 6.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Dotyczy Zadanie 110

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że jednostką miary w kolumnie C powinna być 1szt. a nie op. jak Zamawiający podał. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kalkulacji wartości zadania, bowiem różni producenci pakują swoje produkty w różny sposób.

Odp.

TAK – Zamawiający potwierdza, że jednostką miary w kolumnie C powinna być 1szt. a nie op.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy...”

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny netto przez cały czas obowiązywania umowy.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać sesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 1

dot. zadania 92 – W celu odpowiedniego dopasowania filtrów do ssaka prosimy o informację jaki model ssaka firmy Hersill posiada Zamawiający?

Odp.

Model ssaka: Regulador Vacusill 2HV Yelow Gauge

Zadanie 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 5

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Kranik odcinający do terapii dożylniej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramiennie (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście), objętość wypełnienia 0,26ml.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 11

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków, jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa zakrzywiona, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, odległość między końcówkami donosowymi : 5 mm, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, , jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. Opakowanie jednostkowe pojedyncze z oznaczeniem miejsca otwarcia. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2).

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 19

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rampa trójkranikowa z przedłużaczem 150cm bez DEHP, ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy. Wykonana z polisulfonu.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 180cm bez DEHP, ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy. Wykonana z polisulfonu.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 21

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Worek do zbiórki moczu, sterylny. Pojemność 2l. Długość drenu 90cm. Skalowany co 100ml. Bezzwrotny zawór w kształcie litery T. Zastawka antyzwrotna. Opakowanie foliowe (tylna ścianka biała).

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 21

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 100cm, zastawka antyzwrotna, poprzeczny kranik spustowy chowany-free-flow, skalowanie co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek. Użycie do 7 dni.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli przebadany klinicznie system do kontrolowanej zbiórki stolca z czasem stosowania do 29 dni?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli system do kontrolowanej zbiórki stolca z balonikiem retencyjnym z kieszonką koloru niebieskiego dla umieszczenia palca wiodącego?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 29

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania markera do skóry wraz z linią dwustronną wykonaną z tworzywa sztucznego co gwarantuje jej stabilność nawet gdy staje się mokra ?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 36

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 40

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 40

Czy Zamawiający oczekuje, aby ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie miała czułość 350 cm H₂O lub większą z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu lub informuje o okluzji systemu?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 40

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane pojemniki ze sterylną wodą mogły być stosowane przez min. 30 dni od otwarcia, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta lub badaniami klinicznymi?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 40

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650 ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzone badaniami klinicznymi możliwość stosowania wody przez okres 30 dni.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 57

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiole. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 58

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnego łącznika karbowanego. Reszta zgodnie z SWZ.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 84

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Dotyczy: pakietu 68

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie modelu posiadanego respiratora. Jaki model respiratora Medumat posiada Zamawiający : Medumat Standard A, Medumat Standard 2 itd.? Różne modele respiratora posiadają różne przewody, w związku z tym dokładne określenie modelu umożliwi zaoferowanie prawidłowego produktu.

Odp.

Medumat Standard A

Dotyczy ogólnych warunków zamówieni a, SWZ oraz proponowanych zapisów umowy

1. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodzi się na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni?

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody

2. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 2 do 4 dni roboczych? W związku z obecną sytuacją na świecie oraz umową trwającą 36 miesięcy na dzień dzisiejszy wykonanie zamówienia w 2 dni jest możliwe, ale Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć, czy możliwe pozostanie wykonanie takiego zamówienia w 2 dni za np. 2 lata. W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego pytania.

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody

3. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy nie doszło do omyłki w §4 proponowanych zapisów umowy? Zgodnie z zapisami Zamawiający wymaga wykonania 3 szkoleń dla pracowników. Czy Zamawiający nie wprowadził tego zapisu omyłkowo i wymaga wykonania szkolenia przy dostawach sukcesywnych produktów jednorazowych? Jeśli tak, to w jakim czasie należy takie szkolenie wykonać oraz jaki ma być zakres szkolenia?

Odp.

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 130 sztuk, czyli 65 opakowań (op=2 sztuki), czy też 130 opakowań pakowanych po 2 sztuki?

Odp.

130 sztuk

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maksymalną długość rury 200 cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny bez pułapki wodnej?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość 255 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 3.3 mm/340 mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długość 340 mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 15 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarze 4.7 mm/340 mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 18 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści pakowane pojedynczo w opakowanie papier-folia?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 23 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 33 poz. 1

Czy zamawiający dopuści linię próbkującą o długości 2m?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 41 poz. 1

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania z końcówką lejek – kapkon?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 41 poz. 1

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy 5/8 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zadanie 41 poz. 1

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia oraz zabezpieczony dodatkowo opaską foliową?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 41 poz. 2

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy 5/8 mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 41 poz. 2

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia oraz zabezpieczony dodatkowo opaską foliową?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 49 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o średnicy 5/8 mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 50 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 50 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 50 poz. 3

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h₂₀, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %,

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 84 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wyposażoną w standardowy mankiet?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 84 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wężyk balonika kontrolnego przymocowany do mankietu maski?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 105 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw do nebulizacji zawierający: nebulizator, łącznik T oraz dren?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 108 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem w rozmiarze 21mm x 26,5mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 1 kranika z poliwęglanu odpornego na ciśnienie do 3 barów? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 53 poz. 1 przyrządu do przetaczenia o długości komory 57mm bez podziału na 2 części , z igłą czterokanałową/ścięcie stożek , z odpowietrznikiem ,zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie). Pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 53 poz. 2 przyrządu do przetaczenia o długości komory 57mm bez podziału na 2 części , z igłą czterokanałową/ścięcie stożek , z odpowietrznikiem ,zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez ftalanów .Pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 57 przyrządu z filtrem bakteryjnym 0,1 mikrona , filtrem hydrofobowym bakteryjnym 5 mikronów o powierzchni 0,36cm². Pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Pytania z dnia 01.04.2022

zadanie 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

zadanie 48.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

zadanie 52, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

zadanie 53, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kropłowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

zadanie 54, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

zadanie 79

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.