

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Wrocław, dnia 30.03.2022r.

**Zamawiający:**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 11.03.2022**

Dotyczy Zadania nr 55: Zwracamy się uprzejmie z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sondy żołądkowej z czterema otworami bocznymi.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytania z dnia 14.03.2022**

Czy Zamawiający dopuści produkt:

Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, składający się z biokompatybilnych wysoce selektywnych garnulek neutralnej żywicy markoporowej. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego filtra > 50 000 m<sup>2</sup>, objętość 330ml. Szybkości przepływu krwi w zakresie 100 do 700 ml / min. Ze względu na dużą powierzchnię adsorpcji zalecany czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 12 godzin podczas 3 kolejnych dób. Adsorbuj substancje hydrofobowe do 60 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. W skład zestawu wchodzi adsorber, adaptery podłączeniowe do CRRT lub CPB do wyboru przez Zamawiającego, zestaw do przepłukiwania adsorbera. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy uchwyt do adsorbera. Przydatność do użycia min. 20 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Sterylizowany w promieniowaniu gamma.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 36 zestawów do godzinowej zbiórki moczu o dokładnej podziałce do 20ml z podziałką co 1 ml. z poważaniem Robert Niedzielski

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

PYTANIA DOTYCZY ZADANIE NR 80

1. CZY zamawiający ma na myśli łyżeczkę dermatologiczną 1 użytku, sterylną?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Czy zamawiający ma na myśli łyżeczki o średnicy 2,3,4,5,7 mm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

3. Czy zamawiający wymaga aby łyżeczki były pakowane w sztywne opakowanie, bez ryzyka rozerwania się (rozszczelnienia) jak w przypadku papier folia?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

4. Czy zamawiający wymaga aby łyżeczka była ostra?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pytania z dnia 17.03.2022**

Czy Zamawiający w Zadaniu 60 dopuści osłonę na mikroskop w rozmiarze 122 x 305 cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 18.03.2022**

Zadanie Nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji biologicznie czysty obwód pacjenta, jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem proksymalnym, bez worka oddechowego, do respiratorów Hamilton Medical AG. Obwód produkcji Hamilton Medical AG.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zadanie Nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji biologicznie czysty obwód pacjenta, jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem proksymalnym, bez worka oddechowego, do respiratorów Hamilton Medical AG. Obwód produkcji Hamilton Medical AG.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 21.03.2022**

Pytanie 1 dot. zadania 39 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie 2 dot. zadania 39 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie 3 dot. zadania 39 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy pakowany indywidualnie w opakowanie zbiorcze po 40 szt?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie 4 dot. zadania 39 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS na całe ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 170 cm x 100 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie 5 dot. zadania 39 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS pod ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 160 cm x 80 cm? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie 6 dot. zadania 39 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy pakowany indywidualnie w opakowanie zbiorcze po 40 szt?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie 7 dot. zadania 39 pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta kołderek o kompatybilności z urządzeniem Warm Touch?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytanie 8 dot. zadania 92 – W związku z różnymi rodzajami ssaków Hersill prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga filtrów do ssaków próżniowych czy ssaków chirurgicznych, czy ssaków mobilnych, tzw. karetkowych?

**Odp.**

Zamawiający wymaga filtrów do ssaków próżniowych

Pytanie 9 dot. zadania 92 – W związku z bardzo ogólnym opisem i dużej możliwości zaoferowania filtrów równoważnych prosimy aby Zamawiający doprecyzował czy oczekuje filtrów o określonym obszarze filtracji (np. 15,2cm<sup>2</sup> lub 24,6 cm<sup>2</sup> lub 28,6 cm<sup>2</sup>)?

**Odp.**

Zamawiający nie oczekuje filtrów o określonym obszarze filtracji

Pytanie 10 dot. zadania 92 – Czy Zamawiający będzie wymagał filtrów o skuteczności filtracji na poziomie 99,999% ?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie wymaga opisanego rozwiązania

Pytanie 11 dot. zadania 92 - Prosimy o określenie średnicy wewnętrznej drenów z którymi będą współpracować filtry?

**Odp.**

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zamawiający wymaga standardowe dreny do odsysania

Zadanie 5

Poz. 1

1. Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak poniżej), w której zarówno pytający jak i odpowiadający pominęli fragment odnoszący się do wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia, ciśnienia kranika cyt. „odporny na ciśnienie powyżej 4,0 barów” jak również fakt, iż Zamawiający nie stawia przedmiotowego wymogu dla kranika z pozycji 2, z czego należy wnioskować, iż nie jest to wymóg na tyle istotny, aby jego wymagać, a jednocześnie wymóg, który mógłby znacząco ograniczać złożenie ofert wielu Wykonawcom - wnosimy o odstąpienie od postawionego wymogu cyt. „odporny na ciśnienie powyżej 4,0 barów” lub o dopuszczenie do składania ofert na kranik trójdrożny cyt. „odporne na ciśnienie do 4,0 barów”, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

*Odp. z dnia 31.01.2022.*

*2. Zadanie 5 Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Kranik odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienna (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście), objętość wypełnienia 0,26ml.*

*Odp.*

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie Prosimy o potwierdzenie, iż w celu zapewnienia sterylności kranika po wyjściu z opakowania jednostkowego - oferowane kraniki - powinny posiadać wyjścia kranika zabezpieczone fabrycznie koreczkami luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej własnej krawędzi, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymagań siwz.

**Odp.**

Zamawiający odstępuje od wymogu "odporny na ciśnienie powyżej 4,0 barów".

Poz. -1-2

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki trójdrożne, ze względu na konieczność identyfikacji wyrobu medycznego przez cały okres ich użytkowania klinicznego (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu) - powinny posiadać na samym wyrobie jakąkolwiek cechę identyfikującą ich pochodzenie np. w postaci logo lub nazwy producenta, numeru katalogowego, nazwy własnej lub innej cechy właściwej danemu wyrobowi, wskazanej przez Zamawiającego ?

**Odp.**

Zgodnie z opisem zawartym w SWZ i dokumentach postępowania.

Zadanie 10

Poz. 1

1. Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są butle typu Redon sterylne, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.

**Odp.**

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Tak, Zamawiający wymaga butli sterylnych

2. Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są butle typu Redon o pojemności 250ml lub 400ml do dowolnego wyboru Zamawiającego, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz. Brak jednoznacznego opisu cech przedmiotu zamówienia w oparciu o Art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących wymaganej pojemności butelek Redona oraz ich sterylności lub nie, spowoduje, iż złożone oferty mogą być nieporównywalne, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie badania i oceny ofert zgodnie z zapisami ustawy Pzp, a w konsekwencji rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego i zawarcie ważnej umowy przetargowej.

**Odp.**

Tak, przedmiotem zamówienia są butle typu Redon o pojemności 250ml lub 400ml do dowolnego wyboru Zamawiającego.

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy wymóg siwz cyt. „z możliwością jednorazowego wytworzenia podciśnienia pozwalającego na wypełnienie całej objętości butli odsysaną treścią” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania płaskich butelek Redona z harmonijkowym elementem wytwarzającym skuteczne podciśnienie, czy też powinny to być butelki typu mieszek, czy może Zamawiający dopuszcza oba powyższe rodzaje butelek Redona ?

**Odp.**

Zamawiający wymaga płaskich butelek.

Zadanie 19

Poz. 1-2

1. Mając na uwadze pierwotny opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak poniżej), w której Zamawiający dopuścił do składania ofert w obu pozycjach zamiast na rampy 3-rójdrożne i rampy 5-drożne tylko na rampy 3-drożne różniące się wyłącznie długością przedłużacza (150cm i 180cm), co być może jest omyłką w interpretacji zapytania, prosimy o ponowną weryfikację udzielonej odpowiedzi:

*Odp. z dnia 31.01.2022.*

*5. Zadanie 19 a. Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rampa trójkranikowa z przedłużaczem 150cm bez DEHP, ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy. Wykonana z polisulfonu.*

*b. Pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 180cm bez DEHP, ze zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy. Wykonana z polisulfonu.*

*Odp.*

*TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie*

*Odp.*

*TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie*

**Odp.**

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, rampy 3 oraz 5-drożne

Poz. 1

1. Mając na uwadze pierwotny opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

powyżej), prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy 3-drożne (trójkranikowe) z przedłużaczem 150cm, bez DEHP, z 3 kranikami trójdrożnymi do podłączenia 3 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające sterylność rampy z trzpieniem poniżej własnej krawędzi. Wykonane z poliamidu.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Poz. 2

1. Mając na uwadze pierwotny opis przedmiotu zamówienia oraz treść odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udzielonej w dniu 31.01.2022 (jak powyżej), prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rampy 5-drożne (pięciokranikowe) z przedłużaczem 150cm, bez DEHP, z 5 kranikami trójdrożnymi do podłączenia 5 dodatkowych linii infuzyjnych. Koreczki zabezpieczające sterylność rampy z trzpieniem poniżej własnej krawędzi. Wykonane z poliamidu.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Poz. -1-2

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rampy 3-drożne i 5-drożne, ze względu na konieczność identyfikacji wyrobu medycznego przez cały okres ich użytkowania klinicznego (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu) - powinny posiadać na samym wyrobie jakąkolwiek cechę identyfikującą ich pochodzenie np. w postaci logo lub nazwy producenta, numeru katalogowego, nazwy własnej lub innej cechy właściwej danemu wyrobowi, wskazanej przez Zamawiającego ?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie wymaga więcej, niż zostało opisane w SWZ.

Zadanie 40

Poz. 1

1. Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób powinien zostać potwierdzony przez Wykonawców wymóg odnoszący się do wymaganego w siwz czasu użytkowania oferowanej wody do wielodobowego nawilżania, czy informacja taka powinna być wyraźnie, jednoznacznie, fabrycznie oznaczona przez producenta na każdej butelce wody, czy też Zamawiający wymaga, aby do oferty dostarczone zostały badania potwierdzające przedmiotowy wymóg, czy też Zamawiający dopuszcza oba sposoby potwierdzenia ?

W przypadku dopuszczenia badań, prosimy o precyzyjne określenie wymogów odnoszących się do dopuszczonych badań (wskazanie czy badania mają być badaniami niezależnych laboratoriów, czy wystarczy, aby były to tylko badania producentów oraz wskazanie akceptowalnej przez Zamawiającego zastosowanej metodologii badań, aby można było uznać je za porównywalne, a tym samym poddać badaniu i ocenie ofert, zgodnym z wymogami ustawy Pzp.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również oba proponowane rozwiązania. Zamawiający dopuszcza badania producentów.

Zadanie 51

Poz. 1

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do przezskórnej nefrostomii, o składzie: kateter typu pigtail z łącznikiem do worka w rozmiarach: 9Fx45cm, 12Fx45cm, 14Fx45cm /do wyboru Zamawiającego/, metalowa prowadnica typu Lunderquista typu „J” w rozmiarze .038”x80cm, dwuczęściowa igła wprowadzająca 18Gx20cm, strzykawka 3-częściowa 10ml luer-lock, kołnierz mocujący, skalpel, opaska mocująca oraz rozszerzacze w zależności od rozmiaru katetera: standardowe w rozmiarach 7F, 10F i 13F oraz z rozrywalną koszulką w rozmiarach 10F, 13F i 15F, sterylne, pakowane w komplecie w wygodnym do użycia opakowaniu blister-pack – europejskiego lidera w produkcji tego typu zestawów.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie wymaga więcej, niż zostało opisane w SWZ.

Zadanie 62

Poz. 1

1. Prosimy o doprecyzowanie, jak należy interpretować zapis siwz cyt. „uniwersalny”, czy przedmiotem Zamówienia są aparaty 3 w 1 ze złączem ENFit do pomp infuzyjnych Kangaroo, czy też są to aparaty 5 w 1, dostosowane zarówno do pomp infuzyjnych Kangaroo jak i innych pomp żywieniowych, czy też Zamawiający dopuszcza oba rodzaje wskazanych aparatów ?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również oba proponowane rozwiązania

Zadanie 51:

Zestaw do przezskórnej nefrostomii w zestawie z metalową kaniulą punkcyjną 18G (1,2 mm) x 200 mm, prowadnicą drucianą Lunderquista 0,038” (ok. 0,9 mm) x 1500 mm z elastyczną końcówką, 3 rozszerzałkami kontrastującymi pod RTG, łącznikiem do worka i skalpelem do nacięcia skóry. Rozmiary CH 8, CH 10, CH 12. Sterylny pakowany podwójnie. Strzykawka 10 ml z końcówką LOCK w osobnym opakowaniu.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

## Pytania z dnia 22.03.2022

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość składania oferty w pakiecie 17 na pozycje lub stworzenie 2-ch oddzielnych pakietów na poz. 1: Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych kompatybilny z pompą objętościową PLUM A+. Sterylny i na poz.2: Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych Infusomat Space (BBraun). Umożliwi to przedstawienie Państwu korzystniejszej oferty cenowej na ten asortyment gdyż w przetargu będzie mógł wziąć udział bezpośredni dostawca danego sprzętu.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Dotyczy pakietu nr 25

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5- tuby ochronnej do endoskopów giętkich i poz. 8- gumowej zatyczki, spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego ale nie podlegającej ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.211 ze zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności i CE (tzw. wyrób niemedyczny) dla którego stawka Vat wynosi 23%?

**Odp.**



„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i wojny a także światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy la pakietu nr 25 do 30 dni od złożenia zamówienia?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 23.03.2022**

Dot. zadanie 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach 376,3x281,3x79,3 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Dot. zadanie 56 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 260x100x130 mm i pojemności 875 ml?

Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Dot. zadanie 56 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści miskę/nocnik o wymiarach 195x195x82 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 25.03.2022**

Dotyczy Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści układy wykonane z rur karbowanych w środku i na zewnątrz?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Dotyczy Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści układy mikrobiologicznie czyste?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Dotyczy Zadania 7

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Dotyczy Zadania 9 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie



„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Dotyczy Zadania 58

Czy Zamawiający dopuści łączniki rozciągane w zakresie 5-15 cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Dotyczy Zadania 75

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 33ml?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 28.03.2022**

Czy Zamawiający zgodzi się na podtrzymanie odpowiedzi jakie otrzymaliśmy w postępowaniu EZ/986/416/21 (z dn. 08.02.22) i odniesienie ich do bieżącego postępowania (pakiety są tożsame)?

Pytania jakie były zadane poniżej:

- Czy Zamawiający w zadaniu 43 dopuszcza:  
Poz. 1 worek urostomijny, kryza 60 mm, system antyzwrotny, przezroczysty lub cielisty, opakowanie = 30 szt.  
Poz. 2 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, wzmocniona płytka hydro-koloidowa, zapobiegająca przeciekaniu i działająca ochronnie na skórę, pakowanie = 5 szt.  
Poz. 1 worek urostomijny, kryza 60 mm, system zapobiegający przeciekaniu, przezroczysty lub neutralny szary, opakowanie = 30 szt.  
Poz. 2 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, elastyczna płytka hydrokoloidowa, dostosowująca się do kształtów ciała, opakowanie = 5 szt.
- Czy Zamawiający w zadaniu 89 dopuszcza:  
Poz. 1 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, wzmocniona płytka hydrokoloidowa, zapobiegająca przeciekaniu i działająca ochronnie na skórę, pakowanie = 5 szt.  
  
Poz. 1 płytka do worka urostomijnego, kryza 60 mm, docięcie 10-55 mm, elastyczna płytka hydrokoloidowa, dostosowująca się do kształtów ciała, opakowanie = 5 szt.
- Czy Zamawiający w zadaniu 100 dopuszcza:  
Poz. 1 worek stomijny, otwarty, zapinany na rzep, docięcie 10-76 mm, płytka samoprzylepna, hydrokoloidowa, działająca ochronnie na skórę  
Poz. 1 worek stomijny, otwarty, zapinany na zapinkę, docięcie 10-70 mm, płytka samoprzylepna chroniąca przed działaniem wilgoci, zapewniająca przyleganie
- Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt, płytki stomijne po 5 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odp.**

Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi z dnia 08.02.2022

Dodatkowo zwracamy się o dopuszczenie przesyłania faktury osobno, nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy, co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

priorytetowy) – co powinno się zbiec z terminem dostawy. Istnieje możliwość przesyłania faktury w formacie pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zadanie 39

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195x100 cm i op. a; 10 szt.

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 120x100 cm i op. a; 10 szt.

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zadanie 59

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody o parametrach równoważnych o powierzchni aktywnej 107 cm<sup>2</sup>

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zadanie 69

prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3,2 m

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zadanie 73

prosimy o potwierdzenie, że chodzi o elektrodę jednorazowego użytku

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 29.03.2022**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne:

1) W wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu okr. w §3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej w terminie części dostawy wyrobów

2) W wysokości 0,5% wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki, w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto produktów objętych reklamacją

3) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą nieprzeprowadzonego w terminie szkolenia, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;

4) W wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, wskazanej w §8 ust 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od dnia zgłoszenia przez zamawiającego za pomocą e-maila” na „...od dnia uznania reklamacji”

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zadanie 92 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 92 poz. 1 filtra antybakteryjnego, który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, a dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Zadanie 9, po. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem i rezerwuarem tlenu o pojemności 1000ml, przeznaczoną do podaży tlenu o wysokich stężeniach?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 9, po. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem dla dorosłych, przeznaczoną do podaży tlenu o średnich stężeniach?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 10, poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli butelkę o pojemności 200 czy 400ml?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 15, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości roboczej 250mm i długości całkowitej 310mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 15, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3,3mm, długości roboczej 350mm i długości całkowitej 390mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 15, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,7mm, długości roboczej 355mm i długości całkowitej 390mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zadanie 15, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 360mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 19, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści rampy bez zaworu odcinającego tupu Flowswich?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu bez przesuwanego zacisku na drenie i skalowany co 25ml?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 23, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiające także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni.

W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Zadanie 23, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy z przeliczeniem opakowań?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 28, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowego w rozmiarze 2,5 m x 14 cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 28, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowego w rozmiarze 2,5 m x 16 cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zadanie 28, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony sterylnej na ramię C w rozmiarze 220 x 100 cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 28, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 32, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 45cm końcówka luer-lock męsko żeński?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 35, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki ?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 36, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższymi parametrami:

- Komora pomiarowa 500 ml, umożliwiająca bardzo dokładny pomiar diurezy (co 1 ml do 40 ml, co ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)
- Wyposażona w obrotowy zawór przelewowy, filtr hydrofobowy oraz podwójny system podwieszania
- Worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml skalowany co 100 ml
- Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, filtr hydrofobowy, kranik spustowy typu „T”
- Dwuświatłowy dren o długości 120 cm, wzmocniony spiralą antyzakałamiową na wejściu do komory
- Wyposażony w klamrę zatraskową, bezpieczny łącznik do cewnika z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu oraz zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 52 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą jednocześnie?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zadanie 52, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi bez dodatkowej pompki?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 53, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania krwi z komorą jednocześnie?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 57, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1<sup>m</sup>, bez zastawki?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 58, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki martwa przestrzeń?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 78, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze bez otworów bocznych?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 78, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kankę o średnicy 4,7mm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 79, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 84, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową zgodnie z poniższymi parametrami:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankieta, ciśnienia wypełnienia mankieta oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankieta
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.

Zadanie 91, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń infuzyjnych z drenem o długości 155cm?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Przedmiot dostawy winien być zgodny z opisem zawartym w SWZ.