



EZI...../22

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych do chirurgii szczękowej z dzierżawą instrumentarium (sygnatura sprawy: EZ/1003/104/21).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ:

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 9 płytki tytanowej, system mikro 1,5 mm, kształt "L", 4-otw., 5-otw., 6-otw. oraz 8-otw. zamiast 7-otw., pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

2. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 13 płytki tytanowej, system mini 2.0 mm, prosta, skrzycona wzdłuż własnej osi, 6-otw. 70° oraz 6-otw. 110°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

3. Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 16 płytki tytanowej do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm o następujących parametrach:

- o kształcie trójkątnym, 4 otworowa, w rozmiarze 12x20mm;
- trapezoidalna 3D, 4 otw., w rozmiarach 14x14 i 13x14 mm;
- deltoidalna, 9-otw. (lewa, prawa) w rozmiarach 19x31mm, 16x31mm, 23x40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SWZ i go nie zmienia.

4. Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 18 płytki tytanowej, system mini 2.0 mm, prosta, 20-otw., gr. 1,5 mm zamiast 1,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

5. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 21 Dystraktora wewnątrzpodniebiennego o długości dystrakcji 8; 13,5; 19 oraz 24 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SWZ i go nie zmienia.

6. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający w §13 usunie postanowienia dot. udzielenia rękojmi, a co za tym idzie pozostawi jedynie zobowiązania dot. gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §13 wzoru umowy.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporadziła: Magdalena Wieczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

7. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §13 ust. 2, iż w odniesieniu do wyrobów o dłuższym terminie ważności lub wyrobów o nieokreślonym terminie ważności gwarancja będzie wynosiła 12 miesięcy od daty wszczęcia/zużycia wyrobu?

Odpowiedź::

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §13 wzoru umowy.

8. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §13 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §13 wzoru umowy.

9. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych w §17 ust. 1 pkt 1-3 z 1% na 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §17 wzoru umowy.

10. Pytanie do wzoru umowy

Prosimy o usunięcie z §17 ust. 4, tj. zapisu o wyrażeniu zgody na potrącenie kar umownych w kontekście art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842). W procedurach przetargowych zamawiający znajduje się w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w określaniu postanowień umowy w sprawie zamówienia. Powinien tak kształtować jej treść, aby nie naruszyć uprawnień Wykonawcy, a w szczególności tych nadanych ustawą. W związku z czym wnosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §17 wzoru umowy.

11. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §19, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §19 wzoru umowy.

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporzadziła: Magdalena Wieczerzak
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**