



Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -WYMAGANIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i instalacja urządzenia do suchych kąpeli kwasowęglowych (sucha kąpiel CO₂) wraz z przeszkoleniem pracowników,

zgodnie z poniższą specyfikacją:

L.p.	Parametry techniczne – wymagane minimalne	TAK/NIE – Podać parametry
1.	Urządzenie fabrycznie nowe – urządzenia do suchych kąpeli kwasowęglowych (sucha kąpiel CO ₂) – 1 szt.	Model/Nazwa: Producent:
2.	W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu z sygnalizacją dźwiękową na zakończenie terapii	
3.	Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie zabiegu w pozycji leżącej z możliwością regulacji zagłówka	
4.	Przyłącz do butli gazowej z CO ₂	
5.	Maksymalne zużycie CO ₂ 18 l/min	
6.	Koncentracja CO ₂ w komorze zabiegowej min. 85%	
7.	Graficzny ekran z panelem dotykowym	
8.	Możliwość regulacji temperatury zabiegu 30-40 (+/- 2 °C)	
9.	Możliwość regulacji czasu zabiegu min. 10-30 min.	
10.	Maksymalne obciążenie urządzenia min. 130 kg	
11.	Wyposażenie: - przewód sieciowy - reduktor ciśnienia - ogrzewacz CO ₂	
12.	Maks. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2150 x 800 x 1000 mm	
13.	Klasa ochrony elektrycznej I	



14.	Zasilanie 230V, 50HZ (+/- 10 %)	
15.	Certyfikowany Wyrób Medyczny	
16.	Szkolenie personelu z obsługi urządzenia	
17.	Wymagany okres gwarancji min. 24 mieś.	